

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Název veřejné zakázky:

Zařízení pro úpravu zdravotnických odpadů Slezská nemocnice v Opavě

Zadavatel: Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí
746 01 Opava, IČ: 47813750

Zastoupená: Ing. Karel Siebert, MBA, ředitel nemocnice

Prostřednictvím elektronického nástroje byl dne 24. 4. 2024 doručen dotaz k Zadávací dokumentaci.
Zadavatel níže odpovídá na dotaz dodavatele.

Dotaz dodavatele:

Prosím bude zadavatel akceptovat i dekontaminaci párou? Protože není uvedeno, jaký typ následné dekontaminace zadavatel požaduje.

Odpověď zadavatele:

Způsob dekontaminace kromě podmínek stanovených technickou specifikací není stanoven. Zadavatel bude akceptovat všechny typy dekontaminace vyhovující technické specifikaci a dalším zadávacím podmínkám.