

Výzva k podání nabídek  
**OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ**  
 (dále jen „Oznámení“)

**Veřejná zakázka malého rozsahu**

realizovaná v souladu s ŘD 1/46/2016 – 3. REVIZE „Veřejné zakázky“, která upravuje zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „Zákon“).

**„Mycí a dezinfekční automaty podložních mís“**

I.	<b>Zadavatel:</b>	příspěvková organizace
	<b>Název:</b>	Nemocnice Havířov, příspěvková organizace
	<b>Sídlo:</b>	Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov
	<b>IČ zadavatele:</b>	008 44 896
	<b>Oprávněná osoba za zadavatele:</b>	Ing. Norbert Schellong, MPH – ředitel
	<b>Kontaktní osoba zadavatele:</b>	Ing. Pavel Švarc manažer investic a veřejných zakázek
	<b>Telefon:</b>	596 491 442
	<b>E-mail:</b>	<a href="mailto:pavel.svarc@nemhav.cz">pavel.svarc@nemhav.cz</a>
II.	<b>Druh veřejné zakázky:</b>	Dodávka
	<b>Předmět veřejné zakázky:</b>	Dodávka, instalace, předvedení a zaškolení personálu nových mycích a desinfekčních automatů
	<b>Číselné označení zakázky:</b>	<b>P24V00000124</b>
	<b>Zadávací dokumentace:</b>	<b>Příloha č. 1 Oznámení</b> <u>Související přílohy:</u> Čestné prohlášení – <b>Příloha č. 2 Oznámení</b> Seznam významných dodávek – <b>Příloha č. 3 Oznámení</b> Obchodní podmínky – <b>Příloha č. 4 Oznámení vč. přílohy č. 3 Požadavky na kyberbezpečnost</b> Krycí list – <b>Příloha č. 5 Oznámení</b>
III.	<b>Lhůta pro podání nabídek:</b>	14.6.2024, 10:00 hod.
	<b>Místo pro podání nabídek:</b>	<a href="https://msk.ezak.cz/profile_display_4.html">https://msk.ezak.cz/profile_display_4.html</a>
IV.	<b>Údaje o hodnotících kritériích:</b>	Ekonomická výhodnost nabídky, hodnocena dle kritérií: Nabídková cena – váha 100% Hodnoceny budou ceny vč. DPH

Veškeré další relevantní informace a požadavky zadavatele jsou součástí dokumentů zveřejněných na profilu zadavatele, dle bodu III.

**ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**  
**veřejné zakázky**  
**„Mycí a dezinfekční automaty podložních mís“**

**1. Zadavatel**

Nemocnice Havířov, příspěvková organizace  
Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov  
IČ: 00844896, DIČ CZ00844896  
zastoupený Ing. Norbertem Schellongem, MPH, ředitelem

**2. Druh a předmět veřejné zakázky**

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku ve smyslu Zákona.

Předmětem zakázky je dodání, instalace, předvedení a zaškolení personálu ohledně užívání nových desinfekčních a mycích automatů 1 ks pro oddělení urologie a 1 ks pro oddělení LDN. Předmětné vybavení musí splňovat zadavatelem požadovanou technickou specifikaci.

**Technická specifikace – Mycí a dezinfekční automat podložních mís**

1. Mycí a dezinfekční automat pro podložní mísy a močové láhve s termickou dezinfekcí – 2ks
2. Přístroj samostatně stojící
3. Nerezové opláštění a nerezová mycí komora
4. Ovládací displej s informacemi o průběhu mycího cyklu a se signalizací poruch v českém jazyce
5. Hygienické splnění předpisů dezinfekce podle normy EN ISO 15883
6. Kapacita mycí komory min. 1 podložní mísa s víkem a 1 močová lahev, 3 močové láhve nebo nádoba do toaletního křesla
7. Programy – min. 3 (min. úsporný, normální, intenzivní)
8. Volba nastavení dezinfekce min. A0 = 60, 600, 3000 nebo dle vyhlášky MZ ČR 306/2012 Sb.
9. Kontrola dezinfekčního procesu cyklu se zobrazením dosažení hodnoty A0 a max. teploty
10. Senzory teploty – min. 2
11. Uzamknutí dveří mycí komory po celou dobu mycího cyklu
12. Vlastní vyvíječ páry
13. Automatické dávkování mycího prostředku
14. Možnost chlazení a sušení vložených nádob vzduchem
15. Možnost automatického otvírání dvířek
16. Možnost výměny držáků pro jiný typ vyplachovaných nádob
17. Elektroinstalace připojení 230 V/50Hz
18. Spotřeba vody u základního mycího programu max. 20 l
19. Spotřeba elektrické energie u základního mycího programu max. 0,27 kWh
20. Odpad připojení do podlahy nebo do stěny DIN 100
21. Připojení teplá a studená voda na stávající rozvody ( 1/2 " pračkový ventil s 3/4" vnějším závitem)
22. Rozměry dezinfektoru: max. 1300\*500\*600 mm (v\*š\*h)

Zadavatel v případech, kdy u parametrů v technické specifikaci není stanoven min./max. rozsah, připouští použít pro splnění parametru obecné pravidlo odchylky +/- 10% od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo naplnění požadovaných medicínských výkonů.

#### Zadavatel dále požaduje:

Součástí dodávky je doprava na určené pracoviště, instalace, zprovoznění a zaškolení personálu v obsluze dle návodu na použití.

Součástí zakázky je i bezplatné provádění servisu a revizí přístrojů dle platných právních předpisů, norem a návodu výrobce po celou dobu záruční lhůty.

Délka záruční doby min. 36 měsíců.

Dodavatel uvede podrobnou technickou specifikaci vč. fotografie nabízeného zboží, jeho součástí, příslušenství a požadovaného vybavení v Příloze č. 1, Obchodních podmínek (Kupní smlouvy), která bude podepsaná oprávněnou osobou.

V rámci své nabídky dodavatel přiloží doklad prokazující shodu (ES prohlášení o shodě, označení shody CE), požadovaného, resp. dodavatelem nabízeného zboží, vydaný příslušným orgánem, a to v původním jazyce a českém jazyce, překlad nemusí být úředně ověřen.

Předmětem veřejné zakázky je rovněž předvedení funkčnosti nabízeného zboží a seznámení zaměstnanců kupujícího s obsluhou tak, aby jej byli schopni řádně užívat, dále dodání veškerých návodů k použití a údržbě dodávaného zboží v českém jazyce, technická dokumentace v českém jazyce a uživatelské dokumentace v českém jazyce.

#### Seznam poddodavatelů:

V případě, že veřejná zakázka bude plněna prostřednictvím třetí osoby, požaduje zadavatel tuto skutečnost uvést v nabídce a identifikovat tyto třetí osoby (účastník ZŘ je povinen u poddodavatele uvést jeho identifikační údaje, přiložit písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky a dokumenty poddodavatele k prokázání základní a profesní způsobilosti). Účastník ZŘ odpovídá v plném rozsahu za veškerou součinnost poddodavatelů. Změna poddodavatele v průběhu VZ je možná po předchozím písemném souhlasu zadavatele. Pokud účastník ZŘ nepřiloží seznam poddodavatelů, má se za to, že bude VZ realizovat pouze s využitím vlastních kapacit.

### **3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky**

295 000,- Kč bez DPH.

### **4. Lhůta a místo pro podání nabídek**

Nabídku v rozsahu dle zadávací dokumentace odešlete **prostřednictvím elektronického tržiště zadavatele (v prostředí elektronického nástroje E-ZAK)** v termínu do 14.6.2024 do 10:00 hodin.

Nabídky doručené zadavateli po uplynutí stanovené lhůty nebudou hodnoceny.

Jiná forma podání nabídky, než prostřednictvím nástroje E-ZAK, není přípustná.

### **5. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace**

5.1. **Základní způsobilost** splňuje dodavatel, který doloží bezdlužnost a trestní bezúhonnost formou čestného prohlášení statutárního zástupce nebo podnikatele – fyzické osoby (Příloha č. 2 Oznámení).

5.2. **Profesní způsobilost** splňuje dodavatel, který předloží v kopii:

- a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,
- b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím celému předmětu zakázky, oprávnění k podnikání může být nahrazeno výpisem z živnostenského rejstříku.

Účastník je oprávněn pro prokázání splnění profesní způsobilosti předložit **výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů**, pokud je v něm zapsán. Doklady prokazující profesní způsobilost musí

prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

### 5.3. Technická kvalifikace

K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele pro plnění předmětné zakázky zadavatel požaduje Seznam min. 3 významných dodávek o stejných nebo kvalitativně vyšších parametrech a stejné nebo vyšší kapacitě ve srovnání s poptávaným monitorem vitálních funkcí za roky 2019-2023 ve finančním objemu min. poloviny předpokládané hodnoty bez DPH u každé samostatně (Příloha č. 3)

## 6. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny

Dodavatel je povinen nabídkovou cenu uvést v Obchodních podmínkách (Příloha č. 4 Oznámení) a v Krycím listu (Příloha č. 5 Oznámení). V Krycím listu uvede všechny požadované údaje nutné pro provedení hodnocení. **Nabídková cena bude uvedena v totožné výši jak na Krycím listu, tak i v Obchodních podmínkách.** Jakýkoliv rozpor v cenových údajích v nabídce zjištěný při otevírání obálek s nabídkami nebo při posuzování a hodnocení nabídek je nesplněním této zadávací podmínky, která může vést až k vyřazení nabídky.

Celková nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady účastníka na splnění celého předmětu plnění specifikovaného zadávací dokumentací, zejména veškeré náklady spojené s jeho dodáním, uvedením do provozu a přezkoušením jeho řádné funkčnosti včetně odstranění veškerých rizik a vlivů, prováděním servisu a revizí po celou dobu záruční lhůty, odvodů daní, cla a jakékoliv další výdaje spojené s realizací předmětu plnění.

Cena je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Zadavatel připouští překročení (resp. snížení) nabídkové ceny v případě změny sazby DPH týkající se předmětu zakázky.

## 7. Hodnotící kritéria

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky:

### Nejnižší nabídková cena

100 %

U tohoto kritéria dodavatelé uvedou kupní cenu, včetně všeho požadovaného včetně příslušenství. V této ceně musí být započítána dodávka zboží na konkrétní pracoviště, instalace, zprovoznění, předvedení funkčnosti, cestovní náklady, proškolení zaměstnanců z obsluhy a údržby a jiné.

### Bližší specifikace dílčích kritérií:

#### Nabídková cena

100 %

Nejvíce bodů získá nabídka s nejnižší hodnotou. Vzorec pro výpočet:

$$\text{Bodová hodnota} = 100 * \text{Hodnota nejvhodnější nabídky} / \text{Hodnota posuzované nabídky}$$

Pozn.: Cena bude vždy hodnocena vč. DPH.

Zadavatel provede seřazení nabídek dle jejich bodového ohodnocení.

Jako nejvýhodnější bude vybrána nabídka s nejnižší cenovou nabídkou.

Zadavatel si vyhrazuje právo nejdříve nabídky hodnotit a až poté posoudit nabídku vybraného dodavatele.

## 8. Zadávací lhůta

Do 31.7.2024

Zadávací lhůta se prodlužuje účastníkům, s nimiž může zadavatel uzavřít smlouvu (tj. s účastníkem, který se umístil jako druhý nebo třetí v pořadí) až do doby uzavření smlouvy nebo zrušení zadávacího

řízení. Účastníci jsou povinni na vyzvání poskytnout zadavateli součinnost potřebnou k uzavření smlouvy na zakázku v maximální délce 5 pracovních dnů ode dne doručení výzvy k uzavření smlouvy.

## **9. Termín a místo plnění, prohlídka místa plnění**

Místem plnění je Nemocnice Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, Město, 736 01 Havířov.

Požadovaný termín splnění je do 45 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy.

## **10. Platební podmínky**

Zálohy na platby nebudou sjednány.

Lhůta splatnosti faktury je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli.

## **11. Kontaktní osoba zadavatele**

Ing. Pavel Švarc, manažer investic a veřejných zakázek tel. 596 491 442, e-mail: [pavel.svarc@nemhav.cz](mailto:pavel.svarc@nemhav.cz).

Zadavatel zároveň upozorňuje, že v rámci této veřejné zakázky má v úmyslu adresovat korespondenci zájemcům, resp. účastníkům, pouze prostřednictvím komunikačního kanálu el. nástroje E-ZAK.

## **12. Obsah a forma nabídky**

Zadavatel pro plnění předmětné zakázky stanovuje Obchodní podmínky, formou kupní smlouvy, které jsou Přílohou č. 4 Oznámení. Dodavatel je povinen obchodní podmínky akceptovat. Zadavatel jejich změnu neumožňuje. Účastník obchodní podmínky vyplněné (viz žlutě podbarvené části) vč. přílohy a podepsané oprávněnou osobou přiloží do nabídky.

Nabídka bude obsahovat vyplněné a podepsané:

- a) Čestné prohlášení (Příloha č. 2)
- b) Seznam významných dodávek (Příloha č. 3)
- c) Obchodní podmínky (Příloha č. 4) ve formátu **pdf** a rovněž **doc**
- d) Krycí list nabídky (Příloha č. 5)

Zadavatel dále požaduje:

- a) doplněná technická specifikace vč. podrobné specifikace a fotografie nabízeného zboží a příslušenství (Příloha č. 1 Obchodních podmínek) ve formátu **pdf** a rovněž **doc**
- b) cenová nabídka (Příloha č. 2 Obchodních podmínek) ve formátu **pdf** a rovněž **doc**
- c) prohlášení o shodě (v původním jazyce a jazyce českém)
- d) seznam poddodavatelů (má-li smysl)
- e) doklad o odborné způsobilosti (Oznámení o splnění ohlašovací povinnosti ve vztahu ke své činnosti či povinnost notifikace zdravotnického prostředku – Sdělení SÚKL – dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, v platném znění)
- f) doklad o oprávnění k provádění servisu – souhlas či pověření výrobce k provádění servisu, údržby kontrol zařízení a systému specifikovaného v této zadávací dokumentaci a nabízeného v ČR

Dokumenty dle bodu 5 této Zadávací dokumentace.

Všechny stránky nabídky budou očíslovány vzestupnou řadou. Zadavatel požaduje, aby nabídka obsahovala údaje o obsahu nabídky s uvedením čísel stran kapitol nabídky vč. uvedení celkového počtu listů nabídky.

## **13. Informace o elektronickém nástroji E-ZAK**

Podrobné instrukce elektronického nástroje E-ZAK naleznete v uživatelské příručce pro dodavatele, pod odkazem: <https://skoleni.ezak.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf> Systémové požadavky na PC pro podání nabídek v aplikaci E-ZAK najdete na adrese <http://www.ezak.cz/faq/pozadavky-na-system>.

#### 14. Další informace a údaje

- a. Zakázka je realizovaná v souladu s § 31 Zákona v režimu výběrového řízení, na něž se nevztahují kogentní ustanovení Zákona, vyjma zásad uvedených v § 6 Zákona. Pojmy či postupy použité v rámci tohoto zadávacího řízení, které odpovídají pojmům či postupům obsaženým v Zákoně, jsou použity pouze z důvodu dodržení zásad uvedených v § 6 Zákona, a dále z důvodu zachování jednotné terminologie při zadávání veřejných zakázek, a v žádném případě je nelze vykládat jako úmysl zadavatele podřídit kteroukoli z částí zadávacího řízení postupu dle Zákona.
- b. Zadavatel si vyhrazuje právo podepsat smlouvu s vítězným účastníkem až po obdržení rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků zřizovatelem.
- c. Zadavatel si vyhrazuje právo nehodnotit žádnou z předložených nabídek a zadávání veřejné zakázky kdykoliv zrušit. Zadavatel není povinen sdělovat důvody takového rozhodnutí.
- d. Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu výběrového řízení, změnit, upřesnit nebo doplnit podmínky výběrového řízení a to všem účastníkům výběrového řízení shodně.
- e. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace poskytnuté účastníkem u třetích osob a účastník je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.
- f. Účastníci mohou požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Žádost musí být učiněna písemně prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
- g. Upozorňujeme, že dodatečně zveřejňované informace na profilu zadavatele v elektronickém prostředí E-ZAK nebudou dodavatelům automaticky zasílány. Z tohoto důvodu je nutno průběžně sledovat obsah Zadávací dokumentace veřejné zakázky a sekci Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace.
- h. Nabídka nesplňující podmínky zadavatele nebude hodnocena.
- i. Účastník je oprávněn podat pouze jednu nabídku, a to v českém jazyce.
- j. Variantní nabídku zadavatel nepřipouští.
- k. Ukončením výběrového řízení a oznámením výsledků soutěže nevznikne automaticky smluvní vztah.
- l. Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit účastníka zadávacího řízení pro nezpůsobilost, pokud se prokáže, že se účastník ZŘ dopustil v posledních 3 letech od zahájení zadávacího řízení závažných nebo dlouhodobých pochybení při plnění dřívějšího smluvního vztahu se zadavatelem zadávané veřejné zakázky, nebo s jiným veřejným zadavatelem, která vedla ke vzniku škody, předčasnému ukončení smluvního vztahu nebo jiným srovnatelným sankcím.
- m. Zadavatel nepožaduje předložení vzorků, ale vyhrazuje si právo v průběhu hodnocení nabídek požádat o předložení předmětu nabídky za účelem ověření deklarovaných technických parametrů. Účastník je povinen předložit předmět nabídky nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení žádosti.

Ing. Norbert Schellong, MPH  
ředitel