

Veřejná zakázka „Imunochemický analyzátor 2024“

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

Název veřejné zakázky:	„Imunochemický analyzátor 2024“
Název zadavatele:	Nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace
Sídlo zadavatele:	Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná
IČO zadavatele:	IČ 00844853
URL adresa:	www.nspka.cz
Oprávněná osoba zadavatele:	Ing. Ivo Žolnerčík, ředitel
Kontaktní osoba zadavatele:	JUDr. Rita Kubicová, advokátka
Telefon:	+420 608 831 124
E-mail:	vzakazky@advokatkakubicova.eu
Profil zadavatele:	http://nspka.profilzadavatele.cz

Vážení dodavatelé,

zadavatel tímto v souladu s ust. § 98 ZZVZ poskytuje na základě níže uvedených dotazů dodavatele následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

„Zadavatel v příloze č. 1_ZD - Technická specifikace v tabulce POŽADOVANÉ TECHNICKÉ PARAMETRY uvádí: „požadovaný analyzátor bude plně klinicky návazný se stávajícím imunochemickým analyzátozem pro zaručení kontinuity výsledků všech požadovaných imunochemických vyšetření dlouhodobě sledovaných pacientů“
Jaký stávající imunochemický analyzátor Zadavatel používá?“

Odpověď zadavatele:

Architect i1000, Alinity i

Dotaz č. 2:

„Zadavatel v seznamu požadovaných metod požaduje Troponin I high sensitive. Tuto metodu uvádí také v několika bodech v příloze č. 1_ZD - Technická specifikace v tabulce POŽADOVANÉ TECHNICKÉ PARAMETRY. Uchazeč má ve své nabídce metodu Troponin T high sensitive. Tato

metoda má stejnou klinicky vypovídací hodnotu a je využívána v mnoha kardiocentrech v rámci ČR. Bude přijata nabídka této metody? Upraví Zadavatel i příslušné body přílohy_č._1_ZD_-_Technická_specifikace v tabulce POŽADOVANÉ TECHNICKÉ PARAMETRY? “

Odpověď zadavatele:

Specifita pro myokard je u troponinu I prakticky 100 %, u troponinu T najdeme u některých svalových onemocnění (např. myopatie) jeho zvýšenou expresi i v kosterních svalech. Myopatie tak mohou být příčinou chronického zvýšení troponinu T." (citace: Jaroslav Racek, Daniel Rajdl: Klinická biochemie, 3. přepracované vydání, 2021).

Troponiny jsou součástí kosterního i srdečního svalu. Troponin I je vysoce specifický pouze pro srdeční tkáň oproti Troponinu T, který může být zvýšen i při poškození kosterního svalstva.

Zadavatel na základě výše zmíněného trvá na požadavku Troponin I high sensitive, nabídka metody Troponin T high sensitive nebude akceptována.

Dotaz č. 3:

„V příloze_č._1_ZD_-_Technická_specifikace v tabulce POŽADOVANÉ TECHNICKÉ PARAMETRY Zadavatel požaduje: „pro následující analyty je požadována single kontrola (kontrola jen pro určený parametr): Troponin I hs, NT-pro BNP a Prokalcitonin, markery hepatální sérologie“

Může uchazeč nabídnout pro parametr NT-pro BNP kardiální multikontrolu s vhodným matricovým složením?“

Odpověď zadavatele:

Pro parametr NT-pro BNP může uchazeč nabídnout i kardiální multikontrolu.

Dotaz č. 4:

„V příloze_č._1_ZD_-_Technická_specifikace v tabulce POŽADOVANÉ TECHNICKÉ PARAMETRY Zadavatel uvádí: „Princip metod bez interference koncentrací biotinu“

Aktuální verze metod uchazeče vylučuje interferenci biotinu v koncentracích dosahovaných ve vzorcích pacientů v rutinní klinické praxi. V jakém rozsahu koncentrací biotinu požaduje Zadavatel vyloučení interference?“

Odpověď zadavatele:

V posledních letech zaznamenáváme velký nárůst používání řady doplňků stravy a mnoha kosmetických přípravků pro dosažení zvýšené kvality vlasů, nehtů, kůže, v důsledku toho mohou být koncentrace biotinu v séru velmi vysoké. Vysoké koncentrace biotinu jsou také využívány při terapii některých onemocnění (roztroušená skleróza, některá onemocnění vrozených metabolických vad). Biotin obsažený v séru pacienta tak může významně ovlivnit výsledky imunoanalytických stanovení založených na využití reakce biotin- streptavidin. Práce skupiny IFCC (International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine) v oblasti kardiálních troponinů (klíčových biomarkerů při diagnostice infarktu myokardu) potvrdila negativní interferenci biotinu u Troponinu T srovnáním se stanovením Troponinu I. Interference

biotinu tak mohou u kardiálních troponinů způsobit snižování hodnot 99. percentilu, a tím změnit diagnostickou klasifikaci akutního infarktu myokardu.

Zadavatel na základě výše zmíněného vysvětlení trvá na znění Zadávací dokumentace a požaduje použití metod bez interference koncentrací biotinu.

Dotaz č. 5:

„Zadavatel v Příloze č. 4A Smlouva o výpůjčce v čl. 1.3 týkajícího se servisní podpory požaduje: „nástup technika do 6 hodin od nahlášení poruchy“. Považuje Zadavatel za nástup technika i vzdálené řešení poruchy do 6 hodin od nahlášení? “

Odpověď zadavatele:

Pokud nelze vyřešit problém komunikací laboratorního personálu se servisním centrem, požaduje Zadavatel nástup technika dle zadávací dokumentace.

V Karviné, dne 28.8.2024

Nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace
Ing. Ivo Žolnerčík, ředitel
i.s. JUDr. Rita Kubicová, advokátka