



Dodatečné informace č.1

k veřejné zakázce malého rozsahu č.19/2025 s názvem „dodání infuzního materiálu“ (č.spisu ZZS/Do/2025/19/infuzní materiál)

Zadavatel na základě dotazu podaného dodavatelem upřesňuje zadávací podmínky:

Dotaz v přesném znění:

Dodavatel žádá o objasnění obsahu specifikace smluvních podmínek pro výše uvedený postup a o odpovědi na následující otázky:

Pozice 1

Bude zadavatel akceptovat infuzní soupravu výhradně pro gravitační infuzi s odvodušňovacím ventilem, antibakteriálním a hydrofilním molekulárním filtrem Liquid Lock o velikosti ok 8 µm, který automaticky zastaví průtok po vyprázdnění komory s drenáží o délce min. 180 cm?

Položka 2

Připustí zadávající orgán prodlužovací hadici, která má pouze koncovky typu Luer-Lock – dámský a pánský?

Položka 3

Očekává zadávající stříkačku typu Luer nebo Luer-Lock?

Odpověď zadavatele:

Položka 1 (infuzní set)

Ano, zadavatel bude akceptovat výše uvedenou infuzní soupravu.

Položka 2 (hadička propojovací)

Ano, zadavatel připustí hadičku s koncovkou typu Luer-Lock.

Položka 3 (stříkačka injekční)

Zadavatel připouští oba výše uvedené typy.

V Ostravě dne 28.11.2025

Za zadavatele Bc. Jiří Flašar, náměstek pro NLZP