

KUPNÍ SMLOUVA ČÁST Č. 1

I.

SMLOUVNÍ STRANY

1. **Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace**
Sídlo: Výškovická 2995/40
Zábřeh, 700 30 Ostrava
IČ: 48804525
DIČ: není plátce DPH
Bank. spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: 89534761/0100
Zastoupen: MUDr. Roman Gřegoř – ředitel
Telefon, fax: 950 730 401, 596 789 397
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Hráček
Telefon: 950 730 475
(dále jen „kupující“)
a

2. Firma: FOSAN s.r.o.
Sídlo: Řeznovice 86, 664 91 Ivančice
Zastoupená: Janem Ryškou – jednatelem
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Ivančice
Číslo účtu: 1049580207/0100
IČ: 64509214
DIČ: CZ64509214
Zápis v obchodním rejstříku: u krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 22839
Číslo živnostenského oprávnění, vydané: 7.5.1996
Tel. / fax.: 546 452 912 / 546 452 912
(dále jen „prodávající“)

II.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. V případě změny účtu prodávajícího je prodávající povinen rovněž doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.
3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
4. Proávající prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

III. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu vozidlo **MB Sprinter 319 CDI KA 4x2 – sanitní automobil M1 RZP/RLP** v počtu 2 kusy (dále jen „zboží“), a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží. Dodávané zboží musí splňovat parametry a bude obsahovat vybavení uvedené v příloze č. 1 této smlouvy.
2. Dodávané zboží musí být nové a nepoužívané, s rokem výroby 2014. Zboží musí splňovat požadavky stanovené vyhláškou č. 296/2012 Sb., o požadavcích na vybavení poskytovatele zdravotnické dopravní služby, poskytovatele zdravotnické záchranné služby a poskytovatele přepravy pacientů neodkladné péče dopravními prostředky a o požadavcích na tyto dopravní prostředky /dále jen „vyhláška č. 296/2012 Sb./, a normu ČSN EN 1789+A1.
3. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu za zboží kupní cenu dle čl. IV této smlouvy.

IV. KUPNÍ CENA

1. Kupní cena zboží činí:

	<i>Cena v Kč bez DPH</i>	<i>21% DPH v Kč</i>	<i>Cena v Kč vč DPH</i>
Vozidlo 1 – RZP Martinov	2.854.050	599.350,50	3.453.400,50
Vozidlo 2 – RLP Orlová	2.874.750	603.697,50	3.478.447,50
Cena celkem za 2 ks	5.728.800	1.203.048	6.931.848

2. Kupní cena podle odst. 1 tohoto článku smlouvy zahrnuje veškeré náklady prodávajícího spojené se splněním jeho závazku z této smlouvy, tj. cenu zboží včetně dopravného, dokumentace a dalších souvisejících nákladů. Kupní cena je stanovena jako nejvýše přípustná a není ji možno překročit. Kalkulace kupní ceny je uvedena v příloze č.2 této smlouvy.
3. Prodávající odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je prodávající ke kupní ceně bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny kupní ceny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.

V. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ

1. Prodávající je povinen dodat zboží do místa plnění, kterým je Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava.
2. Zboží bude dodáno nejpozději do 30.12.2014.

VI. POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO A KUPUJÍCÍHO

1. Prodávající je povinen:
 - a) Dodat zboží řádně a včas.
 - b) Dodat kupujícímu zboží:
 - v množství dle čl. III této smlouvy;
 - v provedení dle § 2095 občanského zákoníku a balení dle § 2097 občanského zákoníku,
 - v I. Jakosti.
 - c) Dodat zboží nové, nepoužívané a odpovídající platným technickým normám, právním předpisům a předpisům výrobce.
 - d) Při dodání zboží do místa plnění dle čl. V této smlouvy předat kupujícímu doklady, které se ke zboží vztahují, ve smyslu § 2087 občanského zákoníku (záruční list, návod k použití apod.), a to v českém jazyce, a také veškeré doklady potřebné pro řádné přihlášení vozidla do evidence vozidel na odboru dopravy. Prodávající je povinen předat kupujícímu také doklad o tom, že zboží splňuje požadavky stanovené vyhláškou č. 296/2012 Sb., a normou ČSN EN 1789+A1 (prohlášení o shodě akreditované zkušebny s tím, že vozidlo splňuje požadavky normy ČSN EN 1789+A1).
2. Kupující je povinen:
 - a) Poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost při plnění jeho závazku, pokud je to potřeba.
 - b) Pokud nabídnuté zboží nemá zjevné vady a plnění prodávajícího splňuje požadavky stanovené touto smlouvou, zboží převzít.

VII. PŘEVOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA ZBOŽÍ

Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží jeho převzetím v místě plnění a v témže okamžiku přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží.

VIII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

1. Zboží je dodáno v okamžiku převzetí zboží kupujícím v místě plnění dle čl. V této smlouvy.
2. Kupující při převzetí zboží provede kontrolu:
 - a) dodaného druhu a množství zboží,
 - b) zjevných jakostních vlastností zboží,
 - c) zda nedošlo k poškození zboží při přepravě,
 - d) neporušenosti obalů zboží,
 - e) dokladů dodaných se zbožím.

3. V případě zjištění zjevných vad zboží může kupující odmítnout jeho převzetí, což řádně i s důvody potvrdí na dodacím listu.
4. O předání a převzetí zboží prodávající vyhotoví dodací list, který za kupujícího podepíše k tomu pověřený zástupce. Proávající je povinen na dodacím listu uvést typ zboží, počet kusů, sériové číslo zboží (pokud existuje) včetně zobrazení v podobě čárového kódu a datum předání. Dodací list bude dále obsahovat jméno a podpis prodávající osoby za prodávajícího a jméno a podpis přejímající osoby za kupujícího. Dodací list bude označen číslem této smlouvy, uvedeným kupujícím v jejím záhlaví. Proávající odpovídá za to, že informace uvedené v dodacím listu odpovídají skutečnosti. Nebude-li dodací list obsahovat údaje uvedené v tomto odstavci, je kupující oprávněn převzetí zboží odmítnout, a to až do předání dodacího listu s výše uvedenými údaji.
- 5.

IX.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Úhrada kupní ceny bude provedena po dodání zboží. Fakturu je prodávající oprávněn vystavit až po řádném předání a převzetí zboží dle této smlouvy. Zálohové platby nebudou poskytovány.
2. Podkladem pro úhradu kupní ceny dodaného zboží bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy (dále jen „faktura“). Faktura musí dále obsahovat:
 - a) číslo zakázky kupujícího (VZ č.4/2014), IČ kupujícího,
 - b) číslo a datum vystavení faktury,
 - c) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy),
 - d) označení banky a čísla účtu, na který musí být zaplacen (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je prodávající povinen o této skutečnosti v souladu s čl. II odst. 2 této smlouvy informovat kupujícího),
 - e) číslo dodacího listu a datum jeho podpisu; dodací list bude přílohou faktury,
 - f) lhůtu splatnosti faktury,
 - g) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu.
3. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení kupujícímu. Stejná lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb (smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady škody apod.). Doručení faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby kupujícího nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Vydmuchov 209/8, 733 01 Karviná.
4. Povinnost zaplatit kupní cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího.
5. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, je kupující oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení.

Prodávající provede opravu vystavením nové faktury. Vracením vadné faktury prodávajícímu přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení nové faktury kupujícímu.

X.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. Prodávající kupujícímu na zboží poskytuje záruku za jakost ve smyslu § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce:
 - na podvozek 36 měsíců (*minimálně 24 měsíců*)
 - na nástavbu 24 měsíců (*minimálně 24 měsíců*)
 - na přístrojovou techniku 24 měsíců (*minimálně 24 měsíců*)
2. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže kupující zboží řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost prodávající.
3. Veškeré vady zboží je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (popř. datovou schránkou nebo e-mailem), obsahujícím co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. Kupující bude vady zboží oznamovat na:
 - telefon: **546 452 912,** nebo
 - e-mail: **rezac@fosan.cz,** nebo
 - adresu: **FOSAN s.r.o.,** Tovární 3/1, 664 91 Ivančice

Jakmile kupující odešle toto oznámení, bude se mít za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak.
4. Pokud je reklamace zboží oprávněná, má kupující právo na opravu vadného zboží. Pokud vadné zboží není možno opravit, má kupující právo na výměnu vadného zboží, případně právo od smlouvy odstoupit. Ode dne výměny vadného zboží začíná na vyměněné zboží běžet nová záruční doba v délce uvedené v odstavci 1 tohoto článku.
5. V případě, že se na zboží během 6 měsíců od převzetí projeví skrytá vada, je kupující oprávněn ihned příslušné vozidlo vrátit, s tím, že prodávající je povinen vrátit kupujícímu plnou kupní cenu tohoto vozidla, a to nejpozději do 30 dnů od jeho vrácení prodávajícímu.
6. Záruční servis bude probíhat v místě plnění dle čl. V této smlouvy, nebude-li s kupujícím dohodnuto jinak. V případě výměny nebo opravy v servisním středisku prodávajícího nebo autorizovaném servisním středisku výrobce, zabezpečí prodávající bezplatně dopravu vadného zboží od kupujícího do servisu a dopravu opraveného nebo vyměněného zboží zpět ke kupujícímu.
7. Odstranění vady musí být zahájeno neprodleně po oznámení vady prodávajícímu a vada odstraněna do 5 dnů od jejího oznámení prodávajícímu, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak. Pokud prodávající vadu neodstraní ve stanovené lhůtě, je povinen kupujícímu poskytnout zdarma náhradní zboží o stejných nebo vyšších technických parametrech, a to až do doby předání opraveného zboží.

8. Prodávající je povinen uhradit kupujícímu škodu, která mu vznikla vadným plněním, a to v plné výši. Prodávající rovněž kupujícímu uhradí náklady vzniklé při uplatňování práv z vadného plnění.
9. Prodávající prohlašuje, že uvedené záruční podmínky se vztahují na každého dalšího vlastníka dodaného zboží, a to v plném rozsahu až do skončení záruční doby.

XI. SANKCE

1. Nedodá-li prodávající kupujícímu zboží ve lhůtě uvedené v čl. V odst. 2 této smlouvy, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny zboží včetně DPH uvedené v čl. IV odst. 1 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.
2. Pokud prodávající neodstraní vadu zboží ve lhůtě uvedené v čl. X odst. 7 smlouvy a zároveň v této lhůtě kupujícímu za vadné zboží neposkytne zdarma náhradní zboží o stejných nebo vyšších technických parametrech, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za každý započatý den prodlení až do odstranění vady nebo poskytnutí náhradního zboží o stejných nebo vyšších technických parametrech.
3. Pro případ prodlení se zaplacením kupní ceny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.
4. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty, a to v plné výši.

XII. ZÁNİK SMLOUVY

1. Tato smlouva zaniká:
 - a) písemnou dohodou smluvních stran,
 - b) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou, s tím, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména
 - nedodání zboží v době plnění dle čl. V odst. 2 smlouvy,
 - pokud má zboží vady, které jej činí neupotřebitelným nebo nemá vlastnosti, které si kupující vymínil nebo o kterých ho prodávající ujistil,
 - nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,
 - neuhrazení kupní ceny kupujícím po druhé výzvě prodávajícího k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy.
2. Kupující je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
 - a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že prodávající je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);
 - b) podá-li prodávající sám na sebe insolvenční návrh.

3. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.
4. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ rozumí „nejpozději do 14-ti dnů“.

XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Doplnění nebo změnu této smlouvy lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, postupně číslovaných a takto označených dodatků.
3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
4. Prodávající prohlašuje, že je oprávněn k prodeji zboží, které je předmětem plnění této smlouvy.
5. Prodávající nemůže bez souhlasu kupujícího postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí straně.
6. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž kupující obdrží dvě a prodávající jedno její vyhotovení.
7. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se tento smluvní vztah příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

příloha č. 1: Technická specifikace zboží

příloha č. 2: Kalkulace ceny

18 -08- 2014

V Ostravě dne 18 -08- 2014

V Ivančicích dne 2014

.....
za kupujícího:
MUDr. Roman Gřegoř
ředitel ZZS MSK

**ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ
SLUŽBA
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE**
Výškovická 2995/40 9
Zábřeh, 700 30 Ostrava

.....
za prodávajícího:
Jan Ryška
jednatel

FUSAN s.r.o. 
ŘEZNOVICE 86, 664 91 IVANČICE
tel./fax: 546 452 912
IČO: 64509214 DIČ: CZ64509214

PŘÍLOHA Č.1 KS - TECHNICKÁ SPECIFIKACE ČÁST Č. 1

Tato podrobná technická specifikace část č. 1 zakázky, je součástí výběrového řízení na veřejnou zakázku s názvem „**dodání sanitních vozidel**“ pro zadavatele Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace.

Část č.1 zakázky se týká dodání sanitního vozidla pro RLP, RZP - „městská verze“ (vozidlo kategorie „B“ dle ČSN EN 1789+A1), s pohonem 1 nápravy (4x2), v počtu 2 kusů.

1) Vozidlo pro přestavbu – rychlé shrnutí:

Mercedes-Benz Sprinter, typ 319 CDI KA 4x2, vůz se skříňovou karoserií, s dieslovým motorem 3,0CDI – 140kW/190PS, pohon zadní nápravy, 6-ti stupňová mechanická převodovka, střední rozvor náprav $r = 3.665\text{mm}$, středně vysoká střecha, barva vozidla RAL 1016, počet sedaček v kabině řidiče 1+1=2 včetně řidiče, celková hmotnost vozidla 3.880kg.

Podvozková část:

- Celková hmotnost vozu 3 500 kg a vyšší – **3.880kg**
- Motor vznětový – **2.987ccm**
- výkon motoru – minimálně 135 kW – **140kW/190PS**
- Emisní třída Euro 6
- přehřev chladicí kapaliny motoru jednotkou **CALIX** na 230 V, ovládání přehřevu samostatným vypínačem s kontrolkou *(je řešeno a kalkulováno v rámci sanitní zástavby)*
- převodovka - 6-ti stupňová manuální, náhon na jednu nápravu, provedení 4x2
- rozvor – alespoň 3 600 mm – **3.665mm**
- rozměry skříně (mm) min – 3 260 x 1 780 x 1 840 – **střední rozvor + středně vysoká střecha**
- servisní interval – alespoň 30 000 km – **40.000km**
- barevné provedení v souladu s Vyhl. č. 296/2012 Sb. *(je řešeno a kalkulováno v rámci sanitní zástavby):*

Základní barva karoserie vozidla je žlutá, RAL 1016, nebo ekvivalent. Na bocích vozidla je umístěno retroreflexní značení v podobě pravidelně se střídajících obdélníkových polí zelené a žluté barvy o minimálním rozměru 590 x 300 mm ve dvou vodorovných pruzích vytvářejících vzhled šachovnice, přičemž kratší strana obdélníkového pole určuje šíři pruhu. V horní části obou boků pak obdobný zeleno žlutý pruh o šíři 80 mm, navazující na pruh na horní straně zadních dveří.

Na bocích velký nápis „Zdravotnická záchranná služba“ o minimální výšce písma 150 mm, pod ním menším písmem „Moravskoslezského kraje“ odstín RAL 3024, na předních dveřích dole pak malý znak (logo) ZZS MSK.

Na bočních posuvných dveřích vpravo nahoře nápis „www.zzsmsk.cz“

Na střechě (150 mm), na obou bocích vpředu a na zadních dveřích (100 mm) volací znak, provedení v barvě černé.

Na zadních dveřích symbol upozorňující na přepravu kyslíku.

Na zadních dveřích šachovnicový červeno žlutý pruh v provedení a rozměrech stejně jako na bocích, včetně malého šachovnicového pruhu na horní hraně.

Na oknech zadních dveří 2x „Modrá hvězda života“, provedení reflexní s konturou.

Na přední kapotě velký znak ZZS MSK, po obou bocích znaku 4 vodorovné pruhy v odstínu RAL 3024, na zvýšené střechě (spojleru) vpředu modrá „Hvězda života“, provedení reflexní s konturou, pod symbolem nad oknem nápis „A M B U L A N C E“ v odstínu RAL 3024.

Na obou bocích nástavby „Modrá hvězda života“, provedení reflexní s konturou.

Drobné doplňky, jako telefonní číslo či symbol apod. upřesní zadavatel.

PŘÍLOHA Č.1 KS - TECHNICKÁ SPECIFIKACE ČÁST Č. 1

Sestava vozidla:

- boční posuvné dveře vpravo
- posuvné okno v bočních posuvných dveřích
- zesílená přední náprava
- zesílený stabilizátor přední nápravy
- zesílený stabilizátor zadní nápravy
- tlumiče a pérování na obou nápravách zesílené
- posilovač řízení
- přídatná baterie 12V zesílená
- dělicí relé pro přídatnou baterii
- elektricky vyhřívaná a seřiditelná zpětná zrcátka
- kontrolka poruchy vnějšího osvětlení
- elektrické ovládání oken u řidiče a spolujezdce
- přední okno netermální se zeleným pruhem
- výklopné a posuvné střešní okno v nástavbě **Webasto** (*bude realizováno v rámci sanitní zástavby*)
- vysoká střecha (1840 mm) – **středně vysoká střecha = světlá výška 1.840mm**
- vysoké dvoukřídlé zadní dveře s okny, otvíratelné 270°
- nástupní schůdek u zadních dveří
- dělicí stěna s posuvným oknem
- vnitřní zpětné zrcátko
- uzamykání palivové nádrže (prostřednictvím dveří řidiče)
- objem nádrže paliva minimálně 70 litrů
- zesílený alternátor 14V/180A
- akumulátor 12V
- kontakty pro startování a dobíjení akumulátoru – umístěny v motorovém prostoru
- ukazatel vnější teploty na přístrojovém panelu
- mlhovky integrované do předního nárazníku
- světla pro denní svícení
- hlavní světlomety halogenové H7
- ukazatel směru vzadu na střeše – přídatné nízké provedení (*bude realizováno v rámci sanitní zástavby*)
- přední lapače nečistot
- zadní lapače nečistot
- ABS + ASR + ESP +BAS (brzdový asistent) + EBV
- brzdy hydraulické dvouokruhové – kotoučové
- adaptivní brzdová světla
- asistent pro potlačení vlivu bočního větru
- předehřev paliva
- tachometr cejchovaný v km
- vozidlo bez tachografu
- vozidlo bez omezovače rychlosti
- otáčkoměr
- imobilizér
- zvuková vnější signalizace couvání
- parkovací asistent vzadu i vpředu
- centrální zamykání na dálkové ovládání
- jednoduché sedadlo spolujezdce – **celkem v kabině 1+1 = 2 místa**
- sedačka řidiče a spolujezdce podélně posuvná + seřiditelné opěrky zad + loketní opěrka
- opěrka hlavy pro řidiče i spolujezdce výškově stavitelná
- uzamykatelná schránka u spolujezdce

PŘÍLOHA Č.1 KS - TECHNICKÁ SPECIFIKACE ČÁST Č. 1

- odkládací polička nad čelním oknem
- otočná sluneční clona u řidiče i spolujezdce
- autorádio
- ukazatel servisních intervalů
- třetí brzdové světlo vzadu na střeše
- airbag řidiče + spolujezdce – s přepínači bezpečnostních pásů
- kontrola zapnutí bezpečnostních pásů
- boční airbagy okenní u řidiče a spolujezdce
- klimatizace prostoru řidiče
- klimatizace v ambulantním prostoru **Delphi** (*bude realizována a je kalkulována v rámci sanitní zástavby*)
- lampička na čtení map před spolujezdcem – krátká, LED technologie (*bude realizována a je kalkulována v rámci sanitní zástavby*)
- gumové koberce v kabině
- plnohodnotná rezerva
- základní výbava vozidla – trojúhelník, lékárnička, tažné lano, náhradní žárovky, 2ks reflexní vesty
- vozidlo je vybaveno ocelovými disky a pneumatikami s letním vzorkem 235/65 R16 C
- 4ks kompletních kol s ocelovými disky a zimními pneumatikami odpovídajícího rozměru
- vozidlo splňuje předpisy pro provoz motorových vozidel na pozemních komunikacích v ČR
- základní vozidlo pro přestavbu na sanitní automobil je nové, nepoužívané, roku výroby 2014

-
- Dodání a montáž GPS jednotky pro on-line sledování polohy vozidla, provedení „ONI Systém“ v konfiguraci pro ZZS MSK, včetně antény a zdrojové jednotky, pevně zabudovaná ve vozidle. Jednotka musí být pevně fixována ve správné poloze pro jednoznačnou identifikaci směrové osy, pozor na správné zapojení pro jasnou identifikaci zapnutí a vypnutí výstražného zařízení. Zapojení na svorku se stálým napětím 12V. Požadována je kompletní dodávka včetně aktivace v NAM (ONI) systému.
 - Montáž přední sledovací kamery se záznamem, montáž na čelní okno za zpětné zrcátko. Montáž napájecí jednotky v pravé části za bočním krytem přístrojové desky pro snadný přístup k nastavovacím prvkům, napájení 12 V ze stropu, zapojení na akumulátor podvozku, podle dodaného schématu.
(*Kameru se zdrojovou jednotkou dodá zadavatel*)
 - Montáž laserové tiskárny výjezdového protokolu. Pracovní napětí 230V, příkon pracovní max. 450 W. Maximální rozměry: (V, Š, H) 250 mm / 370 mm / 340 mm
Hmotnost maximálně 7,5 kg, napájení přes měnič napětí, který je součástí dodávky.
(*Tiskárnu dodá zadavatel*)
 - Dodání a montáž měniče pro tiskárnu, napětí se sinusovým průběhem, z 12V stejnosměrných v palubní síti vozidla na 230 V střídavých, ve zvlášť označené zásuvce „230 V pro tiskárnu“. Výkon měniče trvalý minimálně 1000 W, špičkově překročitelný. Model vhodný k provozu ve vozidle, s elektronickou ochranou proti přetížení a dostatečným chlazením, předurčený k napájení spotřebičů II. třídy, např. počítačů, notebooků, tiskáren, měřících přístrojů a podobně. Vnější rozměry maximálně 325 x 160x80 mm.
 - Druhý měnič pro přístroje – stejných parametrů, z 12V na 230 V s výkonem minimálně 600 W, vyvedeno ve zvlášť označené zásuvce „230 V pro přístroje“
 - Příprava pro instalaci držáku navigace Samsung, včetně zajištění napájení 12 V. Přívod napájení z přístrojové desky, zapojení na akumulátor podvozku.
-

PŘÍLOHA Č.1 KS - TECHNICKÁ SPECIFIKACE ČÁST Č. 1

2) Specifikace sanitní zástavby:

- vyztužení karosérie pro uchycení zdravotnických přístrojů, zachovat dostatečnou prostorovou rezervu pro varianty typů a rozmístění přístrojů
- skříňka na doklady a radiostanice mezi sedadly v kabině řidiče
- zateplení a odhlučnění ambulantního prostoru
- obložení stěn a stropu omyvatelným materiálem
- protiskluzová vodovzdorná podlaha s olištováním vstupů
- hydraulicky odpružený polohovatelný stůl nosítek **STEM** typ **PIUMA** s nerezovým pojezdem, elektricky ovládaný, na stole kotevní systém nosítek
- součástí dodávky nosítka s podvozkem **Medirol** typ **VIVERA EXTERO CLINIC** (blíže specifikace v části 3-Přístrojová a transportní technika)
- nájezdová sklopná plošina v celku, rolna nájezdu výškově v rovině s plošinou, součástí dodávky
- zvukové znamení z ambulantního prostoru k řidiči
- osvětlení ambulantního prostoru technologií LED diodových pásů s vypínačem a stmívačem u bočních dveří a vypínačem u zadních dveří
- na strop přidat LED lištu modré barvy pro samostatné osvětlení během transportu, délka stejná jako lišta bílá, samostatný vypínač v ambulantním prostoru
- osvětlení bočního vstupu při otevření dveří, LED provedení
- bodové halogenové osvětlení nad nosítky, zapuštěné ve stropu
- na stropním madle 2 + 2 držáky infuzních lahví a PE vaků
- nezávislé teplovzdušné topení pro ambulantní prostor **Eberspächer 4 kW**
- teplovzdušné topení **DEFA 2,1 kW** na 230V s termostatem v ambulantním prostoru, zapojené v samostatné zásuvce
- teplovodní závislé topení s ventilátorem **Herkules 9 kW** v ambulantním prostoru, zabudované v nábytkové sestavě na přepážce, mechanický uzavírací ventil rozvodu topení umístěný na dělicí příčce za sedadlem spolujezdce, ovládání ventilátoru v ambulantním prostoru
- zásuvky 12V, 6x na levém boku nástavby, tj. 4x klasická, 1x zapalovačová s ledkou a 1x originál inkubátorová typ **DARTIN**, s vodičem průřezu minimálně 4 mm² - všechny zásuvky směřované tak, aby zástrčky byly připojeny svisle zdola. Vpředu v kabině před spolujezdcem u levého kolene 2x zapalovačová rohová, montáž na 45°
- obousměrný stropní ventilátor
- hledací světlomet halogen na krouceném kabelu 1,5m, s úchytem vpravo na palubní desce v kabině řidiče a zásuvka 12V
- halogenový reflektor natáčecí a naklápěcí vevnitř, u zadních dveří, 12V/55W
- skříňka se zásuvkami s horní nerezovou pracovní deskou a prostorem pro uložení resuscitačního kufříku nebo batohu, umístěno na přepážce, obloženo nerezí, opatřeno popruhy k upevnění batohů
- zařízení pro trvalý ohřev infúzí na teplotu 37+/-2°C
- zařízení pro chlazení infúzí, objem zhruba 10 litrů, teplota 4°C plus minus 1°C (podání pro terapeutickou hypotermii)
- dávkovač desinfekce v držáku na přepážce, držák v kovovém provedení
- jednoduchá skříňka pod stropem zástavby, maximálně využít prostor po levé straně zástavby
- skříňka pro uložení vakuové matrace vzadu, vlevo
- skříňka na dlahy vlevo vzadu nad vakuovou matrací
- na přepážce za hlavou pacienta výklopný sedák **INTAP** s třibodovým bezpečnostním pásem (kategorie M1)
- na pravé straně 1x sklopná sedačka **INTAP** s třibodovým bezpečnostním pásem (kategorie M1), opěrkou ruky, opěrkou hlavy a s možností otáčení
- za sedačkou na pravém boku schrána pro uložení ochranných pomůcek jednotlivce v kufříku o rozměrech 65 x 45 x 20 cm
- nad bočními dveřmi ampulárium, minimálně na 60 ks ampulí

PŘÍLOHA Č.1 KS - TECHNICKÁ SPECIFIKACE ČÁST Č. 1

- vlevo vpředu lékovka – 4 police s 1 uzamykatelným prostorem (trezor na opiáty)
- nerezová nástupní madla na přepážce a vlevo u bočních dveří,
- v dosahu osoby sedící na sedačce v ambulantním prostoru umístit na stěnu 1 ks speciální nůž na přeřiznutí bezpečnostních pásů
- rozvod kyslíku od láhví 2 x 10 litrů, se dvěma rychlospoji na panelu na levé straně zástavby
- držák, 2 ks 10 litrových lahví vzadu vlevo, s dostatečnou výškovou rezervou na různé výšky láhví
- vpravo vzadu 2x držák na 2 litrové kyslíkové láhve
- rychlospojky ve stěně u 10 litrových láhví
- rychlospojky u dýchacího přístroje a kyslíkového modulu
- v dodávce 2ks redukční ventil na láhev
- pro všechna propojení jak láhví, tak přístrojů dodat kompletní propojovací hadice
- dodání a montáž nádoby na odpady
- dodávka a montáž hasicího přístroje 2 kg FE 36 – čisté hasivo, montáž na podlahu mezi řidiče a spolujezdcu
- dodání a instalace 1 ks montážní sady včetně antény pro radiostanici Motorola GM 360
- montáž radiostanice - *radiostanici Motorola GM 360 dodá k montáži zadavatel*
- dodání a instalace montážní sady včetně antény pro radiostanici MATRA typ TPM 700
- dodání a montáž radiostanice MATRA TPM 700 - *radiostanici MATRA TPM 700 dodá k montáži zadavatel*
- na všechna celá okna sanitního prostoru tmavou kouřovou folii, dolní 2/3 zneprůhlednit i pro případ večer rozsvíceného vnitřního osvětlení
- výstražné zařízení značky Whelen:
 - modrá výstražná rampa **Liberty FDP 138A/SX4BBBB** v lineární LED technologii, svítící do všech stran, min. 60 světelných bodů, vysoká viditelnost z bočních úhlů, na obou bocích rampy bílé halogenové světlo minimální výkon 35 W, se samostatným spínáním, pro osvětlení například domovních čísel, vzadu LED maják, min. 48 světelných bodů
 - zesilovač sirény **ALPHA 12X** o výkonu minimálně 200 W, 2 x plochý reproduktor sirény **SA 315 P**, každý o výkonu 100W zabudované v masce vozidla za vyjímatelnou mřížkou.
 - přepínání tónů sirény na volantu tak, aby se při přepínání současně neaktivoval klakson vozidla.
 - přídatná přední modrá výstražná světla **LINZ6B** lineární LED technologie, dva kusy, minimálně 3 světelné body, zapuštěná v masce, umístění v co nejširších možných bodech masky vozidla
 - dvě přídatná modrá světla **LINZ6B** v lineární LED technologii, minimálně 3 světelné body, umístěná na bocích předních blatníků
 - vzadu na hraně střechy výkonná bílá pracovní světla v LED technologii spínaná jednak automaticky při zařazení zpátečky a jednak prosvětleným (kontrolka) vypínačem umístěným na palubní desce v kabině v zorném poli řidiče
 - na obou bocích nástavby nahoře vždy 2 ks LED světél **FSC**, šikmo dolů, pro dostatečné osvětlení pracovního prostoru po bocích vozidla do vzdálenosti zhruba 3 m od vozidla, spínač s kontrolkou u řidiče
 - vzadu na hraně střechy oranžová světla v nízkém provedení, napojená na směrová světla vozidla
- blokování startování - zvuková a světelná signalizace při startování vozidla a současně připojeném kabelu vnějšího zdroje 230V
- rozvod 230V, venkovní přívodní zásuvka s automatizovaným odpojením v nerezovém provedení na levé straně za dveřmi řidiče, (v souladu s ČSN 33 2000-7-717), vnitřní dvojzásuvka 230V 2x ve spodní části levé stěny. Propojovací kabel délky 15 m součástí dodávky, proudový chránič, jistič, instalační relé, pojistky (samostatné schéma) umístěny za sedadlem řidiče na přepážce tak, aby nebyl omezen posun sedadla do zadní polohy. **Vše včetně výchozí revize elektro.**
- zabudovaná nabíječka akumulátoru vozidla i nástavbového, doplněno dělicím relé zajišťujícím provozní stav vozidlového akumulátoru

PŘÍLOHA Č.1 KS - TECHNICKÁ SPECIFIKACE ČÁST Č. 1

- předmontáž na rádio – anténa + repro, autorádio, 2ks reproduktorů umístěných na stropě v ambulantním prostoru v přední části. Ovládání hlasitosti reproduktorů prvkem umístěným na ovládacím panelu v ambulantním prostoru
 - úložný prostor nad kabinou řidiče
 - dobíjecí svítidla 12V s držákem v prostoru řidiče, (například Maglite), upevněná mezi sedadly
 - vzadu, na pravých dveřích, držák pro uchycení transportní sedačky - schodolezu
 - vpravo na stěně ambulantního prostoru nahoře držák scoop rámu
 - roleta na okno na přepážce, montovaná ze strany kabiny řidiče
 - dodání a montáž držáku role jednorázových ručníků, kovové provedení + jedna role ručníků, umístění na přepážce
 - na přepážce držák s nádobou na použité kanyly, cévky atd., kovové provedení
 - 2 kusy držák na zásobník s ochrannými lékařskými rukavicemi, kovové provedení, rozměry podle vzorku námi používaných krabiček
-

3) Přístrojová a transportní technika:

Držáky na přístroje:

- Dodávka a montáž držáku na defibrilátor
- Dodávka a montáž držáku na ventilátor
- Dodávka a montáž držáku na perfusory (2 ks nad sebou), / lineární dávkovače pro použití v intenzivní medicíně/ s možností kalibrace na stříkačky 20/50 ccm
- Dodávka a montáž držáku na odsávačku - elektrická s dobíjecím držákem v zadní stěně napojeným přímo na 12V rozvod vozidla
- Držák, či jiné zajištění proti pádu, na tiskárnu výjezdového protokolu, umístěn v prostoru skříňky se zásuvkami s horní nerezovou deskou
- Dodávka a montáž držáku transportní sedačky na zadních dveřích
- Dodávka a montáž držáku na scoop rám

Vozidlo č. 1 (RZP Martinov)

1 ks ventilátor Medumat Standard2 s Life Base 3NG, s režimy IPPV, CPAP, CPR, RSI, SIMV, S-IPPV a režim inhalace kyslíku; barevný TFT displej, hmotnost včetně nabíjecí baterie cca 2,5 kg, dechový objem cca 50 – 2000 ml; standardní příslušenství bude součástí dodávky (pac. okruh, vstupní filtr, napájecí zdroj / nabíječka, nabíjecí baterie jako součást přístroje, adaptér na inhalaci kyslíku, SD karta); návod v českém jazyce; na nosné jednotce s vlastním zdrojem kyslíku, dodávka bez tlakové láhve; možnost napojení ventilátoru do rozvodu kyslíku ve vozidle (dodání rychlospojky s prodlužovací hadicí)

1 ks skládací transportní sedačka (schodolez) Saver 242T s držákem

- nosnost minimálně cca 170 kg
- váha maximálně 16.5 kg
- 2x bezpečnostní pás pro uchycení pacienta
- transportní kolečka vpředu i vzadu, na zadní straně sedačky pás pro evakuaci po schodech
- výklopné opěradlo na nohy pacienta
- výškově nastavitelná rukojeť
- teleskopické výsuvné držadlo
- rozměry složeného modelu maximálně cca 1300 x 230 x 490 mm

PŘÍLOHA Č.1 KS - TECHNICKÁ SPECIFIKACE ČÁST Č. 1

Vozidlo č. 2 (RLP Orlová)

1 kus transportního ventilátoru s displejem Oxylog 2000+, napájecím adaptérem a s držákem na stěnu zástavby

- s režimy VC – CMV, VC – AC, VC – SIMV, SpnCPAP
- možnost podílu kyslíku ve vdechované směsi 100% (režim No–AirMIX) nebo přibližně 40% (režim AirMix)
- PEEP 0 to 20 mbar / cmH₂O dechový objem 100 ml až 2000 ml
- autonomní provoz během přepravy zajištěn vnitřní baterií na dobu minimálně 3,5 hodiny
- design, váha a rozměry přístroje uzpůsoben pro práci ve vozidlech záchranné služby (nutno umístit do vybraného prostoru v sanitním vozidle)
- váha do 6 kg
- rozměry cca do 350 x 200 x 190 mm
- údaje na displeji přístroje musí být dobře čitelné ve dne i v noci
- tělo ventilátoru z jednoho kusu, ne modulární systém
- možnost napojení ventilátoru do rozvodu kyslíku ve vozidle
- napájecí adaptér do vozidlové sítě 12 / 24 V

1 kus průtokoměr okénkový, 0 – 25 l/minuta, kyslík + rychlospojka; vstup: rychlospojka M12 x 1, výstup hadicí, nástavec G 3/8

1 kus skládací transportní sedačka (schodolez) MEDIROL Rolman K312

- váha maximálně 12 kg
- nosnost maximálně cca 180 kg
- 4 bodový bezpečnostní pás pro uchycení pacienta
- transportní kolečka vzadu o velkém průměru
- přední menší kolečka otočná
- na zadní straně sedačky pás pro evakuaci po schodech
- hliníková konstrukce s vysokou pevností, dobře viditelný oranžový rám
- rozměry složeného modelu maximálně cca 1200 x 550 x 250 mm
- výsuvné horní madlo se třemi pozicemi zajištění

Vozidla 1 i 2:

1 kus bifázický defibrilátor / monitor / kardiostimulátor CORPULS 3 SLIM vč. držáku 12V DC:

- provozní teplota přístroje: vhodné pro venkovní i vnitřní použití
- ochrana před prachem a stříkající vodou
- ochrana před nárazem dle EN 1789
- viditelné světelné alarmy, zvuková signalizace alarmů s možností nastavení intenzity tónu
- intuitivní ovládací prvky pro snadnou obsluhu
- tiskárna: termotisk, šířka papíru min. 80 mm, tisk 6 svodů najednou,
- tisk klidového EKG ve formátu 2x6 nebo 4x3, volitelná rychlost tisku, bezúdržbové provedení
- li-ion baterie s minimální životností dva roky a rychlým nabíjecím cyklem
- Informace o zbývajícím kapacitě a stavu baterie zobrazené na hlavní obrazovce (vhodné v minutách)
- napájení přístroje 12 V DC integrované v certifikovaném bezpečnostním držáku do sanitního vozu s jednoduchou obsluhou
- jednoduchá obsluha a snadné využití přístroje i v režimu PNP s důrazem na vysokou mobilitu a flexibilitu
- datový přenos 12ti svodového EKG pomocí interního GSM modemu
- datový záznam sumáře provedených výkonů s možností tisku z paměti či datové karty přístroje
- možnost následného externího zpracování pořízených dat v rámci systému data managementu
- sada kompletního provozního příslušenství

PŘÍLOHA Č.1 KS - TECHNICKÁ SPECIFIKACE ČÁST Č. 1

- ochranné pouzdro pro kabely a snímače
- návod k použití v ČJ

Monitor/monitorované parametry:

- Monitorace pacientů všech věkových kategorií
- EKG 3/5/12 svodů, 12 svodové klidové EKG
- SpO₂ + křivka
- SpCO (prodlužování kabel, čidlo SpCO)
- Prodlužování kabel a sada čidel SpO₂ pro všechny věkové skupiny
- EtCO₂ + křivka, mainstream systém s možností měření intubovaných i neintubovaných pacientů
- NIBP měření auto/manuál
- Min. 8“ barevný displej, podsvícený; invertovatelný s velmi dobrou viditelností
- Zobrazení min. 4 křivky barevně rozlišené najednou, při klidovém EKG 12 křivek najednou ve formátu 2x6 nebo 4x3
- Intuitivní ovládací prvky pro snadnou obsluhu
- Možnost volitelně rozšířit o další funkce jako IBP, teplota

Defibrilátor/kardiostimulátor:

- Bifazický impuls
- AED, poloautomatická externí defibrilace včetně protokolu dle ERC směrnic 2010 s možností snadné úpravy při změně směrnic ERC
- Transkutánní pacer s minimálně dvěma módy provozu - DEMAND, FIX
- Stimulace přes defibrilační/stimulační elektrody, volitelná intenzita (mA) frekvence á/min
- Defibrilace přes nalepovací multifunkčních elektrody, defibrilace/stimulace, pro dospělé/pediatrické/novorozenecké
- Nízká hmotnost

1 ks odsávačka elektrická LEARDAL LSU s držákem a nabíječkou DC, se znovu použitelnou průsvitnou plastovou nádobkou na sekrety o objemu 1l s ochranou proti přetoku

- integrovaná baterie s minimální výdrží 30 minut při plném výkonu odsávací jednotky
- automatické dobíjení baterie při založení do držáku na zadní straně odsávačky
- indikace pomocí LED diod stavu baterie, stupně vakua, připojení externího zdroje
- obslužný panel v přední části přístroje
- přídatná boční kapsa na umístění odsávacích kanyl
- odsávačka musí být kompatibilní se současným vybavením vozidel zadavatele

1 ks nástěnný tonometr BOSO NOVA s manžetou v hlubokém košíku

2 ks lineární dávkovače BRAUN- perfusory s možností kalibrace na stříkačky 20/50 ccm většiny známých výrobců,

- napájení dobíjecími AKU, ext. napájení 12 V; výdrž baterií cca 60 hod při průtoku menším než 10 ml/hod
- možnost montáže na stěnu nad sebou (upevnění na madle v prostoru zástavby sanitního vozidla)
- hmotnost cca do 2 kg
- rozměry cca do 200x110x130 mm

1 ks nosítka s nožním madlem odnímatelná + **podvozek**, včetně anatomické matrace s dětským integrovaným zádržným systémem a tvarovaných přípravků pro stabilizaci hlavy pacienta **MEDIROL** typ **VIVERA EXTERO CLINIC**.

PŘÍLOHA Č.1 KS - TECHNICKÁ SPECIFIKACE ČÁST Č. 1

nosítka CLINIC N114:

- výsuvná madla pro přenášení
- lehká hliníková konstrukce
- boční sklápěcí zábrany
- 4 kolečka na spodní straně nosítek
- polohování opěry zad minimálně 0° až 75° včetně polohovatelné opěrky hlavy
- polohovatelné opěry nohou včetně samostatného polohování kolen pacienta
- přepravní rozměry cca do 210 x 700 x 350 mm
- nosnost minimálně 225 kg
- váha do cca 30 kg (bez matrace, pásů a dalšího vybavení)
- anatomická matrace s dětským integrovaným zádržným systémem, včetně tvarovaných přípravků pro stabilizaci hlavy pacienta

podvozek EXTERO P113:

- s dvoukrokovým nakládacím nezávislým systémem s ergonomickým a bezpečnostním opatřením předcházejícím možnému zranění záchranářů nebo pacientů
- kolečka průměru cca od 140 do 200 mm, nejlépe pryžová
- váhový limit u podvozku minimálně cca 250 kg
- hmotnost podvozku cca do 30 kg
- přepravní rozměry cca do 2200 x 700 x 370 mm
- možnost jednočlenné obsluhy
- brzdy na zadních kolech zabráňující samovolnému pohybu podvozku

1 ks scoop rám plastový-žlutý,

- vyroben z kvalitního polyetylenového materiálu odolného vůči desinfekčním prostředkům
- nosnost min. 150 kg
- délka min. cca 1650 mm, šířka max. cca 450 mm, výška max. cca 80 mm
- hmotnost max. cca 8 kg

Technická specifikace bezvýhradně splňuje požadavky zadavatele na technické parametry vozidel.

U použitých komponentů nástavby uchazeč splňuje homologace podle ČSN EN 1789+A1.

Veškeré návody na použití budou dodány v českém jazyce.

Kompletní sanitní vozidlo bude nové, dosud nepoužívané, roku výroby 2014.

Vozidlo bude dodáno v souladu s platnými právními předpisy, zejména bude splňovat požadavky stanovené vyhláškou č. 296/2012 Sb., o požadavcích na vybavení poskytovatele zdravotnické dopravní služby, poskytovatele zdravotnické záchranné služby a poskytovatele přepravy pacientů neodkladné péče dopravními prostředky a o požadavcích na tyto dopravní prostředky, dále pak normu ČSN EN 1789+A1.

K vozidlu budou doloženy veškeré doklady potřebné pro jeho řádnému přihlášení do evidence na odboru dopravy. Dodavatel také doloží prohlášení o shodě akreditované zkušebny s tím, že vozidlo splňuje požadavky normy ČSN EN 1789+A1.

Za FOSAN Ivančice zpracoval dne 11.8.2014

.....

Jan Ryška - jednatel společnosti

FOSAN s.r.o.

ŘEZNOVICE 86, 664 91 IVANČICE

tel./fax: 546 452 912

IČO: 64509214 DIČ: CZ64509214

PŘÍLOHA Č.2 KS – KALKULACE CENY ZBOŽÍ ČÁST Č. 1

Tato cenová kalkulace zboží část č.1 zakázky, je součástí výběrového řízení na veřejnou zakázku s názvem „**dodání sanitních vozidel**“ pro zadavatele Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace a tvoří Přílohu č. 2 Kupní smlouvy.

Část č.1 zakázky se týká dodání sanitního vozidla pro RLP, RZP - „městská verze“ (vozidlo kategorie „B“ dle ČSN EN 1789+A1), s pohonem 1 nápravy (4x2), v počtu 2 kusů.

Sanitní automobil pro RZP, RLP „městská verze“ – rychlé shrnutí:

Mercedes-Benz Sprinter, typ 319 CDI KA 4x2, vůz se skříňovou karoserií, s dieslovým motorem 3,0CDI – 140kW/190PS, pohon zadní nápravy, 6-ti stupňová mechanická převodovka, střední rozvor náprav r = 3.665mm, středně vysoká střecha, barva vozidla RAL 1016, počet sedaček v kabině řidiče 1+1=2 včetně řidiče, celková hmotnost vozidla 3.880kg.

Sanitní vozidlo je ve své specifikaci rozděleno na Vozidlo 1 (RZP Martinov) a Vozidlo 2 (RLP Orlová) a v obou případech do tří částí:

- 1) Podvozková část – jedna cena
- 2) Specifikace zástavby (pevná sanitní zástavba) – jedna cena
- 3) Přístrojová a transportní technika – položkový rozpočet

Níže uvedená cena je dělena na cenu bez DPH, zvlášť DPH v jednotné výši 21% a cenu vč. DPH.

Vozidlo 1 – RZP Martinov:

<i>Položka</i>	<i>Cena v Kč bez DPH</i>	<i>21% DPH v Kč</i>	<i>Cena v Kč vč. DPH</i>
Podvozková část	933.000	195.930	1.128.930
Sanitní zástavba	967.650	203.206,50	1.170.856,50
1 ks komplet nosítka s podvozkem -Medirol EXTERO P113+CLINIC N114	91.300	19.173	110.473
1 ks Scoop rám plastový-žlutá barva	19.300	4.053	23.353
1 ks schodolez Saver S242T	29.800	6.258	36.058
1 ks ventilátor MED.ST.2 s Life Base 3NG	214.000	44.940	258.940
1 ks defibrilátor Corpuls 3 SLIM	505.000	106.050	611.050
1 ks odsávačka Laerdal LSU	38.000	7.980	45.980
1 ks nástěnný tonometr BOSO NOVA	4.000	840	4.840
2 ks lineární dávkovače BRAUN	52.000	10.920	62.920
Vozidlo 1 celkem	2.854.050	599.350,50	3.453.400,50

PŘÍLOHA Č.2 KS – KALKULACE CENY ZBOŽÍ ČÁST Č. 1

FOSAN
REZNOVICE 86, 664
tel./fax: 546


Vozidlo 2 – RLP Orlová:

<i>Položka</i>	<i>Cena v Kč bez DPH</i>	<i>21% DPH v Kč</i>	<i>Cena v Kč vč. DPH</i>
Podvozková část	933.000	195.930	1.128.930
Sanitní zástavba	967.650	203.206,50	1.170.856,50
1 ks komplet nosítka s podvozkem -Medirol EXTERO P113+CLINIC N114	91.300	19.173	110.473
1 ks Scoop rám plastový-žlutá barva	19.300	4.053	23.353
1 ks schodolez Medirol Rolman K312	16.500	3.465	19.965
1 ks ventilátor Oxylog 2000+	245.000	51.450	296.450
1 ks průtokoměr okénkový	3.000	630	3.630
1 ks defibrilátor Corpuls 3 SLIM	505.000	106.050	611.050
1 ks odsávačka Laerdal LSU	38.000	7.980	45.980
1 ks nástěnný tonometr BOSO NOVA	4.000	840	4.840
2 ks lineární dávkovače BRAUN	52.000	10.920	62.920
Vozidlo 2 celkem	2.874.750	603.697,50	3.478.447,50

Souhrn za část č. 1 celkem:

<i>Položka</i>	<i>Cena v Kč bez DPH</i>	<i>21% DPH v Kč</i>	<i>Cena v Kč vč. DPH</i>
Vozidlo 1 – RZP Martinov	2.854.050	599.350,50	3.453.400,50
Vozidlo 2 – RLP Orlová	2.874.750	603.697,50	3.478.447,50
Část č. 1 zakázky celkem	5.728.800	1.203.048	6.931.848

Za FOSAN Ivančice zpracoval dne 11.8.2014


.....
Jan Ryška - jednatel společnosti

FOSAN s.r.o. [®]
REZNOVICE 86, 664 91 IVANČICE
tel./fax: 546 452 912
IČO: 64509214 DIČ: CZ64509214