

KUPNÍ SMLOUVA *část 2*

I.

SMLOUVNÍ STRANY

1. **Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje,
příspěvková organizace**
Sídlo: Výškovická 2995/40
Zábřeh, 700 30 Ostrava
IČ: 48804525
DIČ: není plátce DPH
Bank. spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: 89534761/0100
Zastoupen: MUDr. Roman Gřegoř – ředitel
Telefon, fax: 950 730 401, 596 789 397
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Hráček
Telefon: 950 730 475

(dále jen „kupující“)

a

2. Firma: FD servis Praha, s.r.o.
Sídlo: Verdiho 577, 149 00 Praha 4
Zastoupená: František Mašek - jednatel
Bankovní spojení: KB Praha 4
Číslo účtu: 19-8790740287/0100
IČ: 25710427
DIČ: CZ25710427
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 63275
Tel. / fax.: 323606109/323606107

(dále jen „prodávající“)

II.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. V případě změny účtu prodávajícího je prodávající povinen rovněž doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.
3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
4. Proávající prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

III.

PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu vozidlo Volkswagen Transporter T5 2,0 BiTDI 132 kW 4Motion s nástavbou Systém Strobél v počtu 2 kusy (dále jen „zboží“), a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží. Dodávané zboží musí splňovat parametry a bude obsahovat vybavení uvedené v příloze č. 1 této smlouvy.
2. Dodávané zboží musí být nové a nepoužívané, s rokem výroby 2014. Zboží musí splňovat požadavky stanovené vyhláškou č. 296/2012 Sb., o požadavcích na vybavení poskytovatele zdravotnické dopravní služby, poskytovatele zdravotnické záchranné služby a poskytovatele přepravy pacientů neodkladné péče dopravními prostředky a o požadavcích na tyto dopravní prostředky /dále jen „vyhláška č. 296/2012 Sb./, a normu ČSN EN 1789+A1.
3. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu za zboží kupní cenu dle čl. IV této smlouvy.

IV. KUPNÍ CENA

1. Kupní cena zboží činí:

	Cena bez DPH (v Kč)	DPH (v Kč)	Cena s DPH (v Kč)
Vozidlo 1 ks	3.445.260,00	723.504,60	4.168.764,60
	3.440.260,00	722.454,60	4.162.714,60
Cena celkem za 2 ks	6.885.520,00	1.445.959,20	8.331.479,20

2. Kupní cena podle odst. 1 tohoto článku smlouvy zahrnuje veškeré náklady prodávajícího spojené se splněním jeho závazku z této smlouvy, tj. cenu zboží včetně dopravného, dokumentace a dalších souvisejících nákladů. Kupní cena je stanovena jako nejvýše přípustná a není ji možno překročit. Kalkulace kupní ceny je uvedena v příloze č.2 této smlouvy.
3. Prodávající odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je prodávající ke kupní ceně bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny kupní ceny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.

V. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ

1. Prodávající je povinen dodat zboží do místa plnění, kterým je Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava.
2. Zboží bude dodáno nejpozději do 30.12.2014.

VI. POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO A KUPUJÍCÍHO

1. Prodávající je povinen:

- a) Dodat zboží řádně a včas.
- b) Dodat kupujícímu zboží:
 - v množství dle čl. III této smlouvy;
 - v provedení dle § 2095 občanského zákoníku a balení dle § 2097 občanského zákoníku,
 - v I. Jakosti.
- c) Dodat zboží nové, nepoužívané a odpovídající platným technickým normám, právním předpisům a předpisům výrobce.
- d) Při dodání zboží do místa plnění dle čl. V této smlouvy předat kupujícímu doklady, které se ke zboží vztahují, ve smyslu § 2087 občanského zákoníku (záruční list, návod k použití apod.), a to v českém jazyce, a také veškeré doklady potřebné pro řádné přihlášení vozidla do evidence vozidel na odboru dopravy. Prodávající je povinen předat kupujícímu také doklad o tom, že zboží splňuje požadavky stanovené vyhláškou č. 296/2012 Sb., a normou ČSN EN 1789+A1 (prohlášení o shodě akreditované zkušebny s tím, že vozidlo splňuje požadavky normy ČSN EN 1789+A1).

2. Kupující je povinen:

- a) Poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost při plnění jeho závazku, pokud je to potřeba.
- b) Pokud nabídnuté zboží nemá zjevné vady a plnění prodávajícího splňuje požadavky stanovené touto smlouvou, zboží převzít.

VII. PŘEVOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA ZBOŽÍ

Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží jeho převzetím v místě plnění a v témže okamžiku přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží.

VIII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

1. Zboží je dodáno v okamžiku převzetí zboží kupujícím v místě plnění dle čl. V této smlouvy.
2. Kupující při převzetí zboží provede kontrolu:
 - a) dodaného druhu a množství zboží,
 - b) zjevných jakostních vlastností zboží,
 - c) zda nedošlo k poškození zboží při přepravě,

- d) neporušenosti obalů zboží,
 - e) dokladů dodaných se zbožím.
3. V případě zjištění zjevných vad zboží může kupující odmítnout jeho převzetí, což řádně i s důvody potvrdí na dodacím listu.
4. O předání a převzetí zboží prodávající vyhotoví dodací list, který za kupujícího podepíše k tomu pověřený zástupce. Proávající je povinen na dodacím listu uvést typ zboží, počet kusů, sériové číslo zboží (pokud existuje) včetně zobrazení v podobě čárového kódu a datum předání. Dodací list bude dále obsahovat jméno a podpis prodávající osoby za prodávajícího a jméno a podpis přejímající osoby za kupujícího. Dodací list bude označen číslem této smlouvy, uvedeným kupujícím v jejím záhlaví. Proávající odpovídá za to, že informace uvedené v dodacím listu odpovídají skutečnosti. Nebude-li dodací list obsahovat údaje uvedené v tomto odstavci, je kupující oprávněn převzetí zboží odmítnout, a to až do předání dodacího listu s výše uvedenými údaji.

IX.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Úhrada kupní ceny bude provedena po dodání zboží. Fakturu je prodávající oprávněn vystavit až po řádném předání a převzetí zboží dle této smlouvy. Zálohové platby nebudou poskytovány.
2. Podkladem pro úhradu kupní ceny dodaného zboží bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy (dále jen „faktura“). Faktura musí dále obsahovat:
- a) číslo zakázky kupujícího (VZ č.4/2014), IČ kupujícího,
 - b) číslo a datum vystavení faktury,
 - c) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy),
 - d) označení banky a čísla účtu, na který musí být zapláceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je prodávající povinen o této skutečnosti v souladu s čl. II odst. 2 této smlouvy informovat kupujícího),
 - e) číslo dodacího listu a datum jeho podpisu; dodací list bude přílohou faktury,
 - f) lhůtu splatnosti faktury,
 - g) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu.
3. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení kupujícímu. Stejná lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb (smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady škody apod.). Doručení faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby kupujícího nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Vydmuchov 209/8, 733 01 Karviná.
4. Povinnost zaplatit kupní cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího.

5. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, je kupující oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Prodávající provede opravu vystavením nové faktury. Vrácením vadné faktury prodávajícímu přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení nové faktury kupujícímu.

X.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. Prodávající kupujícímu na zboží poskytuje záruku za jakost ve smyslu § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce:
 - na podvozek 24 měsíců
 - na nástavbu 24 měsíců
 - na přístrojovou techniku 24 měsíců
2. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže kupující zboží řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost prodávající.
3. Veškeré vady zboží je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (popř. datovou schránkou nebo e-mailem), obsahujícím co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. Kupující bude vady zboží oznamovat na:
 - e-mail: info@fdservispraha.czJakmile kupující odešle toto oznámení, bude se mít za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak.
4. Pokud je reklamáce zboží oprávněná, má kupující právo na opravu vadného zboží. Pokud vadné zboží není možno opravit, má kupující právo na výměnu vadného zboží, případně právo od smlouvy odstoupit. Ode dne výměny vadného zboží začíná na vyměněné zboží běžet nová záruční doba v délce uvedené v odstavci 1 tohoto článku.
5. V případě, že se na zboží během 6 měsíců od převzetí projeví skrytá vada, je kupující oprávněn ihned příslušné vozidlo vrátit, s tím, že prodávající je povinen vrátit kupujícímu plnou kupní cenu tohoto vozidla, a to nejpozději do 30 dnů od jeho vrácení prodávajícímu.
6. Záruční servis bude probíhat v místě plnění dle čl. V této smlouvy, nebude-li s kupujícím dohodnuto jinak. V případě výměny nebo opravy v servisním středisku prodávajícího nebo autorizovaném servisním středisku výrobce, zabezpečí prodávající bezplatně dopravu vadného zboží od kupujícího do servisu a dopravu opraveného nebo vyměněného zboží zpět ke kupujícímu.
7. Odstranění vady musí být zahájeno neprodleně po oznámení vady prodávajícímu a vada odstraněna do 5 dnů od jejího oznámení prodávajícímu, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak. Pokud prodávající vadu neodstraní ve stanovené lhůtě, je povinen kupujícímu poskytnout zdarma náhradní zboží o stejných nebo vyšších technických parametrech, a to až do doby předání opraveného zboží.

8. Prodávající je povinen uhradit kupujícímu škodu, která mu vznikla vadným plněním, a to v plné výši. Prodávající rovněž kupujícímu uhradí náklady vzniklé při uplatňování práv z vadného plnění.
9. Prodávající prohlašuje, že uvedené záruční podmínky se vztahují na každého dalšího vlastníka dodaného zboží, a to v plném rozsahu až do skončení záruční doby.

XI. SANKCE

1. Nedodá-li prodávající kupujícímu zboží ve lhůtě uvedené v čl. V odst. 2 této smlouvy, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny zboží včetně DPH uvedené v čl. IV odst. 1 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.
2. Pokud prodávající neodstraní vadu zboží ve lhůtě uvedené v čl. X odst. 7 smlouvy a zároveň v této lhůtě kupujícímu za vadné zboží neposkytne zdarma náhradní zboží o stejných nebo vyšších technických parametrech, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za každý započatý den prodlení až do odstranění vady nebo poskytnutí náhradního zboží o stejných nebo vyšších technických parametrech.
3. Pro případ prodlení se zaplacením kupní ceny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.
4. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty, a to v plné výši.

XII. ZÁNİK SMLOUVY

1. Tato smlouva zaniká:
 - a) písemnou dohodou smluvních stran,
 - b) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou, s tím, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména
 - nedodání zboží v době plnění dle čl. V odst. 2 smlouvy,
 - pokud má zboží vady, které jej činí neupotřebitelným nebo nemá vlastnosti, které si kupující vymínil nebo o kterých ho prodávající ujistil,
 - nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,
 - neuhrazení kupní ceny kupujícím po druhé výzvě prodávajícího k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy.
2. Kupující je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
 - a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že prodávající je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);
 - b) podá-li prodávající sám na sebe insolvenční návrh.

3. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.
4. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ rozumí „nejpozději do 14-ti dnů“.

XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Doplnění nebo změnu této smlouvy lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, postupně číslovaných a takto označených dodatků.
3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
4. Prodávající prohlašuje, že je oprávněn k prodeji zboží, které je předmětem plnění této smlouvy.
5. Prodávající nemůže bez souhlasu kupujícího postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí straně.
6. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž kupující obdrží dvě a prodávající jedno její vyhotovení.
7. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se tento smluvní vztah příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

příloha č. 1: Specifikace zboží
příloha č. 2: Kalkulace ceny

V Ostravě dne **18-08-2014**

V Praze dne 15.8.2014

.....
za kupujícího:
MUDr. Roman Gřegoř
ředitel ZZS MSK

**ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ
SLUŽBA
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE**
Výškovická 2995/40 9
Zábřeh, 700 30 Ostrava

.....
za prodávajícího:
František Mašek
jednatel

.....
FD servis Praha s.r.o.
sídlo: Příkop 11, 120 00 Praha 2
IČ: 252 20 123, zapsán v obchodním rejstříku
Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 123456789

Specifikace nabídky – ČÁST Č.2

Dodání 2 ks sanitních vozidel pro RLP kategorie „B“ ve smyslu ČSN EN 1789 + A1, provedení pohonu obou náprav, tj. 4x4- verze zvýšená dostupnost - Volkswagen Transporter T5 2,0 BiTDI 132 kW 4Motion se skříňovou sanitní nástavbou Systém Strobél a vestavbou FD servis Praha

Bezvýhradně splňuje všechny zadavatelem níže uvedené technické parametry.

Použité komponenty nástavby splňují homologaci dle ČSN EN 1789 +A1.

Zvláštní technické podmínky:

V souladu s Vyhláškou č. 162/2011 Sb.:

Vozidlo kategorie M1

Maximální přípustná hmotnost 3500 kg

Emisní limit EURO 5

Spotřeba pohonných hmot pro kombinovaný provoz 8,7 l / 100 km

Technické podmínky:

Podvozková část:


- Vozidlo s pohonem dvou náprav, provedení 4 x 4 (4Motion)
- elektronická činnost mezinápravové spojky a mechanická uzávěrka diferenciálu zadní nápravy
- Rozvor 3 400 mm
- Celková délka 5 485 mm
- Maximální výška vozidla včetně veškeré výstroje 2 457 mm
- Průměr otáčení 13,1 m
- Nejvyšší technicky přípustná hmotnost vozidla 3 500 kg, včetně hmotnostní rezervy na vybavení zdravotnickým materiálem
- Motor vznětový o výkonu 132kW (37 kW / t)
- Motorový prostor ze spodní strany kompletně zakrytovaný a odhlučňný
- Nezávislý předehřev motorového oleje při napojení vozidla na vnější zdroj 230 V, řízený termostatem, ovládání předehřevu motoru vypínačem s ledkou, umístěným v kabině spolu s jističi za sedadlem řidiče na přepážce tak, aby nebyl omezen posun sedadla do zadní polohy
- Převodovka mechanická, ručně řazená, šestistupňová
- Kabina vozidla se dvěma samostatnými sedadly s možností výškového a podélného seřizování, sedadla vybavená tříbodovým bezpečnostním pásem, opěrkou hlavy s možností výškového seřízení, loketní a bederní opěrkou
- Kabina řidiče vybavena alarmem s otřesovými čidly, který se aktivuje uzamčením vozidla
- Okna bočních dveří u řidiče a spolujezdce opatřeny bezpečnostní folií proti rozbití
- Vozidlo vybaveno kotoučovými brzdami na všech kolech

FD servis Praha, s.r.o. - firma zapsána v OR vedeného Městským soudem Praha oddíl C, vložka 63275
Kuří 26, 251 01 Říčany u Prahy

TEL 602 687 778, 602 222 756, 602 256 239 323 606 109 FAX 323 606 107

BANK SPOJENÍ KB Praha 4 č. účtu 19-8790740287/0100, DIČ CZ25710427 IČ 25710427

info@fdservispraha.cz www.fdservispraha.cz


FD servis Praha, s.r.o.
IČ 25710427
DIČ CZ25710427

Zástavby sanitních, užitkových a speciálních vozidel

- Vozidlo vybaveno podpůrným bezpečnostním systémem ESP s veškerým příslušenstvím
- Úprava zadní nápravy umožňující regulaci světlé výšky vozidla pomocí vzduchového odpružení Goldschmitt
- Možnost přehřívání chladicí kapaliny přes nezávislé topení
- Centrální zamykání s dálkovým ovládáním pro všechny dveře vozidla i sanitní nástavby, všechny dveře komunikují s jednotkou ovládající zamykání vozidla
- K vozidlu dva plně funkční klíče
- Imobilizér
- Otáčkoměr
- Multifunkční ukazatel – palubní počítač
- Parkovací asistent vzadu
- Mlhové světlomety integrované v nárazníku vozidla s funkcí přisvícení do zatáčky
- Alternátor o výkonu 140 A
- Druhý akumulátor pro nastavbu 12V / 80 Ah. bezúdržbový, pod sedadlem řidiče, zapojený s dělicím relé tak, že nikdy nedojde k vybití vozidlového akumulátoru pod úroveň napětí potřebnou k bezpečnému nastartování motoru. Nabíjený bude jak za provozu vozidla alternátorem, tak při připojení vozidla na síť 230 V, nabíječkou.
- Nabíjení obou akumulátorů pomocí automatické nabíječky Waeco Mobitronic IU 25/12 připojené na rozvod 230V
- Elektricky nastavitelná a vyhříváná vnější zpětná zrcátka
- Vnitřní zpětné zrcátko
- Elektrické ovládání oken řidiče a spolujezdce
- Blokování startování při zapojeném vnějším napájecím kabelu 230 V, doplněné světelnou a zvukovou signalizací v kabině řidiče
- Posilovač řízení
- Zesílené stabilizátory přední i zadní nápravy
- Zesílené tlumiče pérování na přední i zadní nápravě
- Airbag řidiče a spolujezdce včetně předpínačů bezpečnostních pásů
- Konzola přístrojové desky pro dodatečné spínače s 1 DIN šachtou
- Klimatizace s mechanickou regulací
- Příprava pro autorádio, anténa, 2x reproduktor v kabině řidiče, 2x v nástavbě
- Autorádio s funkcí RDS, se samostatně odpojitelnými reproduktory v sanitním prostoru
- Umístění autorádia v přídatné DIN šachtě na přístrojové desce
- Připojení vozidla k vnější síti 230 V pomocí samoodpojovací LEAB zásuvky v nerezovém provedení včetně dodání připojovacího kabelu o délce 15 m
- Osazení podvozku pneumatikami odpovídajícími výsledné celkové hmotnosti vozidla
- Sada zimních pneumatik včetně disků (4 ks), stejné konstrukce jako pneumatiky letní v případě, že na vozidle budou pneumatiky letní, nebo pneumatik letních, v případě že na vozidle budou pneumatiky zimní
- Ve výstroji zajišťovací klín pro bezpečné odstavení vozidla ve svahu
- Ve vozidle ostatní a povinná výbava (lékárnička, tažné lano, výstražný trojúhelník, základní nářadí, zvedák, klíč na kola, sada žárovek, vyjímatelné gumové koberečky, 2 ks výstražná vesta)

FD servis Praha, s.r.o. - firma zapsána v OR vedeného Městským soudem Praha oddíl C, vložka 63275
Kuří 26, 251 01 Říčany u Prahy

TEL 602 687 778, 602 222 756, 602 256 239, 323 606 109, FAX 323 606 107

BANK. SPOJENÍ KB Praha 4 č. účtu 19-8790740287/0100, DIČ CZ25710427, IČ 25710427

info@fdservispraha.cz www.fdservispraha.cz

Zástavby sanitních, užitkových a speciálních vozidel

- Ve vozidle plnohodnotné rezervní kolo
- Vozidlo jako celek splňuje předpisy dané pro provoz motorových vozidel na pozemních komunikacích v ČR, je nové a nepoužívané, rok výroby 2014

Cena za vozidlo VW Transporter:

915.860,- Kč bez DPH

Skříňová nástavba Systém Strobel:

o vnitřních rozměrech ambulantního prostoru: délka 2 990 mm, šířka 1 903 mm, výška 1 852 mm.

- Nástavba skříňového typu v AL provedení s pevným oknem vlevo, posuvné dveře vpravo, křídlové dveře vzadu, s integrovanými nástupními schody u bočních a zadních dveří, s kryty podběhů kol, střešním spojlerem nad kabinou řidiče, stropní a boční kabelové kanály.
- Nástavba je testována dynamickou zkouškou podle DIN 1789+A1
- Integrované pevně zabudované nástupní schody v protiskluzové úpravě u bočních posuvných a zadních křídlových dveří s výškou 430 mm od terénu
- Výška podlahy sanitního prostoru 630 mm od terénu
- rozměry bočních posuvných dveří výška / šířka: 1920 mm / 1180 mm
- rozměry zadních křídlových dveří výška / šířka: 1920 mm / 1270 mm
- Zadní křídlové dveře prosklené, s mechanickou aretací při otevření 90° a magnetickou aretací při otevření na 180°
- Všechna další dvířka s magnetickou aretací na 180°
- Posuvné dveře nesmí v žádné poloze nepřesahují obrys vozidla a jsou vybaveny posuvným oknem
- Zvenčí nad posuvnými dveřmi okapová lišta pro svod dešťové vody ze střešy vozidla mimo dveřní otvor
- Úložný prostor na levé zadní straně nástavby přístupný z vnějšku, včetně úchytů na 1 ks schodolezu, 1 ks extenční dlaha, scoop rám
- Barevné provedení v souladu s vyhl. č. 296/2012 Sb
Základní barva karoserie vozidla je žlutá, RAL 1016, nebo ekvivalent. Na bocích vozidla je umístěno retroreflexní značení v podobě pravidelně se střídajících obdélníkových polí zelené a žluté barvy o minimálním rozměru 590 x 300 mm ve dvou vodorovných pruzích vytvářejících vzhled šachovnice, přičemž kratší strana obdélníkového pole určuje širší pruhu. V horní části obou boků pak obdobný zeleno žlutý pruh o šíři 80 mm, navazující na pruh na horní straně zadních dveří. Na bocích velký nápis „Zdravotnická záchranná služba“ o minimální výšce písma 150 mm, pod ním menším písmem „Moravskoslezského kraje“ odstín RAL 3024, na předních dveřích dole pak malý znak (logo) ZZS MSK. Na bočních posuvných dveřích vpravo nahoře nápis www.zzsmsk.cz. Na střeše (150 mm), na obou bocích vpředu a na zadních dveřích (100 mm) volací znak, provedení v barvě černé. Na zadních dveřích symbol upozorňující na přepravu kyslíku. Na zadních dveřích šachovnicový červeno žlutý pruh v provedení a rozměrech stejně jako na bocích, včetně malého šachovnicového pruhu na horní hraně. Na oknech zadních dveří 2x „Modrá hvězda života“, reflexní provedení s konturou. Na přední kapotě velký znak ZZS MSK, po obou bocích znaku 4 vodorovné pruhy v odstínu RAL 3024, na zvýšené střeše (spojleru) vpředu modrá „Hvězda života“, reflexní provedení s konturou, pod

FD servis Praha, s.r.o. - firma zapsána v OR vedeného Městským soudem Praha, oddíl C, vložka 63275
Kufí 26 251 01 Říčany u Prahy

TEL. 602 687 778 602 222 756 602 256 239 323 606 109. FAX 323 606 107

BANK SPOJENÍ KB Praha 4 č. účtu 19-8790740287/0100. DIČ CZ25710427. IČ: 25710427

info@fdservispraha.cz www.fdservispraha.cz

FD servis Praha, s.r.o.
Kufí 26, Říčany u Prahy - 251 01
IČ: 25710427 DIČ: CZ25710427

Zástavby sanitních, užitkových a speciálních vozidel

symbolem nad oknem nápis „A M B U L A N C E“ v odstínu RAL 3024, Na obou bocích nástavby „Modrá hvězda života“, provedení reflexní s konturou. Drobné doplňky, jako telefonní číslo či symbol apod. upřesní zadavatel.

Specifikace sanitní zástavby:

- Sanitní zástavba bude provedena v souladu s právními předpisy a technickými normami platnými v době předání předmětu kupní smlouvy s maximálním důrazem na bezpečnost osádky a přepravovaných osob. Úplný protokol o úspěšném provedení dynamické nárazové zkoušky skříňové nástavby v požadované konfiguraci (okna, dveře) včetně obrazové části bude doložen při předání vozidla.

Kabina řidiče:

- V prostoru mezi sedadly řidiče a spolujezdce středový tunel pro zabudování RDST Matra a Motorola, přihrádka na dokumenty, 2 ks ručních radiostanic, další potřebné ovládací prvky
- Signalizace otevřených zadních i bočních dveří
- Přídavné stropní osvětlení místa řidiče, provedení v LED technologii, umístění nad řidičem vlevo od osy volantu za stínítkem, zapínané společně se stropním bodovým osvětlením místa řidiče
- **Dodání a montáž 1 ks antény a instalační sady pro vozidlovou radiostanici Motorola GM 360 v pásmu 160 MHz**
Montáž radiostanice Motorola GM 360 – stanici k montáži dodá zadavatel
- **Dodání a montáž 1 ks antény a instalační sady pro vozidlovou radiostanici typ Matra TPM 700, reproduktor umístit nahoru na příčku mezi řidiče a spolujezdce**
- **Montáž radiostanice Matra TPM 700 - stanici k montáži dodá zadavatel**
- Svítidla na čtení map u spolujezdce, provedení LED technologií s prosvětleným vypínačem
- Přenosný hasicí přístroj 2 kg s „Čistým hasivem FE 36“
- Ruční svítidla s dobíjecími zdroji Ansmann včetně dobíjecího držáku na 12 V, ze sítě vozidla
- Zásuvka 12 V integrovaná do palubní desky
- **Montáž laserové tiskárny výjezdového protokolu. Pracovní napětí 230V, příkon pracovní max. 450 W, maximální rozměry: (V, Š, H) 250 mm / 370 mm / 340 mm**
Hmotnost maximálně 7,5 kg, napájení přes měnič napětí, který je součástí dodávky.

Tiskárnu dodá zadavatel.

- **Dodání a montáž měniče pro tiskárnu, napětí se sinusovým průběhem, z 12 V stejnosměrných v palubní síti vozidla na 230 V střídavých, ve zvlášť označené zásuvce „230 V pro tiskárnu“.** Výkon měniče trvalý minimálně 1000 W, špičkové překročitelný. Model vhodný k provozu ve vozidle, s elektronickou ochranou proti přetížení a dostatečným chlazením, předurčený k napájení spotřebičů II. třídy, např. počítačů, notebooků, tiskáren, měřících přístrojů a podobně. Vnější rozměry maximálně 325 x 160x80 mm.
- **Druhý měnič pro přístroje – stejných parametrů, z 12V na 230 V s výkonem minimálně 600 W, vyvedeno ve zvlášť označené zásuvce „230 V pro přístroje“**
 - **Montáž přední sledovací kamery se záznamem, montáž na čelní okno za zpětné zrcátko. Montáž napájecí jednotky v pravé části za bočním krytem přístrojové desky pro snadný přístup k nastavovacím prvkům, napájení kamery 12 V ze stropu, zapojení na akumulátor podvozku, nikoliv nástavby, podle dodaného schématu.**

FD servis Praha, s.r.o. - firma zapsána v OR vedeného Městským soudem Praha, oddíl C, vložka 63275

Kuří 26. 251 01 Říčany u Prahy

TEL 602 687 778. 602 222 756. 602 256 239. 323 606 109 FAX 323 606 107

BANK SPOJENÍ KB Praha 4 č. účtu 19-8790740287/0100, DIČ CZ25710427, IČ 25710427

info@fdservispraha.cz www.fdservispraha.cz

Zástavby sanitních, užitkových a speciálních vozidel

Kameru se zdrojovou jednotkou dodá zadavatel.

- Dodání a montáž GPS jednotky pro on-line sledování polohy vozidla, provedení „ONI Systém“, včetně antény a zdrojové jednotky, pevně zabudovaná ve vozidle. Jednotka musí být pevně fixována ve správné poloze pro jednoznačnou identifikaci směrové osy, pozor na správné zapojení pro jasnou identifikaci zapnutí a vypnutí výstražného zařízení. Zapojení na svorku se stálým napětím 12 V. Požadována je kompletní dodávka včetně aktivace v NAM (ONI) systému.
- Příprava pro instalaci držáku navigace Samsung, včetně zajištění napájení 12 V. Přívod napájení z přístrojové desky, zapojení na akumulátor podvozku.

Specifikace zástavby:

- Všechna okna ambulantního prostoru jsou plně polepena tónovací folií s propustností 5%, dolní třetina pak zcela neprůhledná
- Vyztužení nástavby pro uchycení přístrojů, transportní techniky, skříněk na zdravotnický materiál řešit s výhledem a možností variabilního řešení
- Vnitřní obložení stěn a stropu snadno omyvatelným a dezinfikovatelným bezespárovým materiálem
- Podlaha v protiskluzovém provedení modré barvy
- Zařízení umožňující hlasovou komunikaci řidiče s osádkou v ambulantním prostoru a zvukové znamení k řidiči
- Otvírací střešní okno opatřené folií s propustností 5%
- Osvětlení ambulantního prostoru šikmými rohovými světly s rozptylovým krytem, zdroj světla, LED technologie, barva světla bílá s vypínačem a plynulou regulací u bočních dveří a vypínačem u dveří zadních
- Dvě bodová směrová světla nad nosítka pacienta
- Noční orientační LED osvětlení na stropě jedním pásem modré barvy s vlastním vypínačem, délka pásu zhruba 1,5 m
- V ambulantním prostoru prosvětlené digitální hodiny s vlastní baterií
- Ve střeše obousměrný ventilátor
- Madlo na pravé straně bočního vstupu
- Madlo podélně pod stropem, na jeho zadní polovině 2 posuvné držáky se silenblokem na infuzní láhve a PE vaky
- Vhodně umístěna odpadková nádoba s víkem na běžný odpad

Dělicí přepážka:

- Posuvné okno v dělicí přepážce mezi kabinou řidiče a ambulantním prostorem o rozměrech 900 x 350 mm
- Nad kabinou řidiče 3 úložné prostory, 1x rozměr š 1000 x v 240 x h 600 mm, 2x o rozměrech š 500 x v 300 x h 250 mm pro zdravotnický materiál. Všechna dvířka opatřit plynovými vzpěrami
- Vlevo pod klimatizací skříňka se 4 policemi
- Pracovní deska s vrchní nerezovou plochou a zaobleným lemem
- Zásuvkové úložné prostory s aretací v uzavřené i otevřené poloze, řešit pomocí teleskopických plynových vzpěr
- Jedna skříňka v uzamykatelném provedení, tzv. trezorek, na bezpečné uložení opiátů

FD servis Praha, s.r.o. - firma zapsána v OR vedeného Městským soudem Praha oddíl C, vložka 63275

Kuří 26. 251 01 Říčany u Prahy

TEL 602 687 778 602 222 756. 602 256 239 323 606 109 FAX 323 606 107

BANK SPOJENÍ KB Praha 4 č. účtu 19-8790740287/0100. DIČ CZ25710427 IČ 25710427

info@fdservispraha.cz www.fdservispraha.cz

Zástavby sanitních, užitkových a speciálních vozidel

- U bočních dveří prostor pro uložení 2 ks zdravotnických kufrů nebo batohů přístupný po otevření dveří, obložený nerezem a opatřený upevňovacími popruhy
- Plnohodnotný sedák Smartfloor s integrovaným třibodovým bezpečnostním pásem pro zdravotnický personál, minimální šířka 450 mm. Sedák s certifikací podle ČSN EN 1789 + A1, kategorie M1
- Vestavěný termobox s termostatem a regulací pro trvalý ohřev infuzí na teplotu 37° C, přesnost plus minus 2° C, objem minimálně pro 4 l infuzních roztoků a 2 sady vybavení pro aplikaci infuzí (ČSN EN 1789 + A1)
- Samostatné zařízení pro chlazení roztoků, pro podání na terapeutickou hypotermii, stabilní teplota 4° C, plus minus 1° C, objem zhruba do 10 litrů
- Na přepážce držák na role jednorázových ručníků, provedení z kovu, jedna role ručníků v dodávce
- Na přepážce držák s nádobkou na použité kanyly, provedení z kovu
- Na přepážce v držáku nádobka s desinfekcí, provedení z kovu
- Na přepážce 2x držák na zásobník s ochrannými lékařskými rukavicemi, rozměr podle zadavatelem dodaného vzorku, provedení z kovu

Levý bok zástavby:

- Pevné okno v zadní části levého boku skříně
- Ve střední části technologický sloup s vývody:
 - o 5 x zásuvka 12 V s LED kontrolkou, zásuvky v provedení „rohová“, natočené šikmo dolů, asi 45°
 - o 2 x rychlospojka na kyslík
 - o 2 x zásuvka 230V napájená při zapojení vozidla na externí zdroj
 - o 2 x barevně odlišená a označená zásuvka 230 V napájená měničem
 - o 1 x zásuvka pro inkubátor, typ DARTIN, se samostatnou pojistkou
 - o Úplně dole 1 x zásuvka 230 V funkční při zapojení vozidla na externí zdroj a spínaná přes prostorový termostat pro zapojení přídavného elektrického topení
 - o Rozmístění konzultovat se zadavatelem.
- V přední části boční stěny prostor pro montáž a ukotvení zdravotnických přístrojů, veškeré zdravotnické přístroje včetně držáků jsou součástí dodávky.
- Pro přístroje, podle jejich umístění, samostatné vývody kyslíku s rychlospojkou včetně propojovací hadice a zásuvka pro napájení 12 V, pokud je pro daný přístroj požadována
- Přes boční okno kolejnicový systém pro uchycení zdravotnických přístrojů
- V zadní části skříně na zdravotnický materiál, jejíž spodní část je přístupná pouze dvířky z venkovní strany vozidla (schodolez, dlažba, atd.), vrchní prostor se 2 policemi přístupný zevnitř, krytý výklopnými dvířky
- Na boku zadní skříně umístěný tonometr s manžetou v hlubokém košíku
- Nad podběhem levého kola úložný prostor s víkem a sklopným čelem
- V přední části, pod výdechy klimatizace, otevřená police s úložnými boxy

Pravý bok zástavby:

FD servis Praha, s.r.o. - firma zapsána v OR vedeného Městským soudem Praha, oddíl C, vložka 63275
Kufí 26 251 01 Říčany u Prahy

TEL. 602 687 778, 602 222 756, 602 256 239, 323 606 109, FAX 323 606 107

BANK SPOJENÍ KB Praha 4 č. účtu 19-8790740287/0100 DIČ CZ25710427 IČ 25710427

info@fdservispraha.cz www.fdservispraha.cz

Zástavby sanitních, užitkových a speciálních vozidel

Schrána pro uložení a s držáky na upevnění 2 ks kyslíkových láhví o objemu 10 l, láhve přístupné zvenku, variabilní držáky na různé výšky 10 l láhví, 1 ks držák na láhev s kyslíkem o objemu 2 l. Přístup k ovládání redukčních ventilů z ambulantního prostoru.

- V dodávce 2 ks redukční ventily a spojovací hadice pro připojení tlakových láhví na rozvod kyslíku ve vozidle přes rychlospojky
- Nad schránou pro tlakové láhve 2 uzavřené skříňky, dvířka s plynovými vzpěrami
- Sklopné sedadlo Smartfloor s integrovaným bezpečnostním pásem se skrytým mechanismem navijení za plastovým krytem, možnost otáčení o 180°, polohovatelná zádová opěra, loketní opěrky. Minimální šířka sedáku 450 mm, dostatečná opěra hlavy pro osobu výšky 200 cm. Certifikováno dle ČSN EN 1789+A1, kategorie M1
- Před skříní na kyslíkové láhve police se záchytným systémem pro uložení batohu, krčních límců, dlah atp.
- Vzadu u dveří prosvětlené vypínače pro hlavní ledkové osvětlení ambulantního prostoru a pro osvětlení pracovního prostoru za vozidlem (kontrolka v zorném poli řidiče)
- Veškeré ovládací prvky umístěné na technologickém sloupku u posuvných dveří tak, aby byly snadno přístupné pro personál na otočném sedadle. Rozmístění: Shora ovladač intenzity hlavního LED osvětlení, vypínač vnitřního modrého osvětlení, dorozumivací zařízení k řidiči, kolébkové přepínač na bodová světla, ovládání reproduktorů, ovládání topení, stropního ventilátoru, vypínač hlavního LED osvětlení
- V dosahu osoby na otočném sedadle vhodně umístit speciální nůž na přefiznutí bezpečnostních pásů

Ostatní:

- V ambulantním prostoru vhodně umístit lištu na skleněné ampule s léčivý, tzv. ampulárium, délka zhruba 85 cm, pro minimálně 6 ks ampulí, zřejmě na příčku, pod schránou na vakuovou matraci
- V ambulantním prostoru přídavné elektrické topení na 230V s termostatem
- Přídavné závislé topení Kalorí na přepážce u bočních dveří, spínání ventilátoru od řidiče, ovládání z ambulantního prostoru, výdech do ambulantního prostoru. Přívod topné vody přes uzavírací ventil s možností ovládání i za jízdy z místa spolujezdce
- Nezávislé teplovzdušné topení Webasto s vývodem teplého vzduchu v ambulantním prostoru splňující podmínky stanovené v ČSN EN 1789+A1
- Ovládací panely světel, topení, klimatizace apod. v noci osvětlené pomocí LED technologie
- Výměník klimatizace v prostoru pro pacienty umístěný v levé přední části ambulantního prostoru, výdechy vzduchu z klimatizace pod výměníkem s možností regulace množství a směru proudícího vzduchu, ovládání termostatem, nezávislé na ventilaci v kabině řidiče. Napojení na originál klimatizaci vozidla, spínání pouze při běžícím motoru, odtok kondenzátu mimo vozidlo
- Osvětlení prostoru za vozidlem LED pracovním reflektorem Labcraft umístěným na zadní hraně střechy vozidla, zapojení přes zařazenou zpátečku nebo vypínač u zadních dveří, kontrolka u řidiče
- Přídavná směrová světla vzadu nahoře integrovaná do nástavby



FD servis Praha, s r o - firma zapsána v OR vedeného Městským soudem Praha oddíl C, vložka 63275

Kuří 26, 251 01 Říčany u Prahy

TEL 602 687 778, 602 222 756, 602 256 239, 323 606 109, FAX 323 606 107

BANK SPOJENÍ KB Praha 4 č. účtu 19-8790740287/0100, DIČ CZ25710427 IČ 25710427

info@fdservispraha.cz www.fdservispraha.cz

 **FD servis Praha, s.r.o.**
IČ: 25710427 DIČ: CZ25710427
Sídlo: Kuří 26, 251 01 Říčany u Prahy
Zastoupen: 

Zástavby sanitních, užitkových a speciálních vozidel

- Dva páry pracovních LED světel Labcraft integrovaných na levém a pravém boku vozidla, ovládání v kabině řidiče, levá a pravá strana samostatně
- Osvětlení schodu bočního vstupu při otevření posuvných dveří – LED technologie
- Osvětlení schodu zadního vstupu při otevření zadních dveří – LED technologie
- Osvětlení prostoru tlakových láhví a venkovního úložného prostoru – LED technologie
- Ke všem rozvodům elektro instalace dodat přehledná schémata
- K veškerým zařízením na 230 V dodat výchozí revizní zprávu

Výstražná světelná a zvuková zařízení:

Přední výstražné světelné zařízení Whelen M7 modré barvy v lineární LED technologii s minimálně 130ks světelných zdrojů, provedení ve dvou řadách v celé šíři, zastavěné do střešního spojleru na horní hraně střechy mezi kabinou a skříňovou nástavbou. Světelné zařízení bude kompletně zakrytováno čířm materiálem a nesmí převyšovat výšku vlastního vozidla. Protokol o provedení zkoušky bude přiložen při předání vozidla.

- V zadní části střechy na obou rozích sdružená integrovaná výstražná světla Whelen M7 v lineární technologii, minimálně 36 LED světelných zdrojů, minimální výška 100 mm, svít barvy modré, kryt čířé barvy. Světla nesmí přesahovat půdorys vozidla ani výšku sanitní nástavby
- Přední výstražná LED světla Whelen LINZ6B modré barvy v LED lineární technologii, minimálně 3 světelné body, zapuštěná v masce vozidla co nejdále od sebe – 2 kusy a na spodní hrany zpětných zrcátek – 2 kusy, samostatně vypínatelná
- Modrá doplňková výstražná světla Whelen LINZ6B v LED lineární technologii umístěná na předních blatnicích – 2 kusy
- Zvukové výstražné zařízení Whelen 295SL 100, 3 tóny + horn, se zesilovačem o výkonu min. 200 W, dva ploché reproduktory Whelen SA315P á 100W umístěné v přední části za maskou vozidla, montáž provedena tak, aby byla snadná demontáž v případě opravy, ovládání vypínači a tlačítkem klaksonu na volantu

Cena za sanitní nástavbu a vestavbu:

1.466.710,- Kč bez DPH

Přístrojová a transportní technika.

Držáky na přístroje:

- dodávka a montáž držáku na defibrilátor
- dodávka a montáž držáku na ventilátor
- dodávka a montáž držáku na perfusory (2 ks nad sebou), / lineární dávkovače pro použití v intenzivní medicíně/ s možností kalibrace na stříkačky 20/50 ccm
- dodávka a montáž držáku na odsávačku - elektrická s dobíjecím držákem v zadní stěně napojeným přímo na 12V rozvod vozidla


FD servis Praha, s.r.o. - firma zapsána v OR vedeného Městským soudem Praha, oddíl C, vložka 63275

Kuří 26, 251 01 Říčany u Prahy

TEL 602 687 778, 602 222 756, 602 256 239 323 606 109 FAX 323 606 107

BANK SPOJENÍ KB Praha 4 č. účtu. 19-8790740287/0100, DIČ CZ25710427, IČ. 25710427

info@fdservispraha.cz www.fdservispraha.cz

 FD servis Praha, s.r.o.
Zařízení a montáž na užitkových vozidlech
Kuří 26, Říčany u Prahy, 251 01
IČ: 25710427 DIČ: CZ25710427

- držák (či jiné zajištění proti pádu) na tiskárnu výjezdového protokolu, umístěn v prostoru skříňky se zásuvkami s horní nerezovou pracovní deskou
- dodávka a montáž držáku na transportní sedačku
- dodávka a montáž držáku na scoop rám

Zdravotnické přístroje:

Pro každé vozidlo 1 ks bifázický defibrilátor/monitor/kardiostimulátor:

Corpuls3 SLIM vč. Držáku 12V DC

- provozní teplota přístroje: vhodné pro venkovní i vnitřní použití
- ochrana před prachem a stříkající vodou
- ochrana před nárazem dle EN 1789
- viditelné světelné alarmy, zvuková signalizace alarmů s možností nastavení intenzity tónu
- intuitivní ovládací prvky pro snadnou obsluhu
- tiskárna: termotisk, šířka papíru min. 80 mm, tisk 6 svodů najednou,
- tisk klidového EKG ve formátu 2x6 nebo 4x3, volitelná rychlost tisku, bezúdržbové provedení
- li-ion baterie s minimální životností dva roky a rychlým nabíjecím cyklem
- informace o zbývajícím kapacitě a stavu baterie zobrazené na hlavní obrazovce (vhodné v minutách)
- napájení přístroje 12 V DC integrované v certifikovaném bezpečnostním držáku do sanitního vozu s jednoduchou obsluhou
- jednoduchá obsluha a snadné využití přístroje i v režimu PNP s důrazem na vysokou mobilitu a flexibilitu
- datový přenos 12ti svodového EKG pomocí interního GSM modemu
- datový záznam sumáře provedených výkonů s možností tisku z paměti či datové karty přístroje
- možnost následného externího zpracování pořízených dat v rámci systému data managementu
- sada kompletního provozního příslušenství
- ochranné pouzdro pro kabely a snímače
- návod k použití v ČJ

Monitor/monitorované parametry:

- Monitorace pacientů všech věkových kategorií
- EKG 3/5/12 svodů, 12 svodové klidové EKG
- SpO2 + křivka
- SpCO (prodlužování kabel, čidlo SpCO)
- Prodlužování kabel a sada čidel SpO2 pro všechny věkové skupiny
- EtCO2 + křivka, mainstream systém s možností měření inkubovaných i neintubovaných pacientů
- NIBP měření auto/manuál
- Min. 8" barevný displej, podsvícený, invertovatelný s velmi dobrou viditelností
- Zobrazení min. 4 křivky barevně rozlišené najednou, při klidovém EKG 12 křivek najednou ve formátu 2x6 nebo 4x3
- Intuitivní ovládací prvky pro snadnou obsluhu
- Možnost volitelně rozšířit o další funkce jako IBP, teplota

Defibrilátor/kardiosztimulátor:

- Bifazický impuls
- AED, poloautomatická externí defibrilace včetně protokolu dle ERC směrnic 2010 s možností snadné úpravy při změně směrnic ERC
- Transkutánní pacer s minimálně dvěma módy provozu - DEMAND, FIX
- Stimulace přes defibrilační/stimulační elektrody, volitelná intenzita (mA) frekvence á/min
- Defibrilace přes nalepovací multifunkčních elektrody, defibrilace/stimulace, pro dospělé/pediatrické/novorozenecké
- Nízká hmotnost

Cena za komplet: 506.900,- Kč bez DPH

FD servis Praha, s.r.o - firma zapsána v OR vedeného Městským soudem Praha, oddíl C, vložka 63275

Kuř 26. 251 01 Říčany u Prahy

TEL 602 687 778. 602 222 756. 602 256 239. 323 606 109 FAX 323 606 107

BANK SPOJENÍ KB Praha 4 č. účtu: 19-8790740287/0100, DIČ CZ25710427, IČ 25710427

info@fdservispraha.cz www.fdservispraha.cz


 R. M. Kearney, P.D. servs. Public, Sch. A
 1214 N. 1st St., P.O. Box 1000, St. Paul, MN 55101
 (612) 222-1000

Zástavby sanitních, užitkových a speciálních vozidel

Pro každé vozidlo 1 kus transportního ventilátoru Oxylog 2000+ s displejem, napájecím adaptérem a s držákem na stěnu zástavby (1 ks pro vozidlo 1 a 1 ks pro vozidlo 2)

- s režimy VC-CMV, VC-AC, VC-SIMV, SpnCPAP
- možnost podílu kyslíku ve vdechované směsi 100% (režim No-AirMix) nebo přibližně 40% (režim AirMix).
- PEEP 0 to 20 mbar / cmH2O
- dechový objem 100 ml až 2000 ml
- autonomní provoz během přepravy zajištěn vnitřní baterií na dobu min. 3,5 hod.
- design, váha a rozměry přístroje musí být dobře čitelné ve dne i v noci
- tělo ventilátoru z jednoho kusu, ne modulární systém
- možnost napojení ventilátoru do rozvodu kyslíku ve vozidle
- napájecí adaptér do 12/24V vozidlové sítě

Cena: 244.690,- Kč bez DPH

Pro každé vozidlo 1 kus průtokoměr okénkový, 0 – 25 l/minuta, kyslík + rychlospojka; vstup: rychlospojka M12 x 1, výstup hadicí, nástavec G 3/8

Cena: 2.500,- Kč bez DPH

Pro každé vozidlo 1 kus odsávačka elektrická Laerdal LSU s držákem a nabíječkou DC

- se znovu použitelnou průsvitnou plastovou nádobkou na sekrety o objemu 1l s ochranou proti přetoku
- integrovaná baterie s minimální výdrží 30 minut při plném výkonu odsávací jednotky
- automatické dobíjení baterie při založení do držáku na zadní straně odsávačky
- indikace pomocí LED diod stavu baterie, stupně vakua, připojení externího zdroje
- obslužný panel v přední části přístroje
- přídatná boční kapsa na umístění odsávacích kanyl

Cena: 37.500,- Kč bez DPH

Pro každé vozidlo 2 ks lineární dávkovače - perfusory Braun

- Perfusor Compact 230/240 V + Perfusor Compact Akku pack + Perfusor Compact kabel pro RZS, s možností kalibrace na stříkačky 20/50 ccm většiny známých výrobců,
- napájení dobíjecími AKU, ext. napájení 12 V; výdrž baterií cca 60 hod při průtoku menším než 10 ml/hod
- možnost montáže na stěnu nad sebou (upevnění na madle v prostoru zástavby sanitního vozidla)
- hmotnost cca do 2 kg
- rozměry cca do 200x110x130 mm

Cena za 2 ks: 52.000,- Kč bez DPH

Pro každé vozidlo 1 kus Tonometr BOSO Nova s manžetou v hlubokém košíku

Cena: 4.100,- Kč bez DPH

Transportní technika:

FD servis Praha, s.r.o. - firma zapsána v OR vedeného Městským soudem Praha oddíl C, vložka 63275
Kufí 26, 251 01 Říčany u Prahy

TEL 602 687 778, 602 222 756, 602 256 239, 323 606 109, FAX 323 606 107

BANK SPOJENÍ KB Praha 4 č. účtu 19-8790740287/0100, DIČ. CZ25710427, IČ 25710427

info@fdservispraha.cz www.fdservispraha.cz

- Stůl nosítek STEM C/MEC se zámkem pro transportní polohu podvozku nosítek, provedení podle zvoleného podvozku a nosítek. Možnost mechanického naklápění stolu (protišoková poloha) v rozsahu plus mínus 10° (hlava dolů – nohy nahoru a obráceně) a s možností mechanického bočního posuvu.

Cena:

87.000,- Kč bez DPH

Pro každé vozidlo 1 ks nosítka Medirol typ Clinic N114 s nožním madlem oddělitelná + podvozek Extero P113, včetně anatomické matrace s dětským integrovaným zádržným systémem a tvarovaných přípravků pro stabilizaci hlavy pacienta.

nosítka:

- výsuvná madla pro přenášení
- lehká hliníková konstrukce
- boční sklápěcí zábrany
- 4 kolečka na spodní straně nosítek
- polohování opěry zad minimálně 0° až 75° včetně polohovatelné opěrky hlavy
- polohovatelné opěry nohou včetně samostatného polohování kolen pacienta
- přepravní rozměry cca do 210 x 700 x 350 mm
- nosnost minimálně 225 kg
- váha do cca 30 kg (bez matrace, pásů a dalšího vybavení)
- anatomická matrace s dětským integrovaným zádržným systémem, včetně tvarovaných přípravků pro stabilizaci hlavy pacienta

podvozek:

- s dvukrokovým nakládacím nezávislým systémem s ergonomickým a bezpečnostním opatřením předcházejícím možnému zranění záchranářů nebo pacientů
- kolečka průměru cca od 140 do 200 mm, nejlépe pryžová
- váhový limit u podvozku minimálně cca 250 kg
- hmotnost podvozku cca do 30 kg
- přepravní rozměry cca do 2200 x 700 x 370 mm
- možnost jednočlenné obsluhy
- brzdy na zadních kolech zabráňující samovolnému pohybu podvozku

Cena:

91.500,- Kč bez DPH

Pro vozidlo č. 1 (Frýdek-Místek)


- 1 ks skládacích transportní sedačka - schodolez EVAC Chair 1-300-AMB pro přepravu pacientů v sedě
- u schodolezu je požadováno:
- váha max. 10 kg
 - nosnost min. cca 150 kg
 - bezpečnostní pás pro uchycení pacienta

FD servis Praha, s.r.o. - firma zapsána v OR vedeného Městským soudem Praha, oddíl C, vložka 63275
Kuří 26, 251 01 Říčany u Prahy

TEL 602 687 778, 602 222 756, 602 256 239, 323 606 109, FAX 323 606 107

BANK SPOJENÍ KB Praha 4 č. účtu 19-8790740287/0100, DIČ CZ25710427 IČ 25710427

info@fdservispraha.cz www.fdservispraha.cz

 FD servis Praha, s.r.o.
IČ 25710427
DIČ CZ25710427
Městský soud Praha, oddíl C, vložka 63275

Zástavby sanitních, užitkových a speciálních vozidel

- transportní kolečka vpředu vel. min. 140 mm a max. 160 mm,
 - na zadní straně sedačky pás pro evakuaci po schodech
 - hliníkový rám
 - rozměry složeného modelu max. cca 1050x550x250 mm
- Cena: 21.500,- Kč bez DPH

Pro vozidlo č. 2 (Nový Jičín)

- 1 kus skládací transportní sedačka – schodolez Medirol Roiman K312 pro přepravu pacientů v sedě u schodolezu je požadováno:
- váha max. 12 kg
 - nosnost max. cca 180 kg
 - 4 bodový bezpečnostní pás pro uchycení pacienta
 - transportní kolečka vzadu o velkém průměru
 - přední menší otočná kolečka
 - na zadní straně sedačky pás pro evakuaci po schodech
 - hliníková konstrukce s vysokou pevností, dobře viditelný oranžový rám
 - rozměry složeného modelu max. cca 1200x550x250 mm
 - výsuvné horní madlo se třemi pozicemi zajištění
- Cena: 16.500,- Kč bez DPH

Pro každé vozidlo 1 kus scoop rám Kartsana plast žlutý (1 ks pro vozidlo 1 a 1 ks pro vozidlo 2)

- vyroben z kvalitního polyetylenového materiálu odolného vůči desinfekčním prostředkům
 - přeložitelný příčně na dvě části
 - min. nosnost min. 150 kg
 - délka min. cca 1650 mm, šířka max. cca 450 mm, výška max. cca 80 mm
 - hmotnost max. cca 8 kg
- Cena: 15.000,- Kč bez DPH

Cena za transportní a přístrojovou techniku pro vůz č. 1: 1.062.690,- Kč bez DPH

Cena za transportní a přístrojovou techniku pro vůz č. 2: 1.057.690,- Kč bez DPH

Ceny jsou včetně držáků přístrojů

Celková cena za vozidlo č. 1:	3.445.260,- Kč bez DPH
Celková cena za vozidlo č. 2:	3.440.260,- Kč bez DPH
Celková cena za obě vozidla:	6.885.520,- Kč bez DPH
DPH 21%:	1.445.959,20 Kč
Celková cena:	8.331.479,20 Kč

Vozidlo a veškeré dodané příslušenství musí být nové, nepoužité, roku výroby 2014.


Veškeré návody na použití budou dodány v českém jazyce.

FD servis Praha, s.r.o. - firma zapsána v OR vedeného Městským soudem Praha, oddíl C, vložka 63275
Kufí 26 251 01 Říčany u Prahy

TEL. 602 687 778, 602 222 756, 602 256 239, 323 606 109, FAX 323 606 107

BANK SPOJENÍ KB Praha 4 č. účtu 19-8790740287/0100, DIČ: CZ25710427, IČ: 25710427

info@fdservispraha.cz www.fdservispraha.cz

 FD servis Praha, s.r.o.
IČ: 25710427
Sídlo: Kufí 26, 251 01 Říčany u Prahy
IČ: 25710427

Vozidla budou dodána v souladu s platnými právními předpisy, zejména musí splňovat požadavky stanovené vyhláškou č. 296/2012 Sb., o požadavcích na vybavení poskytovatele zdravotnické záchranné služby a o požadavcích na tyto dopravní prostředky. Dále pak normu ČSN EN 1789+A1.

Dodavatel doloží prohlášení o shodě akreditované zkušebny s tím, že vozidlo splňuje požadavky normy ČSN EN 1789+A1.

K vozidlu budou doloženy veškeré doklady dodavatele vozidla i výrobce nástavby potřebné pro řádné přihlášení vozidla do evidence na odboru dopravy.

FD servis Praha, s r o - firma zapsána v OR vedeného Městským soudem Praha oddíl C, vložka 63275
Kuří 26, 251 01 Říčany u Prahy

TEL 602 687 778, 602 222 756, 602 256 239, 323 606 109, FAX 323 606 107

BANK SPOJENÍ KB Praha 4 č účtu 19-8790740287/0100 DIČ CZ25710427 IČ 25710427

info@fdservispraha.cz www.fdservispraha.cz