

Nemocnice Třinec, příspěvková organizace

73961 Třinec - Dolní Líštná, Kaštanová 268

Věc: Dodatečné informace č. 1 k veřejné zakázce „Rekonstrukce mezioborové JIP - dodávka zdravotnické techniky a nábytku“

Zadavatel: Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, se sídlem: 73961 Třinec - Dolní Líštná, Kaštanová 268, IČ: 00534242 (dále jen „zadavatel“).

Osoba zmocněná k zastoupení zadavatele v zadávacím řízení: HRAT, s.r.o.; se sídlem: Třinec, Družstevní 294, PSČ 73961; IČ: 64087352.

Identifikace veřejné zakázky: Otevřené nadlimitní řízení na dodávky dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pod označením Rekonstrukce mezioborové JIP - dodávka zdravotnické techniky a nábytku.

Vážení,

zadavatel obdržel dne 23.2.2016 dotaz k zadávací dokumentaci od jednoho z uchazečů. V souladu s § 49 odst. 2 a 3 zákona poskytuje zadavatel níže uvedené dodatečné informace.

Dodatečné informace jsou poskytnuty všem uchazečům, kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, nebo si o zadávací dokumentaci požádali. Dodatečné informace budou rovněž uveřejněny na profilu zadavatele <https://www.softender.cz/msk/detail/TR>.

Dodatečné informace:

Dotaz č. 1:

Dotaz zní: Můžeme nabídnout aktivní antidekubitní matraci, která slouží k prevenci a podpoře léčby dekubitů do III. stupně dle EPUA (dle vašeho zadání) a využívá k dosažení tohoto cíle dvoukomorový princip střídání tlaku? Tříkomorový princip střídání tlaku oproti dvoukomorovému principu střídání tlaku neposkytuje žádné klinické výhody.

Odpověď:

Ne. Zadavatel trvá na původní technické specifikaci a požaduje tříkomorový princip střídání tlaku i pro léčbu ischemických tkání.

V Ostravě dne 29. února 2016

Ing. Tomáš Stejskal

ředitel nemocnice

Zastoupení obchodní společností HRAT, s.r.o.

Ing. Jan Juřena

HRAT, s.r.o.