

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka

Vyřizuje/linka
Macková/5120

Frýdek-Místek
30.09.2016

Věc: Dodatečné informace č. 2 k zadávacím podmínkám

**„Dodávka intravenózních bezpečnostních kanyl“
P/026/SKL/16**

Vážení uchazeči,

Dne 30.09.2016 jsme obdrželi písemnou dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám, tímto Vám sdělujeme stanovisko zadavatele:

Dotaz č. 2:


V Zadávací dokumentaci v bodě 2. Vymezení předmětu veřejné zakázky v odstavci Specifikace intravenózních bezpečnostních kanyl požaduje Zadavatel kanyly: jednorázové, sterilní s portem a bez portu; dále také pasivní bezpečnostní mechanismus pro ochranu před poraněním. Myslí tím Zadavatel kanyly bez portu s pasivním bezpečnostním mechanismem, ale kanyly s portem bude akceptovat s aktivním bezpečnostním mechanismem?

Odpověď č.2:

Zadavatel dle zadávací dokumentace v bodě č.2, požaduje kanyly bez portu a s portem s pasivním bezpečnostním mechanismem.

Zadavatel nebude akceptovat u kanyl s portem aktivní bezpečnostní mechanismus.

S pozdravem



Ing. Tomáš Stejskal
Ředitel Nemocnice ve Frýdku - Místku, p. o.