

**Veřejná zakázka malého rozsahu
„Dodávku infúzní techniky“
P/028/SKL/16**

Motto nemocnice: Člověk je zrozen k vzájemné pomoci. L. A. Seneca

Zadávací dokumentace

k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky
s využitím elektronického nástroje E-ZAK

Název veřejné zakázky:	„Dodávka infúzní techniky “
Pořadové číslo:	P/028/SKL/16
Druh použitého zadávacího řízení:	Zakázka malého rozsahu na dodávku zboží

1. Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele:	Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o.
Adresa zadavatele:	El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
IČ zadavatele	00 534 188
Oprávněná osoba zadavatele:	Ing. Tomáš Stejskal, ředitel
Kontaktní osoba zadavatele:	Ing. Iva Kajfoszová, Martina Macková
Telefon:	558 415 061, 558 415 120
Fax:	558 415 152
E-mail:	kajfoszova@nemfm.cz , mackova@nemfm.cz
URL adresa:	www.nemfm.cz
Profil zadavatele:	https://msk.ezak.cz/profile_display_7.html

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka infúzní techniky (CPV 33140000-3) dle aktuální potřeby zadavatele a jeho jednotlivých objednávek pro Nemocnici ve Frýdku – Místku, p. o. s dodacím místem:

Centrální sklad Nemocnice ve Frýdku - Místku, příspěvková organizace
El.Krásnohorské 321, Frýdek
738 18 Frýdek - Místek

Požadovaná specifikace infúzní techniky:

1.část infúzní techniky

Souprava infúzní gravitační

- Jednorázová, sterilní
- bakteriální filtr v zavzdušňovacím ventilu propichovacího trnu
- propichovací trn mikroskopický hladký
- zdravotně nezávadný materiál
- převod luer-lock
- hadička transparentní min.délka 1500mm
- slouží k terapeutickému podávání infúzních roztoků k plastovým láhvím nebo vaků působením gravitace
- regulátor průtoku
- průsvitný, čirý materiál umožňuje optickou kontrolu
- texty na obalech budou uvedeny v českém jazyce

Souprava transfúzní

- jednorázová, sterilní
- hadička transparentní, délka minimální 1400mm
- bakteriální filtr v zavzdušňovacím ventilu propichovacího trnu
- připojovací kužel pozitivní Luer-Lock
- regulátor průtoku
- souprava slouží k terapeutickému převodu konzervované krve, základních složek krve, krevních náhrad z láhví nebo vaků do žíly pacienta
- texty na obalech budou uvedeny v českém jazyce

2.část, 3.část a 4. část infúzní techniky pro infúzní pumpy typy

Souprava infúzní tlaková

- jednorázová, sterilní
- hadička transparentní minimální délky 1700mm
- bakteriální filtr v zavzdušňovacím ventilu propichovacího trnu
- propichovací trn mikroskopický hladký
- zdravotně nezávadný materiál
- převod luer-lock
- slouží k terapeutickému podávání infúzních roztoků z láhví nebo vaků působením gravitace nebo pomocí dávkovacích pump
- pro gravitační podání infuze
- průsvitný, čirý materiál umožňuje optickou kontrolu
- soupravy musejí být doporučeny a schváleny výrobcem dávkovacích pump ARGUS 400, 404, 414, 707, TERUMO TE171, Argomed VP7000
- texty na obalech budou uvedeny v českém jazyce

5. část infúzní techniky - spojovací hadičky

Hadička spojovací 1,8x450LL a 1800LL

- jednorázová, sterilní
- zdravotně nezávadný materiál
- koncovky luer-lock
- transparentní hadičky minimální délky 450mm a 1800mm
- používá se k propojení jedné nebo dvou infúzních nebo transfúzních souprav, případně k propojení dvou krevních konzerv nebo láhví
- texty na obalech budou uvedeny v českém jazyce

Předpokládaný roční objem infúzní techniky:

položky	typy pump	měrná jednotka	předpokládaná roční spotřeba
1.část			
infúzní set gravitační	xx	ks	85 400
transfúzní set	xx	ks	5 400
2.část, 3.část a 4.část			
infúzní set tlak.+gravitační	ARGUS 400,404, 414,707	ks	2 000
infúzní set tlak.+gravitační	Terumo TE 171	ks	2 800
infúzní set tlak.+gravitační	Argomed VP7000	ks	5 600
5.část			
spojovací hadička 1,8x450LL	xx	ks	54 000
spojovací hadička 1,8x1800LL	xx	ks	13 000

3. Obchodní podmínky, včetně platebních podmínek

Doba plnění na dobu určitou 12 měsíců, a to s účinností od podepsání smlouvy.

Dodací lhůta do 3 pracovních dnů od doručení objednávky.

Splatnost faktury 60 dnů od data doručení zboží zadavateli.

Spolu se zbožím budou kupujícímu předány dodací list, daňový doklad - faktura.

4. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

Účastník stanoví nabídkovou cenu v krycím listu (Příloha č.1). Nabídková cena bude stanovena v české měně v členění: nabídková cena bez DPH, samostatné DPH a cena celkem vč.DPH jako součin jednotkových nabídkových cen za jednotlivé položky a předpokládaného množství dle specifikace uvedené v čl.2 této zadávací dokumentace. Tyto ceny budou předmětem předběžného hodnocení nabídek.

Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávací dokumentací a dalšími dokumenty obsahujícími vymezení předmětu veřejné zakázky.

Cena bude konečná a nepřekročitelná, musí obsahovat veškeré náklady účastníka nezbytné k realizaci předmětu plnění veřejné zakázky v místě plnění, navýšení je možné pouze o míru inflace.

5. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Nabídka účastníka bude podána prostřednictvím elektronického nástroje dostupného na internetové adrese https://msk.ezak.cz/profile_display_7.html.

Jiná forma podání nabídky, než elektronická, je zakázána. Pokud bude nabídka doručena v listinné podobě, nebude tato nabídka hodnocena. Zadavatel bezodkladně vyrozumí účastníka o tom, že jeho nabídka nebyla podána v souladu se zadávací dokumentací.

Lhůta pro podání nabídky v elektronické podobě v elektronickém nástroji E-ZAK: **8.12.2016 do 10:30 hodin.**

Bližší podrobnosti a podmínky nezbytné k užití elektronického nástroje jsou součástí výzvy k podání nabídky.

Účastník prostřednictvím tohoto elektronického nástroje předloží zadavateli údaje a dokumenty specifikované následovně:

1. Cenovou nabídku vloží účastník v elektronické formě do elektronického nástroje v souladu s „Návodem pro účast“. **Účastník vloží do elektronického nástroje ve lhůtě pro podání nabídek své ceny k jednotlivým položkám. Účastník může svou cenovou nabídku vložit ke všem částem veřejné zakázky, nebo pouze k jím vybraným částem veřejné zakázky. V každé části, v nichž chce účastník svou cenovou nabídku podat, však musí vložit cenu u všech položek.**
2. Nabídka bude vložena účastníkem v elektronické formě do elektronického nabídkového listu, vytvořeného v elektronickém nástroji E-ZAK. Účastník přitom postupuje podle dispozic zadavatele, uvedených v dokumentaci elektronicky vedeného zadávacího řízení.
3. Účastník do elektronického nástroje připojí návrh Rámcové kupní smlouvy, jež bude zpracován v souladu s požadavky zadavatele na obchodní podmínky této zadávací dokumentace. **Návrh smlouvy bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka.**
4. Účastník vloží návrh Rámcové kupní smlouvy do elektronického nástroje ve formátu *pdf (podepsaná smlouva statutárním zástupcem účastníka) a rovněž ve formátu *doc.
5. Účastník do elektronického nástroje připojí doklady, jimiž účastník splňuje požadovanou kvalifikaci a vyplněnou Přílohu č.1.
6. Účastník do elektronického nástroje připojí ostatní dokumenty, které ve vztahu k veřejné zakázce považuje za důležité.
7. Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavateli, poskytované dokumenty a informace budou v jazyce českém. Vzhledem k tomu, že je veřejná zakázka realizována s využitím elektronického nástroje E-ZAK, je v prostředí tohoto elektronického nástroje vytvořen prostředek pro podávání žádosti o dodatečné informace i jejich vypořádání zadavatelem. Tato forma komunikace umožní nejrychlejší a nejjednodušší zpracování případných dotazů i jejich doručení k účastníkům. Zadavatel zároveň upozorňuje, že v rámci realizace této veřejné zakázky má v úmyslu adresovat korespondenci zájemcům, resp. účastníkům na kontaktní emailovou adresu uvedenou v rámci registrace do elektronického nástroje E-ZAK. Přístup do elektronického nástroje E-ZAK bude po celou dobu realizace veřejné zakázky.
8. Zadavatel si vyhrazuje právo, že rozhodnutí o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení a rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky uveřejní na profilu zadavatele; v takovém případě se rozhodnutí o vyloučení účastníka i rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.

6. Požadavky na varianty

Zadavatel vybere nejvhodnější nabídku podanou na jednotlivé části veřejné zakázky.

7. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

Zadavatel požaduje předložit:

- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, a to v kopii. Doklady nesmějí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky
- prohlášení o shodě k jednotlivým položkám, které jsou předmětem veřejné zakázky.
- návody na použití v ČJ k jednotlivým položkám, které jsou předmětem veřejné zakázky.
- **prohlášení výrobce** dávkovacích pump ARGUS 400, 404, 414, 707 nebo TERUMO TE171 nebo Argomed VP7000, že nabízený set tlakový je doporučen.

8. Jiné požadavky pro plnění veřejné zakázky

Údaje uvedené v návrhu smlouvy se nesmí lišit od údajů uvedených v jiné části nabídky účastníka. V případě rozporů je rozhodující písemný návrh smlouvy.

9. Způsob hodnocení nabídek

Hodnoceny budou pouze nabídky, které splňují požadavky zadavatele na předmět veřejné zakázky.

Základním hodnotícím kritériem pro hodnocení nabídek je nejnižší nabídková cena.

10. Ostatní ujednání

Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.

Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku malého rozsahu kdykoliv zrušit bez udání důvodu.

Zadavatel nehradí účastníkům náklady vzniklé z účasti v řízení.


Ukončením výběrového řízení a oznámením výsledku nevznikne automaticky smluvní vztah.

Zadavatel si vyhrazuje právo na odmítnutí všech předložených nabídek.

Podrobné instrukce elektronického nástroje naleznete v uživatelské příručce pod odkazem:
<https://msk.ezak.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf>

25.11.2016

Ve Frýdku-Místku



Ing. Tomáš Stejskal
 ředitel Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.

Příloha:

1. Krycí list
2. Návrh Rámcové kupní smlouvy
3. Elektronický nástroj EZAK – Uživatelská příručka pro dodavatele