

Nemocnice Třinec, příspěvková organizace

73961 Třinec - Dolní Líštná, Kaštanová 268

V Třinci dne 23.5.2017

Oznámení o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení pod označením „Dodávka zdravotnické techniky pro dětskou JIP“ – část B

Zadavatel: Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, se sídlem: 73961 Třinec - Dolní Líštná, Kaštanová 268; IČ: 00534242 (dále jen „zadavatel“).

Osoba zmocněná k zastoupení zadavatele v zadávacím řízení: HRAT, s.r.o.; se sídlem: Třinec, Družstevní 294, PSČ 73961; IČ: 64087352.

Identifikace veřejné zakázky: podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná formou zjednodušeného podlimitního řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) pod označením „Dodávka zdravotnické techniky pro dětskou JIP“ – část B

Vážení,

zadavatel dne 23.5.2017 na základě doporučení hodnotící komise **rozhodl** o vyloučení účastníka výše uvedeného zadávacího řízení POLYMED medical CZ, a.s., se sídlem: P. Jilemnického 14/51, 503 01 Hradec Králové, IČ: 27529053 v souladu s § 48 odst. 2 písm. a) zákona, jelikož údaje a doklady předložené tímto účastníkem nesplňují zadávací podmínky stanovené zadavatelem.

Odůvodnění:

Komise konstatovala, že účastník zadávacího řízení POLYMED medical CZ, a.s. nesplnil podmínky účasti v zadávacím řízení, neboť i po předložení objasnění nabídky neprokázal splnění požadované technické specifikace u nabízeného plnění. U poptávané infuzní pumpy požadoval zadavatel bateriový provoz min. 9h při 25ml/h a u lineárního dávkovače bateriový provoz: 9 h při rychlosti dávkování 2 ml/h. Uvedený účastník v rámci nabídky nabídl infuzní pumpu MP60 a lineární dávkovač MP30, u kterých neprokázal splnění požadovaných parametrů, neboť uvedl, že baterie má provoz pouze 5 hodin. Pro splnění požadovaných parametrů nabídl zadavatelem nepřipustné řešení externím zdrojem energie. Dále komise konstatuje, že účastník POLYMED medical CZ, a.s. ve své nabídce nabízí infuzní pumpu MP60, přičemž technické listy jsou předloženy k modelu MP60A. Z předloženého překladu prohlášení o shodě lze usuzovat, že se jedná o dva různé typy výrobků. Tento účastník rovněž ve své nabídce předložil překlad prohlášení o shodě nabízených výrobků, který nelze porovnat s originálním zněním prohlášení o shodě, neboť toto v nabídce není doloženo.

Na základě těchto skutečností komise doporučila zadavateli, aby výše uvedeného účastníka zadávacího řízení v souladu s § 48 odst. 2 písm. a) zákona vyloučil ze zadávacího řízení, jelikož údaje a doklady předložené tímto účastníkem nesplňují zadávací podmínky stanovené zadavatelem.

Proti tomuto rozhodnutí lze podat námitky ve lhůtě stanovené v § 242 odst. 2 zákona a s náležitostmi uvedenými v § 244 zákona.

S pozdravem

Ing. Tomáš Stejskal
ředitel nemocnice

Zastoupen obchodní společností HRAT, s.r.o.

Mgr. Josef Alexander Matera
HRAT, s.r.o.