



PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

(vyhotovená v souladu s § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“))

Identifikace zadávacího řízení

Veřejná zakázka č. 16/30, evidenční číslo: Z2017-005510,

„Pořízení zdravotnického vybavení pro Slezskou nemocnici v Opavě, p. o.“

Číslo spisu: SNO/BB/2017/02/zdravotnické vybavení SNO

Číslo zakázky: (P17V00000020)

ČÁST 4: 5 ks - Kardiotokograf

(dále jen „VZ“)

Zadavatel

Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace

Sídlo: Olomoucká 470/86, Předměstí 746 01 Opava

IČO: 47813750

Zastoupený: MUDr. Ladislavem Václavcem, MBA, ředitelem nemocnice

(dále jen „Zadavatel“)

1. Předmět veřejné zakázky

ČÁST 4: 5 ks - Kardiotokograf

Blíže specifikováno v příloze č. 10 – Minimální technické podmínky pro část 4.

Předmětem veřejné zakázky platné pro část 1- 4 je rovněž:

- doprava;
- montáž;
- instalace;
- zprovoznění;
- počáteční přejímací zkouška dle zákona č. 18/1997 Sb., atomový zákon, ve znění pozdějších předpisů (platné pouze pro část 1)
- instruktáž dle ust. § 61 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů;
- provedení počáteční zkoušky dlouhodobé stability (platné pouze pro část 1);
- měření rozptýleného záření a přejímací zkoušky (platné pouze pro část 1);
- provádění veškerých potřebných předepsaných prací dle doporučení výrobce v souladu se zákonem 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích a normou ČSN 62353 (především PBTk, případně kalibrace, ověření nebo jiné předepsané servisní činnosti)
- záruční servis v délce 36 měsíců;



- dále pak předání veškerých dokladů, které se k dodanému zboží vztahují (dodací list; návod k obsluze v českém jazyce 1x v tištěné formě, 1x v elektronické podobě na CD nosiči; certifikát CE a prohlášení o shodě (ES prohlášení o shodě) podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů; protokol o instruktáži dle ust. § 61 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů;
- Pro část 1 kromě výše uvedených dokumentů doložit také protokol o počáteční přejímací zkoušce dle zákona č. 18/1997 Sb., atomový zákon, ve znění pozdějších předpisů, protokol o výchozí elektrické revizi pevně instalovaného zdravotnického prostředku dle ČSN EN 33 1500 Z3).

2. Cena sjednaná ve smlouvě na VZ

Kupní cena činí 2 448 784,80 Kč bez DPH

3. Druh zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadávána v otevřeném řízení v nadlimitním režimu.

4. Označení účastníků zadávacího řízení

Nabídkou s pořadovým č. 1 byla nabídka účastníka:

S & T Plus s.r.o.

IČO: 25701576

se sídlem: Novodvorská 994/138, 142 00 Praha 4 - Braník

Nabídkou s pořadovým č. 2 byla nabídka účastníka:

POLYMED medical CZ, a.s.

IČO: 27529053

se sídlem: Petra Jilemnického 14/51, Platiště nad Labem, 503 01 Hradec Králové

Nabídkou s pořadovým č. 3 byla nabídka účastníka:

Tarmedical s.r.o.

IČO: 25953958

se sídlem: Albertova 645/13, 500 02 Hradec Králové

5. Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení

Nabídkou s pořadovým č. 2 byla nabídka účastníka:

POLYMED medical CZ, a.s.

IČO: 27529053

se sídlem: Petra Jilemnického 14/51, Platiště nad Labem, 503 01 Hradec Králové



Zadavatel tímto rozhodnul v zadávacím řízení shora uvedené veřejné zakázky, resp. části veřejné zakázky, o vyloučení účastníka:

POLYMED medical CZ, a.s.,

z účasti v zadávacím řízení, dle § 48 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

Odůvodnění:

Účastník podal v určené lhůtě nabídku do shora uvedeného zadávacího řízení veřejné zakázky, resp. části veřejné zakázky.

Účastník POLYMED medical CZ, a.s. resp. jím nabízený přístroj nesplňuje minimální technické podmínky stanovené zadavatelem v zadávacích podmínkách a to zejména:

- 1) lehký a kompaktní přístroj – při monitorování trojčat je nutné propojit 2 systémy, každý na jednom vozíku. Zároveň jeden ze systémů má pevnou instalaci na vozíku a přístroj tak nelze nijak přenášet. Při monitorování trojčat tak přístroj zabírá velký prostor;
- 2) modul pro monitorování trojčat není v českém jazyce;
- 3) u monitorování trojčat není splněn tisk na termopapír;
- 4) snímání pulsu matky není prováděno z TOCO sondy. Snímání pulsu matky je prováděno z EKG elektrod, které jsou až poté přes kabel propojeny s TOCO sondou. Důsledkem je snížení komfortu rodičky a zvýšené náklady na jednorázové elektrody a EKG kabely.

Nabídkou s pořadovým č. 3 byla nabídka účastníka:

Tarmedical s.r.o.

IČO: 25953958

se sídlem: Albertova 645/13, 500 02 Hradec Králové

Zadavatel tímto rozhodnul v zadávacím řízení shora uvedené veřejné zakázky, resp. části veřejné zakázky, o vyloučení účastníka:

Tarmedical s.r.o.,

z účasti v zadávacím řízení, dle § 48 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

Odůvodnění:

Účastník podal v určené lhůtě nabídku do shora uvedeného zadávacího řízení veřejné zakázky, resp. části veřejné zakázky.



V rámci prověřování uvedených údajů v nabídce využil zadavatel čl. 17.7 zadávací dokumentace a vyzval účastníka Tamedical s.r.o. k předvedení nabízeného přístroje ve stejné konfiguraci za účelem ověření deklarovaných parametrů a vlastností.

Z tohoto předvedení vyplynulo, že účastník Tamedical s.r.o. nesplňuje minimální technické podmínky stanovené zadavatelem, viz Záznam o ověření deklarovaných technických parametrů.

6. Označení vybraného dodavatele a odůvodnění jeho výběru

Zadavatel tímto v souladu s § 125 ZZVZ vybírá k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení, jehož nabídka se umístila jako třetí v pořadí podle výsledku hodnocení nabídek, a to z důvodu vyloučení účastníků, kteří se umístili jako první a druhý v pořadí. Vybraným účastníkem je:

S & T Plus s.r.o.

IČO: 25701576

se sídlem: Novodvorská 994/138, 142 00 Praha 4 - Braník

podávající nabídku č. 1

Účastník nabídl zadavateli třetí nejnižší nabídkovou cenu ve výši 2 448 784,80 Kč bez DPH.

7. Označení poddodavatele/ů

Nepředpokládá se využití poddodavatelů.

8. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem

Nepoužito.

9. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění

Nepoužito.

10. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu

Nepoužito.

11. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému

Nezrušeno/ Nezavedeno.



12. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků

Zadavatel nemá zaveden systém podávání elektronických nabídek, byly použity listinné nabídky.

13. Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů spolu s uvedením přijatých opatření

U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.

14. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní VZ na části

Zadavatel rozdělil VZ na 4 části.

15. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3 ZZVZ

Zadavatel nepožadoval prokázání obratu a nepostupoval dle § 78 odst. 3 ZZVZ.

V Praze dne 21. 8. 2017

BOHEMIA BELLE, a.s.
Křižíkova 196, Praha 8-Karlín
IČO: 00223344
DIČ: CZ00223344

Ing. Jan Chalupa, CSc.
výkonný ředitel společnosti BOHEMIA BELLE, a.s.
smluvní zástupce zadavatele