

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

podle ust. § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Identifikační údaje zadavatele:

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace
se sídlem Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná
IČ: 00844853, DIČ: CZ00844853
zastoupená Ing. et Ing., Bc. Jiřím Matějem, MBACE, ředitelem

Identifikační údaje kontaktní osoby zadavatele:

JUDr. Rita Kubicová, advokátka
se sídlem Veleslavínova 1022/4, 702 00, Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 71332529

Název veřejné zakázky a její numerická identifikace:

Dodávka phacoemulsifikačního přístroje
Identifikátor veřejné zakázky: P17V00000004

Předmět veřejné zakázky:

Předmětem je dodávka, instalace a uvedení do provozu phacoemulsifikačního přístroje, rok výroby 2016 a mladší, pro potřeby zadavatele, splňující následující technické požadavky:

- Kombinovaný přístroj na podvozku s brzdami včetně nutného příslušenství a spotřebního materiálu pro první uvedení do provozu.

Požadované vlastností přístroje:

Zadní segment:

- řízená infúze
- endo-osvětlení. koagulace
- plně pneumatická vitrektomie
- pneumatické nebo elektrické nůžky
- funkce pro injektáž / odsáti nitro-očního plynu a oleje
- vzduchová retinální tamponáda.

Přední segment:

- řízená irigace/aspirace optimalizovaná fakoemulsifikace pomocí předozadního pohybu fakohrotu
- přední vitrektomie a koagulace.

Upřesnění:

- uživatelské rozhraní tvořené 17" barevnou dotykovou obrazovkou pro řízení a zobrazování funkcí postroje
- kontinuita kombinovaných operací (přední/zadní segment) bez nutnosti přerušení zákroku kvůli výměně nástrojů
- vysokorychlostní zadní vitrektom (max. frekvence až 10.000 seků /min.) s možností měnit průtok nezávisle na frekvenci sekání a vakuu pro 20,23,25 a 27 Ga, proměnlivé časování doby otevření aspiračního otvoru vitrektomu
- možnost volby mezi režimy fluidiky peristaltika/ venturi
- automatická kompenzace nitroočního tlaku během operace
- integrované zařízení pro vložení operačních parametrů do video výstupu z kamery mikroskopu.
- automatická identifikace příslušenství (automatické nastavení parametrů podle připojeného příslušenství)
- výměna láhve s infúzním roztokem bez nutnosti přerušení operace

Příslušenství:

- programovatelný nožní spínač pro ovládání přístroje – 1 ks
- dálkové ovládání - 1 ks
- fragmentační sonda pro endovýkony - 1 ks
- fako-koncovka – 4 ks

Další požadavky zadavatele na předmět plnění:

Zadavatel požaduje poskytnutí záruky za jakost minimálně 36 měsíců, a to jak na dodané zboží, tak v něm případně obsažený software, včetně servisní podpory na hardware a software.

V rámci své nabídky dodavatel předloží doklad prokazující shodu požadovaného, resp. dodatelem nabízeného zboží, vydaný příslušným orgánem, a to v českém jazyce nebo úředně ověřeném překladu do českého jazyka. Dodavatel je oprávněn v rámci prokázání kvalifikace předložit prostou kopii tohoto dokladu.

Dodavatel uvede podrobnou technickou specifikaci nabízeného zboží, jeho součástí, příslušenství a požadovaného vybavení v příloze č. 1 obchodních podmínek (kupní smlouvy), která bude podepsaná oprávněnou osobou.

Zadavatel požaduje, aby uchazeč (dodavatel) po dobu záruky bezplatně poskytoval záruční servis v místě plnění a v tomto rozsahu:

- provádění pravidelných bezpečnostně-technických kontrol dle § 65 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, v platném znění (dále jen „zákon č. 268/2014 Sb.“) a dle požadavků výrobce, prodávající rovněž zodpovídá za dodržování předepsaných lhůt,
- provádění servisu a oprav dle §§ 64 a 66 zákona č. 268/2014 Sb. a dle platných technických norem,
- provádění revize elektrických zařízení dle platných ČSN EN 60601-1 a ČSN EN 62353 a dle požadavků výrobce,
- v případě, že se jedná o zdravotnický prostředek se zdrojem ionizujícího záření, požadujeme po dobu záruky zajištění zkoušek dlouhodobé stability dle zákona č.18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření („atomový zákon“),
- v případě, že se jedná o zdravotnický prostředek s měřicí funkcí, požadujeme provádění pravidelných předepsaných ověření, popř. kalibrací dle požadavků zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, v platném znění a dle požadavků výrobce,
- provádění aktualizace a upgrade softwarového vybavení přístrojů,
- náhradní díly s spotřební materiál nutný k provádění výše uvedených kontrol a prohlídek poskytne prodávající bezplatně.

V rámci záručního servisu bude uchazeč (dodavatel) pravidelně provádět bezplatně prohlídky přístrojů a jejich údržbu (dále též „odborná údržba“) dle doporučení výrobce, tak aby byla po celou dobu

záruky zajištěna plná funkčnost přístroje. Odborná údržba dle tohoto odstavce zahrnuje servisní úkony, zejména technickou podporu, práci a cestu technika, servisní prohlídky apod.

V rámci své nabídky dodavatel předloží popis a fotografie (např. ve formě brožury) jím nabízeného zboží.

Předmětem veřejné zakázky je rovněž předvedení funkčnosti nabízeného zboží a seznámení zaměstnanců kupujícího s obsluhou zboží tak, aby jej byli schopni řádně užívat, dodání veškerých návodů k použití a údržbě dodávaného zboží v českém jazyce, technické dokumentace v českém jazyce a uživatelské dokumentace v českém jazyce, a to vždy během záruční doby na vyžádání zadavatele, včetně přeložení pověření konkrétního školitele výrobcem v souladu s platnými právními předpisy.

Dodavatel provede převírací zkoušku funkčnosti nabízeného zboží.

Cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku:

Cena za poskytnuté plnění bez DPH: 1.448.258,00 Kč.

Cena za poskytnuté plnění s DPH: 1.752.392,00 Kč.

Druh veřejné zakázky:

Podlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího řízení a doba jeho zahájení:

Zjednodušené podlimitní řízení, které bylo zahájeno dne 31.01.2017 uveřejněním Výzvy k podání nabídek neomezenému počtu dodavatelů na profilu zadavatele.

Označení účastníků zadávacího řízení (identifikační údaje všech účastníků):

- 1) Medicontur CZ, s.r.o.,
IČ: 02400758,
se sídlem Gajdošova 4392/7, Židenice, 615 00, Brno
- 2) Askin & Co., s.r.o.,
IČ: 48399965
se sídlem Palackého 1329/50, 741 00, Nový Jičín
- 3) Alcon Pharmaceuticals (Czech Republic) s.r.o.,
IČ: 26427389
se sídlem Na Pankráci 1724/129, 140 00, Praha 4

Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení:

- 1) Medicontur CZ, s.r.o.,
IČ: 02400758,
se sídlem Gajdošova 4392/7, Židenice, 615 00, Brno
Účastník vyloučen dle ust. § 48 odst. 2 písm. a) ZZVZ pro nesplnění zadávacích podmínek, neboť v krycím listu neuvedl číselně vyjádřitelná kritéria hodnocení, čímž se stala celá nabídka nehodnotitelnou.
- 2) Askin & Co., s.r.o.,
IČ: 48399965
se sídlem Palackého 1329/50, 741 00, Nový Jičín

Účastník vyloučen dle ust. § 48 odst. 2 písm. a), b) ZZVZ pro nesplnění zadávacích podmínek, neboť ve lhůtě podle ust. § 46 ZZVZ neposkytl součinnost k objasnění své nabídky.

Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva (identifikační údaje vybraného dodavatele):

- 1) Alcon Pharmaceuticals (Czech Republic) s.r.o,
IČ: 26427389
se sídlem Na Pankráci 1724/129, 140 00, Praha 4

Výše uvedený dodavatel je jediným dodavatelem, se kterým byla uzavřena smlouva na tuto veřejnou zakázku.

Označení poddodavatelů dodavatelů, pokud jsou zadavateli známi:

Není takového poddodavatele

Odůvodnění postupu dle ust. § 217 odst. 2 písm. g) až i) ZZVZ:

Zadavatel nepoužil takového postupu

Odůvodnění zrušení zadávacího řízení:

Zadavatel zadávací řízení nezrušil

Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků:

Zadavatel umožnil podat nabídky písemně v listinné podobě, a to zaslané nebo osobně doručené na adresu kontaktní osoby zadavatele. Nabídky v listinné podobě se mohly podávat pouze v uzavřené obálce, označené názvem zakázky „VZ Dodávka phacoemulsifikačního přístroje – NEOTEVÍRAT“.

Zadavatel zvolil výše uvedený postup zejména proto, aby naplnil zásadu zákazu diskriminace upravenou v ust. § 6 odst. 2 ZZVZ tím, že případné nabídky umožnil podat i takovým účastníkům, kteří by neměli dostatečné materiální vybavení, schopnosti, časový prostor apod., jim umožňující, podat nabídku v elektronické formě.

Soupis osob a přijatých opatření dle ust. § 217 odst. 2 písm. l) ZZVZ:

Není takovýchto osob ani opatření, neboť nebyl zjištěn střet zájmů žádné osoby podílející se na veřejné zakázce či zadávacím řízení.

Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části:

Zadavatel nerozdělil tuto veřejnou zakázku na části, neboť tato skutečnost plyne ze samotné povahy předmětu plnění, když se jednalo o koupi jednoho samostatného a uceleného přístroje.

Odůvodnění stanovení požadavku dle ust. § 217 odst. 2 písm. n) ZZVZ:

Zadavatel nepožadoval prokázání obratu

V Karviné dne 22.01.2018

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj,
příspěvková organizace
zastoupená Ing. et Ing., Bc. Jiřím Matějem, MBAce, ředitelem
i.s. JUDr. Rita Kubicová, advokátka