




EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Kupní smlouva č.

uzavřená dle ust. § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku



Kupující: Nemocnice Třinec, p.o.
Se sídlem: Kaštanová 268, Dolní Lištná, 739 61 Třinec
IČ: 00534242
DIČ: CZ00534242
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, Pr 908
Zastoupen Ing. Pavel Rydrych, ředitel

Bankovní spojení: 35-3423140287/0100

na straně jedné (dále jen „**kupující**“)

a

Prodávající: ENUS MEDICAL, s.r.o.
Se sídlem: Plkovská 2934/1, 193 00 Praha – Horní Počernice
IČ: 25551701
DIČ: CZ25551701
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 195811
Zastoupen: Martin Kazda, DiS., jednatel společnosti
Bankovní spojení: Raiffeisen Bank, č.ú.: 7040340001/5500

na straně druhé (dále jen „**prodávající**“)

prodávající a kupující dále také jako „**smluvní strany**“
nebo jednotlivě jako „**smluvní strana**“



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

tímto uzavírají tuto kupní smlouvu v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „**občanský zákoník**“), jako výsledek otevřeného zadávacího řízení na realizaci nadlimitní veřejné zakázky nazvané „**Modernizace vybavení pro obory návazné péče v Nemocnici Třinec, p. o.**“, zadávané v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „**ZZVZ**“), a v souladu s Obecnými pravidly pro žadatele příjemce, pro všechny specifické cíle a výzvy v Integrovaném regionálním operačním programu, vydání 1.9 s platností od 02. 06. 2017, v rámci projektu s názvem „**Modernizace vybavení pro obory návazné péče v Nemocnici Třinec, p. o.**“ spolufinancovaného z Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osa 06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, 06.2.56 Investice do zdravotnické a sociální infrastruktury, které přispívají k celostátnímu, regionálnímu a místnímu rozvoji, snižování nerovností, pokud jde o zdravotní stav, podpora sociálního začlenění díky lepšímu přístupu k sociálním, kulturním a rekreačním službám a přechodem od institucionálních ke komunitním službám, TC 09 Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě, 06.2.562.3 Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví, registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001498, zkrácený název projektu: Návazná péče Třinec.

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího odevzdat kupujícímu Endoskopickou věž, Gastroskop, Kolonoskop, Sušící a skladovací skříň pro endoskopy, Intubační fibroskop s LCD monitorem, Mycí a dezinfekční automat na flexibilní endoskopy dle specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy, kterou tvoří kopie technické dokumentace s popisem nabízeného plnění předložené v nabídce prodávajícího podané do zadávacího řízení k veřejné zakázce (příslušná příloha č. 3 – 14 zadávací dokumentace) (dále jen „**zařízení**“, „**zboží**“ nebo „**předmět plnění**“), a umožnit kupujícímu k němu nabýt vlastnické právo.
2. Prodávající se v souvislosti s dodávkou zboží zavazuje zajistit služby spočívající v instalaci, příp. montáži zboží, je-li pro uvedení zboží do plného provozu potřeba, aby byly tyto služby provedeny. Prodávající se rovněž zavazuje k tomu, že zajistí obstarání veškerých veřejnoprávních rozhodnutí a povolení potřebných pro uvedení zboží do plného provozu.

Služby spočívající v instalaci zboží zahrnují jeho usazení v místě plnění a napojení na zdroje, zejména připojení k elektrickým rozvodům, k slaboproudým a optickým rozvodům, rozvodu vody, demineralizované vody, plynu, technických plynů, tepla, chladu či vzduchotechniky (je-li funkce pořizovaného zboží podmíněna takovým připojením).



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Služby spočívající v montáži zahrnují zejména ustavení, sestavení a propojení pořizovaného zboží.

Služby spočívající v implementaci zboží zahrnují zejména procesy uskutečňování teoretických analýz a plánovaných postupů za účelem uvedení zboží do plného provozu.

Služby spočívající v uvedení pořizovaného zboží do plného provozu zahrnují jeho odzkoušení a ověření správné funkčnosti, případně jeho seřízení, předvedení plné funkčnosti, provedení zkušebního provozu, zajištění instruktáže dle příslušných ustanovení zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně z. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotnických prostředcích“), pro jeho obsluhu, obstarání veškerých veřejnoprávních rozhodnutí a povolení potřebných pro uvedení zboží do plného provozu jakož i provedení jiných úkonů a činností nutných pro to, aby zboží mohlo plnit sjednaný či obvyklý účel.

3. Součástí předmětu plnění je vedle zařízení kompletní příslušenství, zejména ustavení v místě plnění, sestavení a propojení pořizovaného zařízení, instruktáž obsluhy včetně zajištění dopravy do místa určení a jeho vybalení a kontrola, uvedení do plného provozu s předvedením funkčnosti, likvidace obalů a odpadu v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění.
4. Součástí předmětu plnění je zpracování a předání:
 - instrukcí a návodů k obsluze a údržbě zboží (manuálů) v českém/slovenském jazyce, a to 1 x v listinné podobě a 1x v elektronické podobě na CD,
 - prohlášení o shodě dodaného zboží se schválenými standardy,
 - příslušná dokumentace dle zákona o zdravotnických prostředcích a příp. doklady dle zákona č. 18/1997 Sb., atomový zákon, v platném znění, pokud jsou tyto doklady pro provoz nezbytné,
 - předání certifikátu CE,
 - zpracování a předání protokolu se stanovením třídy zdravotnického prostředku (I, IIa, IIb, III),
 - zajištění periodických prohlídek, technických kontrol a validace zboží po dobu trvání záruční doby, vyplývá-li povinnost k jejich provádění z platných obecně závazných právních předpisů nebo z pokynů výrobce zboží.
5. Prodávající se zavazuje, že kupujícímu předá protokol o instruktáži obsluhy a doklad o likvidaci obalů a odpadu.
6. Zařízení musí být nové, nepoužité, nerepasované, nepoškozené, nevyužité pro výstavní, prezentační či jiné reklamní účely, plně funkční, v nejvyšší jakosti poskytované výrobcem zboží a spolu se všemi právy nutnými k jeho řádnému a nerušenému nakládání a užívání kupujícím.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

7. Prodávající prohlašuje, že předmět plnění dle této smlouvy je zcela v souladu s požadavky kupujícího uvedenými v zadávací dokumentaci veřejné zakázky a že je výlučným vlastníkem zařízení, že na zařízení nevážnou žádná práva třetích osob a že není dána žádná překážka, která by mu bránila se zařízením podle této smlouvy disponovat. Prodávající prohlašuje, že zařízení nemá žádné vady, které by bránily jeho použití ke sjednaným či obvyklým účelům.
8. Prodávající prohlašuje, že:
- a) kvalitativní a technické vlastnosti zařízení odpovídají požadavkům stanoveným obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem o zdravotnických prostředcích, zákonem č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými prováděcími nařízeními vlády ke zdravotnickým prostředkům, harmonizovanými českými technickými normami a ostatními ČSN a požadavkům stanoveným kupujícím v zadávacích podmínkách k veřejné zakázce;
 - b) zařízení je z hlediska platných právních předpisů způsobilé a vhodné pro použití při poskytování zdravotní péče v ČR, zejména, že u zařízení byla stanoveným způsobem posouzena shoda jeho vlastností s technickými požadavky, které stanoví nařízení vlády, že je označeno stanoveným způsobem a že výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce o tom vydal písemné prohlášení o shodě. Jedná-li se o zařízení, které již bylo uvedeno na trh v některém z členských států EU a je opatřeno značkou CE prodávající povinen předložit kupujícímu kopii prohlášení o shodě vystaveného výrobcem nebo jeho zplnomocněným zástupcem a kopii CE certifikátu. V případě zařízení, které dosud nebylo uvedeno na trh v některém z členských států EU a není opatřeno značkou CE, avšak může být uváděno do provozu podle přechodných ustanovení příslušného nařízení vlády, je prodávající povinen předložit jako doklad o vhodnosti zboží pro použití při poskytování zdravotní péče kopii závěrečné zprávy o provedení klinického hodnocení zdravotnického prostředku (nebo její část obsahující alespoň základní identifikační údaje a údaje o ověření vhodnosti zdravotnického prostředku pro určený účel použití). Prodávající předloží kupujícímu rovněž i kopie případných dalších veřejnoprávních rozhodnutí, povolení, osvědčení, certifikátů a atestů, které jsou podle zvláštních právních předpisů (např. zákon č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí právní předpisy) vydávány pro jednotlivé druhy zdravotních prostředků a vztahují se k zařízení.
9. Kupující se zavazuje zařízení převzít a zaplatit prodávajícímu níže uvedenou kupní cenu.



II. Kupní cena

1. Kupní cena za splnění této smlouvy prodávajícím je sjednána v souladu s cenou, kterou prodávající nabídl v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku.
2. Kupní cena činí: 6.750.063,- Kč bez DPH, tj. 8.167.575,- Kč vč. 21 % DPH
3. Kupní cena je ujednána v měně CZK.
4. Kupní cena včetně DPH je sjednána jako pevná a nejvýše přípustná. Výše nabídkové ceny je nezávislá na vývoji cen, kursových změnách a změnách sazby daně z přidané hodnoty.
5. V kupní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady prodávajícího nezbytné pro řádné a včasné splnění celého předmětu této smlouvy včetně provedením služeb spočívajících v jeho instalaci, příp. montáži či implementaci a uvedení do plného provozu, je-li pro uvedení zboží do plného provozu potřeba, aby byly tyto služby provedeny, a to zejména pořízení zboží včetně nákladů na jeho výrobu, clo, doprava do místa určení včetně případných nákladů na manipulační mechanismy, náklady na pojištění zboží, ostrahu zboží do jeho předání a převzetí, daně a poplatky spojené s dodávkou zboží, náklady na průvodní dokumentaci uvedení do provozu, likvidace odpadu a obalů a instruktáže příslušných zaměstnanců, tj. techniků kupujícího a obsluhujícího personálu, potřebné doklady ke zboží, vstupní validace, a záruční servis a pravidelné technické prohlídky nařízené výrobcem dle zákona o zdravotnických prostředcích, pokud se jedná o zdravotnickou techniku dle zákona o zdravotnických prostředcích, nebo pravidelné revize/prohlídky/validace v požadovaném intervalu (pokud jsou pro správnou funkci zařízení výrobcem či servisní organizací nařízeny nebo doporučeny, včetně měněných náhradních dílů), vše včetně vystavení protokolu a případný update software, to vše po dobu záruky bez povinnosti kupujícího platit prodávajícímu nad rámec sjednané kupní ceny.

III. Platební podmínky

1. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu kupní cenu bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího uvedený v této smlouvě na základě faktury vystavené prodávajícím po protokolárním předání a převzetí zařízení. Splatnost faktury činí **30 dnů** od jejího prokazatelného doručení kupujícímu.
2. Prodávající se touto smlouvou zavazuje, že jím vystavená faktura bude obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu dle platné právní úpravy a text: *Tento projekt s*



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

názvem „Modernizace vybavení pro obory návazné péče v Nemocnici Třinec, p. o.“ je spolufinancován Evropskou unií a přiděleným číslem projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001498.

3. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je kupující oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Důvody vrácení sdělí kupující prodávajícímu písemně zároveň s vráceným daňovým dokladem. V závislosti na povaze závady je prodávající povinen daňový doklad včetně jeho příloh opravit nebo vyhotovit nový. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněných či opravených daňových dokladů.
4. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím zaplacení zákonného úroku z prodlení ve výši stanovené občanským zákoníkem za každý den prodlení.
5. Za prodlení s úhradou faktury není kupující povinen kromě smluvního úroku z prodlení dle předchozího odstavce hradit jakoukoliv smluvní pokutu nebo jinou smluvní sankci.

IV. Termín plnění

1. Prodávající se zavazuje odevzdat zařízení dle podmínek sjednaných v čl. V. této smlouvy nejpozději do **60 kalendářních dnů** od uzavření této smlouvy.

V. Místo plnění a dodací podmínky

1. Zařízení bude odevzdáno v sídle kupujícího na adrese: Kaštanová 268, Dolní Líštná, Třinec, PSČ 739 61.
2. Prodávající bude předem informovat kupujícího o přesném termínu předání zařízení, a to písemně tak, aby zpráva o odevzdání byla doručena kupujícímu nejméně 5 kalendářních dnů před odevzdáním zařízení.
3. Kontaktní osobou a odpovědným zaměstnancem kupujícího je pro účely této smlouvy určena p. Aurelie Galijaševičová, referentka provozně-technického úseku, tel.: +420 558 309 752, e-mail: aurelie.galijasevicova@nemtr.cz.
4. Kontaktní osobou prodávajícího je pro účely této smlouvy určen Martin Kazda, DiS., jednatel společnosti, tel. +420 602 452 596, e-mail: kazda@enusmedical.cz.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

5. Prodávající je povinen sdělit kupujícímu, které vybavení je nutné pro instalaci mít připravené v místě dodání zařízení a jaký způsob součinnosti od kupujícího očekává k úspěšné instalaci zařízení a instruktáži příslušných osob.
6. Kupující se zavazuje poskytnout včas veškeré potřebné vybavení nutné pro instalaci zařízení a potřebnou součinnost při instalaci a instruktáži dle pokynů prodávajícího. Nemožnost provést instalaci z důvodů nedostatečné připravenosti pracoviště kupujícího má za následek prodloužení doby plnění uvedené v čl. IV. této smlouvy na dobu nezbytnou k vyřešení všech nedostatků.
7. Dodávka se považuje podle této smlouvy za splněnou, pokud:
 - zařízení bylo řádně předáno včetně příslušné dokumentace,
 - zařízení bylo nainstalováno, uvedeno do plného provozu, provedena vstupní validace,
 - byla provedena instruktáž obsluhy, tj. techniků kupujícího a obsluhujícího personálu, dle § 19 zákona o zdravotnických prostředcích,
 - zařízení bylo řádně předáno a převzato způsobem sjednaným níže.
8. Vlastnické právo k zařízení přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem podpisu předávacího protokolu. S přechodem vlastnického práva přechází současně na kupujícího i nebezpečí škody na předmětu koupě. Kupující není povinen převzít zařízení či jeho část, která je poškozena nebo která jinak nesplňuje podmínky dle této smlouvy.
9. Po dodání zařízení vystaví prodávající předávací protokol, který bude obsahovat níže uvedené náležitosti:
 - a) označení dodacího listu/předávacího protokolu a jeho číslo,
 - b) název a sídlo prodávajícího a kupujícího,
 - c) číslo kupní smlouvy,
 - d) označení dodaného a nedodaného zařízení a jeho množství a výrobní číslo,
 - e) datum dodání, instalace a instruktáže personálu,
 - f) stav zařízení v okamžiku jeho předání a převzetí,
 - g) jiné náležitosti důležité pro předání a převzetí dodaného zařízení.
10. Předávací protokol podepíše a opatří otisky razítek oprávnění zástupci obou smluvních stran. Takto opatřený dodací list slouží jako doklad o řádném předání a převzetí zařízení.

VI. Záruční podmínky



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

1. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zařízení spočívající v tom, že zařízení, jakož i jeho veškeré části i jednotlivé komponenty, bude po záruční dobu způsobilé pro použití k ujednaným, případně jinak obvyklým účelům a zachová si ujednané, případně jinak obvyklé vlastnosti.
2. Záruční doba se sjednává v délce 24 měsíců ode dne převzetí zařízení kupujícím, tj. od podpisu předávacího protokolu.
3. Záruční servis bude prodávající provádět bezplatně. Po dobu záruční doby provede prodávající nebo na vlastní náklad zajistí provedení pravidelných technických prohlídek nařízených výrobcem dle zákona o zdravotnických prostředcích, nebo pravidelné revize/prohlídky/validace (pokud jsou pro správnou funkci zařízení výrobcem či servisní organizací nařízeny nebo doporučeny, včetně měněných náhradních dílů), vše včetně vystavení protokolu a případný update softwaru, to vše po dobu záruky bez povinnosti kupujícího platit prodávajícímu nad rámec sjednané kupní ceny, a to ve výrobcem předepsaném intervalu, nejméně 1x ročně. Prodávající prokazatelně písemně vyvolá jednání o termínu provedení prohlídky/validace/revize minimálně 1 měsíc před uplynutím termínu platnosti stávající prohlídky/validace/revize. Termín bude stanoven na základě vzájemné dohody ve lhůtě uvedené v tomto bodu výše. Vady musí kupující uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví.
4. V případě výskytu záruční vady je prodávající povinen zajistit realizaci záručního servisu následující pracovní den po nahlášení vady kupujícím, a to v místě instalace či umístění zařízení, zjistit příčinu této vady a v co nejkratším termínu ji bezplatně odstranit.
5. Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z vad.
6. Za záruční vady nebudou považovány ty vady, které byly způsobeny nesprávnou obsluhou nebo údržbou zařízení nebo úmyslným poškozením zařízení kupujícím nebo nepovolanou osobou, případně jakýmkoli jinými zásahy, jednáními nebo skutečnostmi nastalými na straně kupujícího. Odstranění takto zjištěných vad bude provedeno za úplatu.
7. Je-li vadné plnění podstatným porušením této smlouvy, má kupující právo na odstranění vady dodáním nového zařízení bez vady nebo dodáním chybějícího zařízení, na odstranění vady opravou zařízení, na přiměřenou slevu nebo na odstoupení od této smlouvy.
8. Práva kupujícího z vadného plnění tím nejsou dotčena a řídí se dle ust. § 2099 občanského zákoníku.

VII. Zvláštní ustanovení o DPH



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

1. Prodávající je povinen sdělit kupujícímu skutečnosti, které zakládají jeho povinnost ručení za neodvedenou daň z přidané hodnoty za zdanitelná plnění uskutečněná podle této smlouvy (viz § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění). Informace musí poskytnout písemně nejpozději do 10 dnů od vzniku uvedených skutečností.
2. V případě, že skutečnosti definované § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nastanou je kupující oprávněn zajistit předmětnou daň z přidané hodnoty podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Kupující je oprávněn uvedený postup uplatnit zejména v případech, že:
 - a. na prodávajícího zdanitelného plnění bude vyhlášeno insolvenční řízení,
 - b. prodávající nebude schopen na požádání kupujícího předložit prohlášení o bezdlužnosti vůči správci daně,
 - c. prodávající sdělí podle odst. 1 tohoto článku smlouvy skutečnosti rozhodné pro vznik povinnosti ručení ze strany kupujícího.
3. V případě, že prodávající poruší povinnost uloženou v odst. 1 a 2 tohoto článku smlouvy je kupující oprávněn vůči němu uplatnit náhradu za veškeré škody, které mu tím vzniknou.
4. Kupující je povinen ve lhůtě 15 dnů sdělit prodávajícímu, že v souladu s předchozími odstavci uplatnil zajištění daně. Tímto oznámením se má za to, že kupující splnil vůči prodávajícímu svůj závazek ve výši uplatněné daně z přidané hodnoty, plynoucí z jednotlivých daňových dokladů.

VIII. Odstoupení od smlouvy

1. Kterákoliv smluvní strana může od této smlouvy odstoupit, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení smluvních povinností považuje takové porušení, u kterého smluvní strana porušující smlouvu měla nebo mohla předpokládat, že při takovémto porušení smlouvy, s přihlédnutím ke všem okolnostem, by druhá smluvní strana neměla zájem smlouvu uzavřít; zejména:
 - prodlení s úhradou kupní ceny nebo její části delším 60 kalendářních dnů;
 - prodlení prodávajícího s dodáním předmětu plnění dle této smlouvy delším než 60 kalendářních dnů;
 - zařízení nebude možné kupujícím během záruční doby užívat po dobu delší 60 kalendářních dnů;



- jestliže prodávající ujistil kupujícího, že zařízení má určité vlastnosti, zejména vlastnosti kupujícím výslovně vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se následně ukáže nepravdivým;
 - nemožnost odstranění vady dodaného zařízení; nebo
 - v případě, že se kterékoliv prohlášení prodávajícího uvedené v této smlouvě ukáže jako nepravdivé.
3. Odstoupení od této kupní smlouvy musí mít písemnou formu, musí v něm být přesně popsán důvod odstoupení, podpis odstupující smluvní strany, jinak je odstoupení od této kupní smlouvy neplatné. Tato smlouva zaniká ke dni doručení oznámení odstupující smluvní strany o odstoupení druhé smluvní straně.
4. Odstoupení od této smlouvy se nedotýká práva na náhradu škody vzniklého z porušení smluvní povinnosti, práva na zaplacení smluvní pokuty a úroku z prodlení, ani ujednání o způsobu řešení sporů a volbě práva.

IX. Odpovědnost za škodu

1. Prodávající je povinen nahradit kupujícímu v plné výši újmu, která kupujícímu vznikla vadným plněním nebo jako důsledek porušení povinností a závazků prodávajícího dle této smlouvy.
2. Prodávající uhradí kupujícímu náklady vzniklé při uplatňování práv z odpovědnosti za vady.
3. Nebezpečí škody na předmětu plnění přechází na kupujícího předáním a převzetím předmětu plnění kupujícímu, tj. podpisem předávacího protokolu.

X. Sankce

1. Pro případ prodlení prodávajícího s termínem plnění uvedeným v článku IV. této smlouvy, se prodávající zavazuje uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z kupní ceny včetně DPH uvedené v čl. II této smlouvy, a to za každý i započatý kalendářní den prodlení.
2. Uplatněním práv z vad či uplatněním smluvních pokut není dotčeno právo na náhradu újmy v plné výši. Smluvní pokutu je kupující oprávněn započíst oproti pohledávce prodávajícího.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

3. Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem je rozhodná celková kupní cena včetně DPH.
4. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení výzvy k jejímu zaplacení. Dnem splatnosti se rozumí den připsání příslušné částky na účet kupujícího.

XI. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Je-li však některá smluvní strana subjektem povinným postupovat podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, nabývá smlouva uzavřená po 01. 07. 2017 účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv, nebyla-li dohodnuta účinnost pozdější. V tomto případě se zadavatel zavazuje, že smlouvu příslušné části veřejné zakázky uveřejní v registru smluv nejpozději následující pracovní den po podpisu smlouvy o plnění části veřejné zakázky.
2. Prodávající je dle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
3. Kupující je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji kupující použít.
4. Kupující je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
5. Práva a pohledávky smluvních stran vzniklé z této smlouvy nesmí být postoupeny bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových, či jiných elektronických zpráv.
6. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka prodávajícího, kterou v postavení účastníka podal do zadávacího řízení na zakázku. Podkladem pro uzavření této smlouvy je rovněž zadávací dokumentace k zakázce včetně všech jejích příloh.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

7. Jestliže ze zadávací dokumentace k zakázce nebo nabídky prodávajícího vyplývají prodávajícímu povinnosti vztahující se k realizaci předmětu této smlouvy, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti prodávajícího jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a prodávající je povinen je dodržet.
8. Tato smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní vztah řídí občanským zákoníkem.
9. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou.
10. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní vymahatelnost nebo platnost této smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové nevymahatelné nebo neplatné ustanovení nelze vyčlenit z této smlouvy, aniž by tím pozbyla platnosti. Smluvní strany se pro takový případ zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí na nahrazení takového neplatného nebo nevymahatelného ustanovení vymahatelným a platným ustanovením, jehož účel v nejvyšší možné míře odpovídá účelu původního ustanovení a cílům této smlouvy.
11. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
12. Kupující je oprávněn zveřejnit plné znění zadávací dokumentace veřejné zakázky a zveřejnit podmínky a obsah uzavřených smluvních vztahů. Prodávající plně souhlasí se zveřejněním všech náležitostí tohoto smluvního vztahu a případně též smluvních vztahů s touto smlouvou souvisejících.
13. Změna nebo doplnění smlouvy může být uskutečněna pouze písemným dodatkem k této smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami.
14. Smlouva bude vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou exemplářích.
15. Strany smlouvy potvrzují, že si smlouvu přečetly, že tato byla sepsána dle jejich vážné a svobodné vůle, jejímu obsahu rozumí a souhlasí s ním.
16. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

- Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění (příslušná příloha č. 3 – 14 zadávací dokumentace)
- Příloha č. 2 – Cenová kalkulace (příslušný list přílohy č. 17 zadávací dokumentace)

V *Trutnově* dne *20.02.2018*

KUPUJÍCÍ:

Ing. Pavel Rydrych, ředitel

V Praze dne 22.01.2018

PRODÁVAJÍCÍ:

... je zdravá investice
ZENUS MEDICAL s.r.o., IČO: 25551701, DIČ: CZ25551701
Překovská 2934/1, 193 00 Praha - Horní Počernice, ČR

Martin Kazda, DiS., jednatel

Technická specifikace



Video-gastroskop GIF- H190

Video-gastroskop umožňující využití úzkopásmového zobrazení, kde k osvětlení pozorované oblasti jsou využita úzká pásma vlnových délek centrovaná kolem 415 nm (modré světlo) a 540 nm (zelené světlo). Vybraná pásma vlnových délek koreluje s maximy křivky absorpce světla hemoglobinem, což je podstatou lepšího zobrazení struktur obsahující molekulu krevního barviva, v tomto případě vlásečnic a drobných cév. Tato zobrazovací metoda má význam pro přesnou a včasnou diagnostiku onkologických pacientů a detekci iniciálních stádií karcinomů v oblasti trávicí trubice.

Zobrazovací systém endoskopu představuje barevný CCD čip s rozlišením HDTV 1080/50i.

- **optický systém**
 - zorné pole – 140°
 - směr pohledu – přímý pohled
 - hloubka ostrosti – 2 -100 mm
- **zaváděcí tubus**
 - zevní průměr distálního konce – 9,2 mm
 - zevní průměr tubusu – 9,2 mm
 - pracovní délka – 1030 mm
 - celková délka – 1345 mm
- **pracovní kanál** – vnitřní průměr – 2,8 mm
- **ohybová část** – rozsah angulace distálního konce endoskopu
 - nahoru 210°
 - dolů 90°
 - doprava 100°
 - doleva 100°
- **přídavný oplachový kanál** – pro připojení peristaltické pumpy

Přístroj je plně kompatibilní se stávající endoskopickou technikou (zdroj světla CLV-190 Olympus Exera III, videoprocessor CV-190 Olympus Exera III) na pracovišti endoskopického centra zadavatele.



Technická specifikace




Videokolonoskop CF-H185L

Videokolonoskop umožňující využití úzkopásmového zobrazení, kde k osvětlení pozorované oblasti jsou využita úzká pásma vlnových délek centrovaná kolem 415 nm (modré světlo) a 540 nm (zelené světlo). Vybraná pásma vlnových délek koreluje s maximy křivky absorpce světla hemoglobinem, což je podstatou lepšího zobrazení struktur obsahující molekulu krevního barviva, v tomto případě vlásečnic a drobných cév. Tato zobrazovací metoda má význam pro přesnou a včasnou diagnostiku onkologických pacientů a detekci iniciálních stádií karcinomů v oblasti trávicí trubice.

Zobrazovací systém endoskopu představuje barevný CCD čip s rozlišením HDTV 1080/50i.

- **technologie tubusu**
 - Innoflex - nastavitelná rigidita tubusu ve třech stupních
- **připojení k endoskopické věži**
 - One-Touch konektor - umožňuje připojení endoskopu k videořetězci pouze prostřednictvím zdroje světla, konektor je vodotěsný bez nutnosti použití vodotěsného krytu
- **optický systém**
 - zorné pole 140°
 - směr pohledu - přímý pohled
 - hloubka ostrosti 2 - 100 mm (systém automatického zaostřování)
- **zaváděcí tubus**
 - zevní průměr distálního konce - 12,8 mm
 - zevní průměr tubusu - 12,8 mm
 - pracovní délka - 1680 mm
 - celková délka - 2005 mm
- **pracovní kanál** - vnitřní průměr - 3,7 mm
- **ohybová část** - rozsah angulace
 - nahoru 180°
 - dolů 180°
 - doprava 160°
 - doleva 160°
- **přídavný oplachový kanál** - ano


Přístroj je plně kompatibilní se stávající endoskopickou technikou (zdroj světla CLV-190 Olympus Exera III, videoprocesor CV-190 Olympus Exera III) na pracovišti endoskopického centra zadavatele.



Technická specifikace

LCD HD Medicínský zobrazovací monitor FS-P2601 D ForSeeson 24" – kalibrován pro endoskopické a chirurgické využití

- Desinfikovatelné provedení, antireflexní úprava, nastavitelná velikost obrazu, zmrazení obrazu, zoomování, PiP
- Vysoké rozlišení 1920 x 1200 pixelů
- Zobrazovací úhel 178°/178°
- Videosystém PAL/ HD
- Doba odezvy 6 ms
- Kontrast 1000:1
- Menu na obrazovce
- Standard Video vstup 1x DVI-D2 1x DVI-D1, +xVGA, 1x SD/HD/3G-SDI, 1x C-video, 2x S-video, 1x komponent RGBS, YPbPR, 5yBNC
- Standard video výstup 1x DVI-D, 1x SD/HD/3G-SDI (BNC)
- Zavěšení – 100 mm VESA/WVESA
- Rozměry: (š x v h) 580 x 386 x 95 mm
- Váha: 7,5 kg





Technická specifikace

Video-procesor CV-190 EXERA III

- **NBI** – úzkopásmové zobrazování je nejnovější technické řešení, které lze kombinovat spolu se zvětšením obrazu při endoskopii, osvětluje objekt přes filtry úzkými výřezy červené, zelené a modré (R/G/B) části spektra. Tak je získán obraz s dobře odlišenými úrovněmi sliznice a zvýšeným kontrastem sliznice vůči níže ležící cévní síti. Tímto je možno výrazně lépe odhalit v jícnu, žaludku a tlustém střevě zánětlivé choroby sliznice, novotvarové léze apod.
- **Dual Focus** – unikátní elektronické nastavení zaostřovací vzdálenosti ve dvou módech
 - Normal – hloubka pole 5-100 mm
 - Near – hloubka pole 2-6 mm
- **zobrazovací systém** - CCD čip s rozlišením SDTV i HDTV 1080i (HighDefinitionTV)
- **Automatic Gain Control (AGC)** - automatické řízení jasu čipu – zvýšení citlivosti čipu pro snímání obrazu
- **obrazový výstup** – 16:9 nebo 16:10 pro HDTV monitor
- **nastavení velikosti zobrazení** - velikosti (Medium, Semi-full, Full screen) + Elektronický Zoom 1,2 a 1,5x
- **nastavení zvýraznění obrazu** - 3 skupiny (enhancement modes) A,B,Edge v možnosti 8 kroků (celkem 24 variant)
- **kontrast** - 3 možnosti (N, H, L) Normal, High, Low
- **nastavení barevného odstínu** - R, B, Chroma +/- 8 kroků
- **vstup/ výstup** - Analog HDTV výstup - RGB (PAL) nebo YPbPr (PAL)
Analog SDTV výstup – VBS kompozit (/PAL)
Y/C(/PAL) a RGB (PAL)
Digitální výstup – HD-SDI (SMTPE292M) SD-SDI(SMPTE259M)
DV (IEEE1394) a DVI (WUXGA, 1080p nebo SXGA)
- **automatické nastavení bílé** - nebo ručně přes čelní panel
- **Iris Mode – potlačení odlesků v obraze** - celoplošné/místní/kombinované
- **zmrazení obrazu** – z klávesnic, endoskopu nebo z programovatelného tlačítka panelu
- **Pre-Freez** – zajišťuje výběr nejostřejšího obrazu pro archivaci za použití interního bufferu
- **předvolba nastavení patientských dat** - až 50 pacientů s údaji: číslo pacienta, datum narození, věk, pohlaví, datum záznamu, čas, číslo obrázku, video-nastavení, nastavení zobrazení, fyzická indikace, komentář apod.
- **možnost ovládání nastavení z – endoskopu**- 4 programovatelná tlačítka, předního panelu CV 190 - 2 programovatelná tlačítka, z klávesnice – 4 programovatelná tlačítka a 2 pedály vždy s volbou funkcí: uživatel, zdroj obrazu, nastavení tónů barev, zmrazení, zvýraznění obrazu, zoom, speciální nastavení světla, šipka monitoru, stopky, charakteristika obrazu, expozice obrazu, PiP, PoP, formát obrazu apod.
- **PIP index** – zobrazení až 4 vybraných snímků v indexu na monitoru
- **uživatelská nastavení** – pro 20 různých uživatelů
- **Identifikace používaného endoskopu** - typ endoskopu, výrobní číslo, volitelný údaj, počet užití, přístup nástroje, technické parametry endoskopu (úhel pohledu, šířka pracovního kanálu, průměr pracovního tubusu a distálního konce)
- **Archivace obrázků – Flash Disc** – MAJ-1925 Olympus (2GB) nebo jiný do 32GB (FAT32 kompatibilní)

Technická specifikace

kompresní formát nahrávání TIFF - bez komprese, JPEG (komprese cca. 1/5, 1/10)
kompresní formát nahrávání snímků TIFF - bez komprese cca. 227 obrázků, JPEG
(komprese cca. 1/5-1024 obrázků, 1/10-2048 obrázků)

- **DICOM rozhraní** - nebo Olympus dokumentační systém ENDOBASE
- **Paměťový backup systému** - automaticky ukládá všechna uživatelské nastavení systému - white balance, Iris mode, enhancement, image size, color tone.....
- **Rozměry** - (š x v x d) 370 x 85 x 455 mm
- **Váha** - 10,7 kg

Přístroj je plně kompatibilní se všemi stávajícími flexibilními endoskopy Olympus (gastroskopy GIF série Q, kolonoskopy série CF-Q) na pracovišti endoskopického centra zadavatele.



EVIS EXERA III

Technická specifikace



Xenonový zdroj studeného světla CLV-190

- použití pro video-endoskopy s CCD barevným video-čipem, fibro-endoskopy a chirurgické aplikace.
- možnost napojení endoskopu do video-řetězce pouze přes zdroj světla (tzv. „One-Touch Connection“)
- automatické uložení předchozího nastavení,
- možnost využít funkce NBI, PDD (Narrow Band Imaging, Photo Dynamic Diagnosis)
- **automatické nastavení intenzity osvětlení** - 17 kroků (stupňů nastavení)
- **hlavní vyšetřovací lampy** - 300W xenonová lampy
- **průměrná životnost lampy** - 500 provozních hodin
- **záložní lampy** - 12V/35W halogen
- **spuštění prosvětlování** - 7 sec.
- **vzduchová pumpa nastavení** - 4 kroky (stupně nastavení)
- **rozměry** - (š x v x d) 370 x 150 x 476 mm
- **váha** - 19 kg
- **kompatibilita** - video-procesor Olympus Exera III., CV-190

Přístroj je plně kompatibilní se všemi stávajícími flexibilními endoskopy Olympus (gastroskopy GIF série Q, kolonoskopy série CF-Q) na pracovišti endoskopického centra zadavatele.



EVIS EXERA III



Technická specifikace

Odsávací pumpa KV - 6

Odsávací vakuové čerpadlo

Vakuometr

Mikrobiální filtr

odsávací láhev 2,5litru

Nominální vakuum

95 kPa

Výkon

50 L / min

Rozměry

(š x d x h) 305x 210 x 375 mm

Váha

9,3 Kg

Jednorázové a vícenásobně použitelné nádoby.



Technická specifikace

OFP-2 oplachovací vodní peristaltická pumpa

Je zařízení pro oplach sliznice horní a dolní části GIT, použitelná také pro plnění orgánů při použití ultrazvukové sondy.

Možnost připojení k zvláštnímu oplachovacímu kanálu endoskopů Olympus řady 160, 180, 185, 190 a k pracovnímu kanálu všech ostatních endoskopů pomocí adaptéru MAJ 1616 a připojovací hadičky.

- *ovládání přímo z endoskopu nebo přídavným nožním pedálovým ovladačem*
- *kontinuální nastavení výkonu přes dotyková tlačítka*
- *automatické vypnutí v případě prázdné nádoby*
- *okamžité vypnutí do Stand-by režimu*
- *autoklávatelné příslušenství (nádobka, připojení atd.)*
- *průtok* max. 750 ml/min přes pracovní kanál
- *průtok* max. 230 ml/min přes přídavný oplachovací kanál
- *nádoba na vodu* obsah 2 L, autoklávatelná, kompatibilní s mycími a dezinfekčními automaty ETD a BHT
- *rozměry* (š x d x h) 200 x 173 x 385 mm
- *váha* 4 kg s prázdnou nádobou

Součástí dodávky je: adaptér pro pracovní kanál a hadice pro pracovní kanál



Technická specifikace

Elektrochirurgická jednotka ESG-100

monopolární/bipolární elektrochirurgická jednotka pro endoskopickou chirurgii, použitelná pro endoskopy vhodné pro chirurgii.

vysokofrekvenční výstup typy módů

- výstupní metody - Monopolární módy
- 5 pro řezání Cut 1,2,3/Pulsní řez/PulseCut/slow/fast
- 3 pro koagulaci (Soft, Forced 1 a Forced 2)

vysokofrekvenční výstup typy módů

- výstupní metody - Bipolární módy
- 3 pro řezání – Cut 1,2,3
- 3 pro koagulaci Soft Coag, RF Coag, RF Coag+RCAP
(RCAP=Resistance Controlled Automatic Power)

základní frekvence

- 330 - 380 kHz

maximální výstup

- 120 W

ovládání výstupu

- nožním spínačem

dobu pracovního režimu

- 10 vteřin ON, 30 vteřin OFF pro všechny módy
- 10 vteřin ON, 5 vteřin OFF pro RF Coag / RF Coag + RCAP

váha

- 6,5 kg

rozměry

- 295 x 375 x 115 mm

- příslušenství a nedílná součást
P-kabel, Pacietská destička



Technická specifikace

Univerzální medicínské FullHD nahrávací zařízení s bezpečnostním vypnutím UR-4 MD

- Medicínské nahrávací zařízení kompaktních rozměrů s vestavěným informativním LCD minimálně 3,5"
- Nahrávání foto, video až 1080p, 3D videa a zvukového doprovodu
- S možností připojení dalších video zdrojů – S-video, Video, DVI, HD-SDI
- Automatický výběr video zdroje
- Zadávání patientských dat pomocí klávesnice
- Současné nahrávání na 2x externí USB flashdisk / pevný disk a zároveň interní pevný disk
- Možnost nahrávání pouze na interní HDD s možností pozdějšího přepokopování na externí USB paměť
- Vestavěný pevný disk minimálně 500GB
- Nahrávání na zvolený síťový disk na pozadí
- LAN RJ-45 1000Mbit
- Bezpečnostní vypnutí pro případ výpadku napájení bez ztráty aktuálně nahrávaných dat
- Ovládání z tlačítek endoskopu
- Možnost propojení obrazového záznamu do dokumentu pacienta v PC
- Možnost kontroly nahraného foto/video na vestavěném LCD
- MDE certifikace
- Včetně nožního pedálu




Technická specifikace

UCR insuflační jednotka CO2


Je zařízení pro insuflaci pacienta plynem CO2 při endoskopických výkonech v zažívacím traktu.

Příkon Napětí (AC)	100 – 240 V
Kolísání napětí	v rozsahu $\pm 10\%$
Kmitočet	50/60 Hz
Kolísání kmitočtu	v rozsahu ± 1 Hz
Vstup	40 VA
Jmenovitá hodnota pojistky	2 A, 250 V
Rozměr pojistky	$\varnothing 5 \times 20$ mm
Rozměry	(š x v x h) 130 x 156 x 334 mm
Hmotnost	4,9 kg
Vhodný plyn	CO2 plyn určený pro zdravotnické použití – láhev nebo vnitřní rozvod medicínálního plynu
Indikace zdrojového tlaku	Pět kroků prostřednictvím LED kontrolních diod
Tlak přiváděného plynu	Maximální tlak pro přívod 45 kPa
Časovač	Nastavení časovače, po uplynutí nastaveného času se ukončí přívod plynu – Long - 30 min, Short - 15 min, OFF – funkce vypnuta
Hadice pro láhev s plynem	(DIN, MAJ-1081)
Délka hadice	1000 mm
Kompatibilní konektor pro láhev	MAJ-1081 DIN (DIN 477 připojení č. 6, W21. 8-14)
Životnost	5 let



Technická specifikace

Technická specifikace mycího a dezinfekčního automatu BHT INNOVA® E3 DH/DC



Ilustrační fotografie

Mycí a dezinfekční automat pro mytí, čištění, dezinfekci a sušení flexibilních endoskopů a následný reprocessing jejich použití, pro způsob chemické dezinfekce.

Přední plnění vyklápěcími dvířky zavěšenými na pantech ve spodní části, celý přístroj je vyroben kompletně z nerezové oceli AISI 304.

Instalace je možná jak pod pultem nebo volitelně jako volně stojící model s krycí deskou.

Mikroprocesorové řízení prostřednictvím ovládací klávesnice a digitálního LCD displeje se 2 řádky jasně zobrazeného textu.

Charakteristika a technické údaje:

- Počet endoskopů 2 (až 4 jednokanálové endoskopy – bronchoskopy, cystoskopy)
- Dezinfekce na bázi GA (Glutaraldehyd proces) pro čištění a dezinfekce endoskopů, možnost přestavby na dezinfekci na bázi PAA (peroctová kyselina)
- Termochemická dezinfekce dvoustupňová dezinfekce, termochemická dezinfekce při teplotě <55 °C, s chemickými látkami, na bázi GA (glutaraldehyd)
- Určen pro všechny typy flexibilních endoskopů OLYMPUS a je vhodná i pro flexibilní endoskopy dalších výrobců (Fujinon, Pentax, Storz), včetně dlouhých modelů a typů endoskopů
- Uzavřený pracovní cyklus zahrnující automatické mytí v detergentu, dezinfekci, a závěrečný oplach v čištěné vodě (aqua purificata)
- Automatická kontrola průchodnosti všech kanálků endoskopu
- Autodezinfekční cyklus
- Digitální LCD displej se 2 řádky jasně zobrazeného textu (zobrazuje délku chodu, typ programu, fázi programu, teplotu, procesové informace a chybová hlášení, identifikační informace endoskopů a osob)
- Automatické dávkování pracovních roztoků
- 3 standardní endoskopické programy a až 11 volně programovatelných programů.
- 2 plně automatická dávkovací čerpadla pro chemické roztoky, včetně 2 dávkovacích ovládacích prvků pro objemové sledování dávkování činidel a 2 úrovně regulace (buď pro 5/10 l nebo 30 l nádoby).

Technická specifikace

- Vysoký tlak vzduchu pro plnohodnotné horkovzdušné sušení ($150\text{m}^3 / \text{h}$ při 0,8 kW ventilátoru) přímo přes mycí jet systém.
- Automatická kontrola těsnosti endoskopů po celou dobu procesu
- Automatická identifikace endoskopů až na 250 ID čísel
- Automatická identifikace uživatelů (100 různých uživatelů)
- Zkouška těsnosti se zkušebním postupem integrovaným tlaku
- Integrovaná tiskárna pro dokumentaci.
- Včetně rozhraní RS-232 pro připojení k externí tiskárně, PC nebo jiné jednotce pro zpracování dat.
- Datové rozhraní pro Ethernet, konektor pro externí klávesnici
- S vnitřní přípravou oplachové vody (UV jednotka) pro zajištění dekontaminace vstupní vody ve spolupráci s iontoměničem, kompatibilní s externími mikrobiologickými úpravami a vodními filtračními systémy. Včetně ohřívacího výměníku pro tepelnou dezinfekci DI-voda pro finální oplach, s rekuperací tepla.
- Přístroj je v souladu s požadavky normy EN-ISO 15883-4.
- Díky možnosti "multi-funkční zařízení" je v souladu také s EN-ISO 15883-1 / 2. Přístroj umožňuje tzv. Real Data Validation – záznam reálných dat průběhu mycího a dezinfekčního cyklu
- Mycí a dezinfekční automaty plně vyhovují české i evropské legislativě (vyhláška 306/2012, norma ISO-15883-1)

Technická specifikace

Rozměry: volně stojící systém š/v/h 800 x 880 x 680 mm, volitelně se základnou z nerezové oceli (úložnou skříň) s rozměry š/v/h 800 x 670 x 560 mm

Mycí a dezinfekční komora š/v/h 540 x 535 x 510 mm

Objem komory 147 L

Minimální stavební připravenost: běžná vodovodní přípojka, běžný odpad

Materiál: Vnější plášť a mycí komora je kompletně vyrobena s nerezové oceli 304

Váha: max. 140 kg (dle typu volně stojící model/zástavbový model-pod pracovní desku)

Elektrické připojení: 3N/AC 400 V, 50/60 Hz, 20 A

Připojení: studená, DI voda 3/4" 2 – 5 bar

Odpadní voda 1 1/2" 30 l/min

Vypouštěcí hadice DN 20

Mycí výkon: čerstvý vodní systém, výkon čerpadla 420 l / min, zahřívání nádrže 7 kW

Sušení: Vysoký tlak $150\text{m}^3 / \text{h}$, možnost turbíny: topení 3,4 kW

Odpadní vzduch DN 70, teplota sušení 45°C (volitelně až 110°C)

Varianta: odtah vzduchu kondenzátorem

DI ohříváč vody: tepelná dezinfekce, objem 20 L, topení 9 kW s rekuperací tepla

Zkouška těsnosti: zkušební automatická zkouška těsnosti (nezávisle): s analogovým tlakovým spínačem, a automatická a permanentní zkouška těsnosti endoskopů v průběhu celého cyklu

Dávkování: 2 dávkovací systémy s kontrolou dávkování a dynamickým dávkováním. Mikroprocesor 3 programy pro flexibilní endoskopy, 1 program pro minimálně invazivní chirurgii, 2 programy ovládání: pro tepelnou dezinfekci (volitelné příslušenství), 11 volných programových míst, RS232 rozhraní pro komunikaci s PC, možnost připojení čtečky čárových kódů, rozhraní tiskárny, přímé napojení na INNOVA® HMS pro integrovaný nebo externí provoz INNOVA® CMS. Omezení multi-funkcionalit je možné prostřednictvím CMS.



Technická specifikace

OLYMPUS

Skříň na sušení a skladování flexibilních endoskopů



- určena na sušení a skladování flexibilních endoskopů po desinfekci v automatickém dezinfektoru, bez nutnosti následné re dezinfekce
- Zařízení zajišťuje rychlé a efektivní plně automatické sušení a uložení až osmi flexibilních endoskopů ve vertikální pozici, možnost rozšíření o modul na dalších 4 nebo 8 endoskopů
- vnitřní sušení endoskopu vháněním stlačeného medicínálního vzduchu připojením na interní kanály při tlaku max. 0,5 bar.
možnost rozšíření o kompresorový modul na medicínální vzduch
- nastavitelná doba sušení
- možnost následného skladování po dobu minimálně 160 hodin
- vnější sušení endoskopů vzduchem pokojové teploty bez použití přídavného topného systému, přiváděného vestavěným ventilátorem přes HEPA filtr.
- ovládací panel s dotykovým displejem, identifikace vloženého endoskopu, zbývající dobu sušení a skladování pro každý endoskop, zobrazení chybových hlášení se zvukovým upozorněním např. na otevřené dveře skříně, vyjmutí endoskopu před usušením apod.
- ovládací panel vybaven vlastní IP adresou a přes UTP/IP rozhraní umožňovat připojení k tiskárně pro tisk protokolu
- otevření skříně pouze oprávněnému pracovníkovi přes identifikační kartu RF ID
- Řízený tok vzduchu o kvalitě pro zdravotnické potřeby
- Mikroelektronická řídicí jednotka zajišťuje plně automatické řízení a monitorování procesu.
- Zařízení má ve výbavě elektromagnetický zámek dvírek, který zajišťuje, že dvířka komory nemůže otevřít osoba k tomu neoprávněná.
- Použití stlačeného vzduchu o kvalitě pro zdravotnické účely pro vnitřní kanálky umožňuje rychlé sušení.
- Barevný dotykový displej udává stav každého endoskopu:

○	Sušení	(modrá)
○	Uložení	(zelená)
○	Chyby	(červená)
○	Preferovaná poloha	(bílá)
- Barevné LED-diody udávají stav každého endoskopu a mají stejné barevné schéma jako displej
- Transparentní skleněná dvířka zaručují plnou viditelnost.
- Držáky pro více endoskopů s novým ergonomickým tvarem k zajištění snadného a rychlého uložení.
- Adaptéry pro každý endoskop jsou přímo připojeny k držákům endoskopů za účelem sušení vnitřních kanálků endoskopů.
- Zařízení je navrženo s oblými rohy a plochými povrchy pro optimální čištění.
- Zařízení je konstruováno, aby splňovalo normu EN 16442

Technická specifikace

Technické parametry:

- externí zdroj stlačeného vzduchu
- průtok vzduchu max. 100 l/min.
- rosný bod - 43°
- filtr HEPA 0,3 µ/99,97 DOP
- napájecí napětí 230 V
- max. spotřeba 128 W
- výška max. 2130 mm
- šířka max. 1280 mm
- hloubka max. 470 mm
- objem komory max. 0,65 m³
- hmotnost max. 200 kg



Technická specifikace

Přenosný intubační endoskop MAF-TM

Jedná se o mobilní, přenosný endoskop pro užití v pneumologii, ORL, intensivní a urgentní péči např. při odsávání, intubacích, emergentních případech, zajišťování plicní ventilace a hygieny horních dýchacích cest apod.

Tento přístroj MAF (*Mobile Air Fiberscope*) s integrovaným LED osvětlením jedinečně spojuje velmi malý zevní průměr endoskopu s maximální šíří pracovního kanálu a hybridním zpracováním obrazu, jehož výsledkem je obraz na otočném a výklopném, 2,5" TFT displeji. Velkou výhodou je také možnost ukládání sledovaného výkonu ve formě statického obrazu nebo videa na paměťovou kartu.

- **optická část**
 - průměr zaváděcího tubusu – 5,2 mm
 - průměr distálního konce – 5,1 mm
 - délka zaváděcího tubusu – 600 mm
 - směr pohledu - přímý
 - snímací úhel - 90°
 - hloubka ostrosti 3 – 50 mm
 - pracovní kanál – 2,6 mm
 - ohyby distálního konce – nahoru/dolů 180°/130°
- **osvětlení**
 - integrované osvětlení s LED
- **zobrazovací displej**
 - baterie Lithium-ion LI-50B - 2ks součástí balení
 - operační čas s plně nabitou baterií cca 60 minut
 - nabíječka pro Lithium-ion LI-50B součástí balení
 - technologie TFT
 - statický obraz – 30obrázků/sec.
 - dynamický obraz – 15obrázků /sec.
 - regulace světelnosti displeje
 - zvětšování a zmenšování obrazu
 - velikost 102 x 69 x 37 mm
 - rotace displeje vpravo /vlevo 90°, úhel sklonu 0°- 120°
 - možno dezinfikovat bez nutnosti demontáže
- **Ukládání statického a dynamického obrazu (foto a video) :**
 - na vnitřní xD paměťovou kartu 1GB
 - formát statického obrazu
 - SQ1 - 1600 x 1200 (cca 2000 obrázků)
 - SQ2 - 640 x 480 (cca 5800 obrázků)
 - formát dynamického obrazu
 - SHQ - 640 x 480 (cca 15 minut záznamu)
 - HQ - 320 x 240 (cca 45 minut záznamu)
 - SQ - 160 x 120 (cca 120 minut záznamu)

Lze dezinfikovat a mýt v mycích a dezinfekčních automatech.

Technická specifikace



Enus medical® ⑤
...váše zdravé investice

ENUS MEDICAL S.R.O., IČO: 25551701, DIČ: CZ25551701
Překovská 2934/1, 192 00 Praha - Horní Počernice, ČR

Komu: Nemocnice Třinec, p. o.
Vážený pan,
Ing. Tomáš Štejskal
Ředitel nemocnice
Kaštanová 268
739 61 Třinec - Dolní Lištná
Česká republika

Název: Cenová nabídka na dodávku v rámci nadlimitní veřejné zakázky zadávané dle §56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na dodávky s názvem veřejné zakázky "Modernizace vybavení pro obory návazné péče v Nemocnici Třinec, p. o. - II"

Nabídka číslo: 152-11-17 CEO

Datum: 10. 11. 2017

katalogové číslo	název / popis produktu	kusů / MJ	DPH%	cena / kus bez DPH	CELKEM BEZ DPH
Gastroskop 1 ks					
N3803040	Videogastroskop GIF-H190 EVIS EXERA III, průměr zaváděcího tubusu 9,2 mm, průměr distálního konce endoskopu 9,2 mm, průměr pracovního kanálu 2,8 mm, pracovní délka 1030 mm, celková délka 1350 mm, angulace distálního konce: (nahoru / dolů) 180°/90°, (vpravo / vlevo) 100°/100°, úhel pohledu endoskopu: 140°, hloubka ostrosti pole: 2-100, podpora NBI, CF, OT, WJ, HDTV	1	21	997 500,00 Kč	997 500,00 Kč
Mezisoučet celkem bez DPH:					997 500,00 Kč
Kolonoskop 1 ks					
N4456530	Videokolonoskop CF-H185L EVIS EXERA III, průměr zaváděcího tubusu 12,8 mm, průměr distálního konce endoskopu 12,8 mm, průměr pracovního kanálu 3,7 mm, pracovní délka 1680 mm, celková délka 2000 mm, angulace distálního konce: (nahoru / dolů) 180°/180°, (vpravo / vlevo) 160°/160°, úhel pohledu endoskopu: 140°, hloubka ostrosti pole: 2-100, podpora CF, OT, VS, HDTV	1	21	996 500,00 Kč	996 500,00 Kč
Mezisoučet celkem bez DPH:					996 500,00 Kč
Endoskopická věž 1 ks					
LED HD LCD monitor 24"					
E61EFL2402D	Monitor LCD Foreseeson, uhlopříčka 24"	1	21	105 950,00 Kč	105 950,00 Kč
FullHD kamerová jednotka s klávesnicí					
N3643260	Videoprocessor CV-190 EVIS EXERA III	1	21	476 775,00 Kč	476 775,00 Kč
N2485700	Kabel MAJ-1430 pro napojení stávajících endoskopů k Exera III	1	21	62 956,00 Kč	62 956,00 Kč
Zdroj světla					
N3643350	Xenonový zdroj světla CLV-190 EVIS EXERA III	1	21	317 850,00 Kč	317 850,00 Kč
Odsávací pumpa					
K10026146	Odsávací pumpa KV-6	1	21	86 077,00 Kč	86 077,00 Kč
K10021897	Jednorázové sáčky 2.5L (40 ks/bal.), příslušenství pro	1	21	7 922,00 Kč	7 922,00 Kč
K10021896	Láhev 2.5L, příslušenství pro KV-6	1	21	4 825,00 Kč	4 825,00 Kč
K10026130	Hadice (včetně 2 ks koncovek, 60 cm), příslušenství pro KV-6	1	21	531,00 Kč	531,00 Kč
K10002819	Klipy MAJ-191, příslušenství pro KV-6	2	21	1 475,00 Kč	2 950,00 Kč
K7503432	Sterilní patientská hadice (2 m, 50 ks/bal), příslušenství pro KV-6	1	21	18 907,00 Kč	18 907,00 Kč
Oplachová pumpa					
K10001143	Oplachová pumpa OFP-2	1	21	64 630,00 Kč	64 630,00 Kč
K10016091	Adaptér pro napojení oplachu přes pracovní kanál MAJ-1606, 10 ks/bal.	1	21	3 392,00 Kč	3 392,00 Kč
K10016136	Hadice (jednorázová) pro napojení oplachu MAJ-1607, 10 ks/bal.	1	21	4 617,00 Kč	4 617,00 Kč
028608	Hadice pro napojení oplachu (resterilizovatelná) MAJ-855	1	21	2 081,00 Kč	2 081,00 Kč
HF elektrokoagulační jednotka					
WB991036	Elektrokoagulační jednotka ESG-100	1	21	221 130,00 Kč	221 130,00 Kč
E0427213	Kabel k ESG 100 pro připojení pacient. destičky MAJ-814	1	21	11 326,00 Kč	11 326,00 Kč
027215	Kabel k ESG 100 pro připojení HF instrumentů MH-969	1	21	2 699,00 Kč	2 699,00 Kč
E0427170	Pacientská destička 8180F 3M (5 ks/bal.)	1	21	472,00 Kč	472,00 Kč
Záznamové a archivační zařízení					
E61RNET001	Univerzální medicínální FullHD foto/video rekordér UR-4 MD, včetně nožního ovládacího pedálu	1	21	153 494,00 Kč	153 494,00 Kč
Insufátor CO2					
N3493240	Insufátor CO2 - UCR, pro flexibilní endoskopii	1	21	118 664,00 Kč	118 664,00 Kč
N1000300	Vysokotlaká hadice pro napojení CO2 (MAJ-1081)	1	21	14 692,00 Kč	14 692,00 Kč
N3493330	Hadice pro napojení CO2 (MAJ-1816)	1	21	10 185,00 Kč	10 185,00 Kč
K10003499	Držák MAJ-1614 na CO2 tlakovou láhev (140 mm)	1	21	5 316,00 Kč	5 316,00 Kč
Přístrojový vozík pro endoskopickou techniku					
E61EG001	Přístrojový endoskopický vozík	1	21	21 450,00 Kč	21 450,00 Kč
Mezisoučet celkem bez DPH:					1 718 891,00 Kč

Mycí a dezinfekční automat pro 2 flexibilní endoskopy 2 ks					
50600.22	Mycí a dezinfekční automat Innova E3, pro mytí, čištění, dezinfekci a sušení 2 flexibilních endoskopů a následný re-procesing jejich použití, pro způsob chemické dezinfekce, v souladu s normou EN 15883-1 a EN ISO 15883-4 ed. 2. Model "DH" pro Disinfection Hot (= dezinfekce na bázi GAA) s možností přestavby na model "DC" pro Disinfection Cold (=dezinfekce na bázi PAA)	2	21	738 072,00 Kč	1 476 144,00 Kč
Charakteristika					
Mycí a dezinfekční automat pro 2 flexibilní endoskopy, termochemická dezinfekce na bázi GA (Glutaraldehyd) nebo PAA (PerAcetic Acid) pro čištění a dezinfekci flexibilních endoskopů. Určen pro všechny typy flexibilních endoskopů OLYMPUS. Přístroj je plně kompatibilní s flexibilními endoskopy dalších výrobců (Fujinon, Pentax, Storz). Přední plnění vyklápěcími plně prosklenými dvířky zavěšenými na pantech ve spodní části, celý přístroj je vyroben kompletně z nerezové oceli AISI 304. Instalace je možná jak pod pultem nebo volitelně jako volně stojící model s krycí deskou. Řízení mikroprocesorem s ovládacím a zobrazovacím LCD fulltextovým displejem a virtuální klávesnicí. 3 standardní-endoskopické programy, 1 program pro příslušenství, 2 programy pro termální dezinfekci a 6 volně programovatelných programů. Termochemická dezinfekce při teplotě <60 °C, s chemickými látkami, na bázi GA (glutaraldehyd). 2 plně automatická dávkovací čerpadla pro tekuté chemikálie, včetně 2 dávkování. Ovládací prvky pro monitorování objemu dávkování činidel a 2 úroňová kontrola (buď pro 5/10 l nebo 30 l rezervuáry). Vysoký tlak vzduchu pro sušení (150m³ / h při 0,8 kW výkonu ventilátoru) přímo prostřednictvím mycího jet systému. Zkouška těsnosti s testovacím postupem integrovaným tlaku. Včetně ohřívacího výměníku pro tepelnou dezinfekci DI-voda pro finální oplách, s rekuperací tepla. Integrovaná tiskárna pro dokumentaci. Včetně RS-232 pro připojení k externí tiskárně, počítači nebo jiné jednotce ke zpracování dat (například systém CMS, Endobase apod.). Mechanické kódování zásobníků na dezinfekci. Rozměry: vnější - volně stojící systém š/v/h 800 x 880 x 680 mm, rozměry: mycí a dezinfekční komory š/v/h 540 x 535 x 510 mm, objem mycí a dezinfekční komory 147 L. Minimální stavební připravenost: běžná vodovodní přípojka, běžný odpad, materiál: vnější plášť a mycí komora je kompletně vyrobena z nerezové oceli 304. Celková váha: 150 kg. Elektrické připojení: 1N/AC 230 V, 50/60 Hz, 16 A. Připojení: studená, DI voda 3/4" 2 – 5 bar, odpadní voda 1 1/2" 20 l/min. Vypouštěcí hadice DN 20. Přístroj je v souladu s požadavky ČSN EN ISO 15883-4-. Díky svým technickým možnostem "multi-funkčního zařízení" a využití je v souladu také s EN-ISO 15883-1 / 2.					
000002.01	Uživatelský manuál CZ, v papírové nebo digitální podobě nebo ve verzi na USB kartě. Automatický upgrade.	2	21	618,00 Kč	1 236,00 Kč
19229.06	Nerezová krycí deska, pro volně stojící modely, rozměry: 800 x 680 x 30 mm (š x h x v)	2	21	10 025,00 Kč	20 050,00 Kč
Skladovací skříň pro bezpečné uložení dezinfekčních nádob a příslušenství					
50902.19#001	Základna z nerezové oceli, pro mycí a dezinfekční automaty řady INNOVA E3/M3 – nový model, dvě křídlová dvířka, pro uložení chemie a detegentů, příslušenství, vnější rozměry: (šxhxv 800 x 670 x 560 mm)	2	21	61 769,00 Kč	123 538,00 Kč
Odtah plynů a exhalantů					
19212.20	Integrované exhaust připojení odtahu plynů a exhalantů s výstupem na zadní straně, hloubka 700 mm, s kondenzátorem pro snížení teploty odváděného vzduchu na teplotu <40° C a vlhkost do 50%. Vyžadováno v případě, že přístroj není připojen k odvětrávacímu potrubí v místě instalace.	2	21	19 001,00 Kč	38 002,00 Kč
16197.01#001	Klapka odpadního vzduchu DN70	2	21	8 122,00 Kč	16 244,00 Kč
Výstupy a identifikace:					
51009.16	Integrovaná čtečka čárových kódů, pro automatickou identifikaci endoskopů a uživatelů	2	21	29 397,00 Kč	58 794,00 Kč
51009.90	Čárové identifikační štítky pro uživatele / endoskopy	20	21	347,00 Kč	6 940,00 Kč
51009.91	Čárové identifikační štítky pro flexibilní endoskopy	20	21	188,00 Kč	3 760,00 Kč
Příslušenství					
20000.44	Rack (nerezový koš) pro 2 flexibilní endoskopy pro adaptaci v tlakové komoře, spodní a horní pozice, včetně 1x 92100.40 nerezového košíku pro pro uložení drobných součástí endoskopů, rozměry: 220 x 140 x 50 mm, včetně 1x silikonové podložky	2	21	115 130,00 Kč	230 260,00 Kč
Kontrola těsnosti endoskopů					
50105.02	Adaptéry pro zkoušku těsnosti endoskopů OLYMPUS	4	21	3 219,00 Kč	12 876,00 Kč
20000.07	Hose adaptérový set pro připojení endoskopu OLYMPUS	4	21	6 565,00 Kč	26 260,00 Kč
Mezisoučet celkem bez DPH:				2 014 104,00 Kč	
Sušicí a skladovací skříň pro 8 endoskopů					
E0425640	Sušicí a skladovací skříň pro 8 endoskopů EDC Plus model D, základní jednotka pro 8 endoskopů	1	21	585 000,00 Kč	585 000,00 Kč
E0425652	Adaptéry pro připojení gastrooskopů a kolonoskopů (set 2)	8	21	8 775,00 Kč	70 200,00 Kč
Mezisoučet celkem bez DPH:				655 200,00 Kč	
Intubační fibroskop s LCD monitorem 1 ks					
E0425235	Přenosný intubační bronchoskop MAF-TM, průměr zaváděcího tubusu 5,2 mm, průměr distálního konce endoskopu 5,1 mm, průměr pracovního kanálu 2,6 mm, pracovní délka 600 mm, angulace distálního konce: (nahoru / dolů) 180°/130°, úhel pohledu endoskopu: 90°, hloubka ostrosti pole: 3-50, integrovaný voděodolný LCD monitor 2,5" jako nedílná součást bronchoskopu (možno dezinfikovat bez nutnosti demontáže), možnost nahrávání foto i video v několika stupních kvality na xD kartu, integrovaný LED zdroj světla	1	21	367 868,00 Kč	367 868,00 Kč
Mezisoučet celkem bez DPH:				367 868,00 Kč	
ZÁKLADNÍ CENA BEZ DPH:				6 750 063,00 Kč	
Sazba DPH	Základ daně	DPH		CENA CELKEM BEZ DPH:	6 750 063,00 Kč
0%	0,00	0,00			
15%	0,00	0,00		DPH:	1 417 512,00 Kč
21%	6 750 063,00	1 417 512,00			

Sazba DPH	Základ daně	DPH	CENA CELKEM BEZ DPH:	DPH:
0%	0,00	0,00	6 750 063,00 Kč	1 417 512,00 Kč
15%	0,00	0,00		
21%	6 750 063,00	1 417 512,00		

CENA CELKEM VČETNĚ DPH: **8 167 575,00 Kč**

Enus medical
...váše zdravá investice
ENUS MEDICAL s.r.o. IČO: 25551701, DIČ: CZ25551701
Překovská 2934/1, 193 00 Praha - Horní Počernice, ČR
Martin Kazda, DIS.
CEO

Platnost nabídky: **120 dnů**, dodací lhůta: max. 60 dnů od obdržení objednávky, záruční lhůta: **24 měsíců**.
Doprava, instalace a zaškolení je v ceně dodávky, servis zajišťuje ENUS MEDICAL s.r.o.
Děkujeme Vám za Váš zájem a v případě dotazů se na nás, prosím, kdykoliv s důvěrou obraťte.
S pozdravem

Specifikace předmětu plnění	množství ks	MJ	Předpokládaná hodnota částí K bez DPH	Předpokládaná hodnota částí K včetně DPH / ks	Celková předpokládaná hodnota částí K včetně DPH	Jednotková cena MJ cena nepřekročitelná (nejvýše přípustná vč. DPH)	Celková cena nepřekročitelná (nejvýše přípustná vč. DPH)	Nabídková cena (cena za MJ bez DPH)	Nabídková cena (cena za MJ vč. DPH)	Celková nabídková cena vč. DPH
gastroskop	1	ks	997 500,82 Kč	1 206 976,00 Kč	1 206 976,00 Kč	1 206 976,00 Kč	1 206 976,00 Kč	997 500,00 Kč	1 206 975,00 Kč	1 206 975,00 Kč
kolonoskop	1	ks	997 500,82 Kč	1 206 976,00 Kč	1 206 976,00 Kč	1 206 976,00 Kč	1 206 976,00 Kč	996 500,00 Kč	1 205 765,00 Kč	1 205 765,00 Kč
endoskopická věž	1	ks	1 719 689,20 Kč	2 080 824,00 Kč	2 080 824,00 Kč	2 080 824,00 Kč	2 080 824,00 Kč	1 718 891,00 Kč	2 079 858,00 Kč	2 079 858,00 Kč
mycí a dezinfekční automat na flexibilní endoskopy	2	ks	2 022 396,60 Kč	1 223 550,00 Kč	2 447 100,00 Kč	1 223 550,00 Kč	2 447 100,00 Kč	1 007 052,00 Kč	1 218 533,00 Kč	2 437 066,00 Kč
sušící a skladovací skříň pro endoskopy	1	ks	658 695,04 Kč	797 021,00 Kč	797 021,00 Kč	797 021,00 Kč	797 021,00 Kč	655 200,00 Kč	792 792,00 Kč	792 792,00 Kč
intubační fibroskop s LCD monitorem	1	ks	374 521,48 Kč	453 171,00 Kč	453 171,00 Kč	453 171,00 Kč	453 171,00 Kč	367 868,00 Kč	445 119,00 Kč	445 119,00 Kč
			6 770 303,96 Kč	6 968 518,00 Kč	8 192 068,00 Kč	6 968 518,00 Kč	8 192 068,00 Kč			8 167 575,00 Kč