



Doplnění zadávací dokumentace

k veřejné zakázce malého rozsahu č.: **TRI/GaI/2018/9/Zvedák**
na výběr dodavatele: **na dodávku hydraulického zvedáku imobilních pacientů včetně příslušenství**

Na základě žádosti o dodatečné informace jednoho z účastníků, které bylo v rozsahu tohoto znění:

Zadavatel v technické specifikaci neuvedl parametr světlé výšky pojezdových lyžin zvedáku. V případě bariatrických zvedáků může být tato výška až 16cm. Tento technický parametr by mohl omezit kompaktnost zvedáku s nemocničním lůžkem a tím omezit bezpečný přesun klientů.

Prosím o doplnění technické specifikace o tento parametr, pokud zadavatel hodlá zvedák využívat i pro běžná patientská lůžka a ne jen bariatrická.

zadavatel doplňuje zadávací dokumentaci, a to Přílohu č. 1 Specifikace a minimální technické požadavky, tím že doplňuje jeden technický parametr, a to:


- světlá výška pojezdových lyžin zvedáku maximálně 16 cm pro použití pro běžná patientská lůžka

a vydává ji v nové podobě.

Každý účastník je povinen ve své nabídce vycházet z této nebo použít tuto aktualizovanou přílohu zadávací dokumentace. Nepoužití této přílohy bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek a takový účastník bude vyloučen ze zadávacího řízení.

V souvislosti s poskytnutím tohoto doplnění zadávací dokumentace se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek, a to do 11. 6. 2018 do 9:00 hodin

V Třinci dne 31. 5. 2018



Ing. Josef Cieslar, provozně-technický náměstek.....

