

Nemocnice Třinec, příspěvková organizace

73961 Třinec - Dolní Líštná, Kaštanová 268

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 k veřejné zakázce pod označením „Dodávka reagentů spojená s bezplatnou výpůjčkou analyzátorů na dobu pěti let“

Zadavatel: Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, se sídlem: 73961 Třinec - Dolní Líštná, Kaštanová 268; IČ: 00534242 (dále jen „zadavatel“).

Osoba zmocněná k zastoupení zadavatele v zadávacím řízení: HRAT, s.r.o.; se sídlem: 73961 Třinec, Družstevní 294; IČ: 64087352.

Identifikace veřejné zakázky: nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná formou otevřeného řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) pod označením „Dodávka reagentů spojená s bezplatnou výpůjčkou analyzátorů na dobu pěti let“

Vážení,

zadavatel obdržel dne 3.7.2018 níže uvedenou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. V souladu s ustanovením § 98 odst. 3 zákona poskytuje zadavatel následující vysvětlení zadávací dokumentace. Vysvětlení, včetně přesného znění žádosti, zadavatel poskytuje stejným způsobem, jako byly zveřejněny zadávací podmínky a to na profilu zadavatele: https://msk.ezak.cz/profile_display_8.html.

Vysvětlení:

Žádost č. 1

V bodě 2.1.1 Část A ZD je uvedeno: *v ceně reagentů budou započteny veškeré náklady na provoz analyzátorů spojené s pravidelným servisem, opravami, pravidelnými bezpečnostně-technickými kontrolami, validacemi, spotřebním a kontrolním materiálem a kalibracemi.*

ZD dokumentace uvádí:

U této části budou předmětem nacenění tato vyšetření: Kompletní krevní obraz se 7 parametry při počtu 60 000 vyšetření za rok, Stanovení kompletního hemogramu a 5 populační diferenciál při počtu 20 000 vyšetření za rok a Retikulocyty při počtu 1 500 vyšetření za rok.

Součástí ceny reagentů má být i cena kontrolních materiálů. **Mohl by tedy zadavatel uvést vedle počtu jednotlivých vyšetření i počty prováděných měření kontrolních materiálů**, aby mohly být započteny do nabídkové ceny v odpovídajícím množství?

Odpověď:

Zadavatel uvádí, že měření kontrolních materiálů pro krevní obraz, diferenciál i retikulocyty provádí jedenkrát denně, každý den v roce. V rámci jednoho měření se vyšetřují dvě hladiny kontrolního materiálu (přičemž se pravidelně střídá normální, nízká a vysoká hladina kontrolního materiálu).

Děkujeme za pochopení.

V Třinci dne 9.7.2018

MUDr. et Mgr. Zdeněk Matušek

ředitel nemocnice

Zastoupen obchodní společností HRAT, s.r.o.

Mgr. Josef Alexander Matera
HRAT, s.r.o.