



Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace

k veřejné zakázce malého rozsahu č. 9/2018

(č.spisu ZZS/Bi/2018/9/nosítka)

na „dodání transportních nosítek“

Obsah:

1. Informace o zadavateli:	1
2. Informace o druhu a předmětu zakázky	1
3. Doba plnění veřejné zakázky:	2
4. Místo plnění veřejné zakázky	2
5. Zadávací dokumentace a podmínky přístupu k zadávací dokumentaci.....	2
6. Lhůty a místo pro podání nabídky	2
7. Obchodní a platební podmínky	2
8. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace.....	3
9. Údaje o hodnotících kritériích:.....	3
10. Ostatní ujednání:	3
11. Přílohy:.....	3

1. Informace o zadavateli:

Název: Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Sídlo: Výškovická 2995/40, Zábřeh
700 30 Ostrava
IČ: 48804525
DIČ: není plátce DPH
Bank. spojení: UCB, a.s., č.ú.: 2102312880/2700
Zastoupen: MUDr. Roman Gřegoř – ředitel
Telefon, fax: 950 730 401, 596 789 397
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Hráček
Telefon: 950 730 475
E-mail: petr.hracek@zzsmsk.cz
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL): www.zzsmsk.cz
Profil zadavatele: https://msk.ezak.cz/profile_display_9.html

2. Informace o druhu a předmětu zakázky:

2.1 Předmětem zakázky je dodání 12 kusů transportních nosítek s podvozkem do sanitních vozidel dle specifikace blíže uvedené v příloze č.1 této Výzvy.

2.2 Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky
Kód CPV: 33192100-3 - Lůžka pro použití ve zdravotnictví

2.3 Předpokládaná hodnota zakázky činí 1 700 000,- Kč vč. DPH.



3. Doba plnění veřejné zakázky:

- 3.1 Zadavatel požaduje dodání předmětu zakázky nejpozději do **31.1.2019**.
- 3.2 Předpoklad podpisu smlouvy je konec října 2018.

4. Místo plnění veřejné zakázky:

Místem plnění veřejné zakázky je sídlo zadavatele, ul. Výškovická 40, Zábřeh, 700 30 Ostrava.

5. Zadávací dokumentace a podmínky přístupu k zadávací dokumentaci:

- 5.1 Zadávací dokumentace obsahující technickou specifikaci a obchodní podmínky je dodavatelům vyžývaným zadavatelem zaslána současně s touto Výzvou jako její příloha.
- 5.2 Ostatní zájemci si ji mohou stáhnout z profilu zadavatele, kde je v kompletním znění uveřejněna, příp. o ni mohou požádat zadavatele, kontaktní osoba je Ing. Martina Bílá (tel. 950 730 482, email: martina.bila@zzsmsk.cz).
- 5.3 Zadavatel nepožaduje úhradu nákladů souvisejících s poskytnutím zadávací dokumentace.

6. Lhůty a místo pro podání nabídky:

- 6.1 Lhůtu pro doručení nabídek stanovuje zadavatel do **18.10.2018 do 8:00 hodin**.
- 6.2 Zadavatel požaduje podání nabídky v prostředí **elektronického nástroje E-ZAK**. Podrobné instrukce elektronického nástroje naleznete na adrese www.ezak.cz. Odkaz na zakázku je <https://msk.ezak.cz/vz00004298>

7. Obchodní a platební podmínky:

- 7.1 Zadavatel stanoví obchodní a platební podmínky formou závazného vzoru Kupní smlouvy (dále jen „smlouva“), který je uveden v příloze č.2. Splatnost faktury je 30 kalendářních dní. Dodavatel doplní do smlouvy pouze své identifikační údaje, cenu a délku záruky.
- 7.2 Dodavatel zpracuje nabídkovou cenu v členění cena bez DPH, DPH a cena celkem včetně DPH za jeden kus, a za všechny kusy celkem.
- 7.3 Návrh smlouvy musí být ze strany dodavatele podepsán statutárním orgánem nebo osobou oprávněnou prokazatelně zastupovat dodavatele; v takovém případě doloží dodavatel toto oprávnění v originálu či kopii v nabídce. Předložení nepodepsaného návrhu smlouvy není předložením řádného návrhu požadované smlouvy.
- 7.4 Dodavatel předloží jako přílohu smlouvy podrobný technický popis nosítek.
- 7.5 Nabídka bude obsahovat návrh smlouvy, technický popis a doklady prokazující kvalifikaci.

8. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace:

Zadavatel požaduje ve lhůtě pro podání nabídek prokázání splnění kvalifikace, a to v rozsahu stanoveném zadavatelem níže. Doklady k prokázání kvalifikace budou součástí nabídky dodavatele.

- **Profesní kvalifikační předpoklady** splňuje dodavatel, který předloží kopii
 - výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence ne starší než 90 dnů ke dni podání nabídky,
- **Technické kvalifikační předpoklady** splňuje dodavatel, který předloží
 - popisy a fotografie nosítek určených k dodání, z nichž bude zřejmé, že zboží splňuje technické parametry plnění zakázky.

9. Údaje o hodnotících kritériích:

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti na základě nejnižší nabídkové ceny. Hodnotící kritéria jsou stanovena spolu se svou váhou takto:

- **výše nabídkové ceny, váha 100%**- hodnocena bude celková nabídková cena v Kč včetně DPH uvedená dodavatelem v návrhu smlouvy.

Jako nejvýhodnější bude stanovena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Pro případ rovnosti celkové nabídkové ceny bude výhodnější nabídka toho dodavatele, který předložil nabídku s delší dobou záruky.

10. Ostatní ujednání:

10.1 Zadavatel si vyhrazuje právo:

- změnit požadavky plnění veřejné zakázky
- ověřit informace uvedené dodavateli v nabídkách a případně požádat o jejich upřesnění
- dále jednat o smlouvě a upřesnit její konečné znění
- nepřijmout žádnou nabídku a neuzavřít smlouvu s žádným z dodavatelů
- zrušit veřejnou zakázku.

10.2 Dodavatel nemá nárok na úhradu nákladů spojených s účastí v soutěži.

10.3 Zadavatel dílčí plnění ani variantní řešení nepřipouští.

11. Přílohy:

11.1 Technická specifikace

11.2 Kupní smlouva- obchodní podmínky

V Ostravě, dne 1.10.2018


MUDr. Roman Gřegoř
ředitel ZZS MSK
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ
SLUŽBA
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
Výškovická 2995/40 9
Zábřeh, 700 30 Ostrava

Příloha č.1 technická specifikace

- 12 ks nosítka s podvozkem

s nožním madlem odnímatelná + podvozek, včetně anatomické matrace s dětským integrovaným zádržným systémem a tvarovaných přípravků pro stabilizaci hlavy pacienta.

Specifikace nosítka: lehká hliníková konstrukce; výsuvná madla pro přenášení – každé madlo lze vysunout jednou rukou; boční sklápěcí zábrany – zábrana lze sklápět jednou rukou; 4 kolečka na spodní straně nosítek; polohování opěry zad 0° až 75° pomocí plynových pružin včetně polohovatelné opěrky hlavy; polohovatelné opěry nohou pomocí plynových pružin včetně samostatného polohování kolen pacienta; přepravní rozměry do 2100 x 700 x 350 mm; nosnost minimálně 225 kg; váha do 30 kg (bez matrace, pásů a dalšího vybavení); součástí nosítek je anatomická matrace s dětským integrovaným zádržným systémem, včetně tvarovaných přípravků pro stabilizaci hlavy pacienta a bezpečnostními pásy přes ramena pacienta a v místě nohou pacienta.

Specifikace podvozek: s dvoustupňovým nakládacím nezávislým systémem s ergonomickým a bezpečnostním opatřením předcházejícím možnému zranění záchranářů nebo pacientů; minimálně 6 výškových poloh; kolečka průměru od 125 do 200 mm, nejlépe pryžová pro lepší průjezdnost terénem; váhový limit u podvozku minimálně 250 kg; hmotnost podvozku do 30 kg; přepravní rozměry do 2200 x 700 x 370 mm; možnost jednočlenné obsluhy; podvozek musí mít brzdy minimálně na zadních kolech zabraňující samovolnému pohybu podvozku.

Nosítka s podvozkem musí splňovat normu ČSN EN 1782+A2 a normu ČSN EN 1865-1+A1:2016. Nosítka musí obsahovat reflexní prvky pro lepší viditelnost.

Nosítka musí být možno uchytnout do stávajícího systému uchycení používaného zadavatelem (ROLFIX F102). Pokud nelze, součástí dodávky musí být systém uchycení nosítek včetně jeho montáže do sanitních vozidel.

S nosítky bude dodáno prohlášení o shodě výrobku dle platné legislativy a návod k použití v českém jazyce.