



Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace
k veřejné zakázce malého rozsahu č. 12/2018
(č.spisu ZZS/Bi/2018/12/ventilátor)
na „dodání ventilátoru“

Obsah:

1. Informace o zadavateli:	1
2. Informace o druhu a předmětu zakázky	1
3. Doba plnění veřejné zakázky:	2
4. Místo plnění veřejné zakázky	2
5. Zadávací dokumentace a podmínky přístupu k zadávací dokumentaci	2
6. Lhůty a místo pro podání nabídky	2
7. Obchodní a platební podmínky	2
8. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace	3
9. Údaje o hodnotících kritériích:	3
10. Ostatní ujednání:	3
11. Přílohy:	3

1. Informace o zadavateli:

Název: Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Sídlo: Výškovická 2995/40, Zábřeh
700 30 Ostrava
IČ: 48804525
DIČ: není plátcem DPH
Bank. spojení: UCB, a.s., č.ú.: 2102312880/2700
Zastoupen: MUDr. Roman Gřegoř – ředitel
Telefon, fax: 950 730 401, 596 789 397
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Hráček
Telefon: 950 730 475
E-mail: petr.hracek@zzsmask.cz
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL): www.zzsmask.cz
Profil zadavatele: https://msk.ezak.cz/profile_display_9.html

2. Informace o druhu a předmětu zakázky:

2.1 Předmětem zakázky je dodání 1 kusu transportního ventilátoru dle specifikace blíže uvedené v příloze č.1 této Výzvy.

2.2 Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky
Kód CPV: 33157400-9 - Zdravotnické dýchací přístroje

2.3 Předpokládaná hodnota zakázky činí 270 000,- Kč vč. DPH.



3. Doba plnění veřejné zakázky:

- 3.1 Zadavatel požaduje dodání předmětu zakázky nejpozději do **14.12.2018**.
- 3.2 Předpoklad podpisu smlouvy je konec října 2018.

4. Místo plnění veřejné zakázky:

Místem plnění veřejné zakázky je sídlo zadavatele, ul. Výškovická 40, Zábřeh, 700 30 Ostrava.

5. Zadávací dokumentace a podmínky přístupu k zadávací dokumentaci:

- 5.1 Zadávací dokumentace obsahující technickou specifikaci a obchodní podmínky je dodavatelům vyzyvaným zadavatelem zaslána současně s touto Výzvou jako její příloha.
- 5.2 Ostatní zájemci si ji mohou stáhnout z profilu zadavatele, kde je v kompletním znění uveřejněna, příp. o ni mohou požádat zadavatele, kontaktní osoba je Ing. Martina Bílá (tel. 950 730 482, email: martina.bila@zzsmsk.cz).
- 5.3 Zadavatel nepožaduje úhradu nákladů souvisejících s poskytnutím zadávací dokumentace.

6. Lhůty a místo pro podání nabídky:

- 6.1 Lhůtu pro doručení nabídek stanovuje zadavatel do **24.10.2018 do 7:00 hodin**.
- 6.2 Zadavatel požaduje podání nabídky v prostředí **elektronického nástroje E-ZAK**. Podrobné instrukce elektronického nástroje naleznete na adrese www.ezak.cz. Odkaz na zakázku je <https://msk.ezak.cz/vz00004341>

7. Obchodní a platební podmínky:

- 7.1 Zadavatel stanoví obchodní a platební podmínky formou závazného vzoru Kupní smlouvy (dále jen „smlouva“), který je uveden v příloze č.2. Splatnost faktury je 30 kalendářních dní. Dodavatel doplní do smlouvy pouze své identifikační údaje, cenu a délku záruky.
- 7.2 Dodavatel zpracuje nabídkovou cenu v členění cena bez DPH, DPH a cena celkem včetně DPH.
- 7.3 Návrh smlouvy musí být ze strany dodavatele podepsán statutárním orgánem nebo osobou oprávněnou prokazatelně zastupovat dodavatele; v takovém případě doloží dodavatel toto oprávnění v originálu či kopii v nabídce. Předložení nepodepsaného návrhu smlouvy není předložením řádného návrhu požadované smlouvy.
- 7.4 Dodavatel předloží jako přílohu smlouvy podrobný technický popis ventilátoru.
- 7.5 Nabídka bude obsahovat návrh smlouvy, technický popis a doklady prokazující kvalifikaci.

8. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace:

Zadavatel požaduje ve lhůtě pro podání nabídek prokázání splnění kvalifikace, a to v rozsahu stanoveném zadavatelem níže. Doklady k prokázání kvalifikace budou součástí nabídky dodavatele.

- **Profesní kvalifikační předpoklady** splňuje dodavatel, který předloží kopii
 - výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence ne starší než 90 dnů ke dni podání nabídky,
- **Technické kvalifikační předpoklady** splňuje dodavatel, který předloží
 - popisy a fotografie ventilátoru určeného k dodání, z nichž bude zřejmé, že zboží splňuje technické parametry plnění zakázky.

9. Údaje o hodnotících kritériích:

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti na základě nejnižší nabídkové ceny. Hodnotící kritéria jsou stanovena spolu se svou váhou takto:

- **výše nabídkové ceny, váha 100%**- hodnocena bude celková nabídková cena v Kč včetně DPH uvedená dodavatelem v návrhu smlouvy.

Jako nejvýhodnější bude stanovena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Pro případ rovnosti celkové nabídkové ceny bude výhodnější nabídka toho dodavatele, který předložil nabídku s delší dobou záruky.

10. Ostatní ujednání:

10.1 Zadavatel si vyhrazuje právo:

- změnit požadavky plnění veřejné zakázky
- ověřit informace uvedené dodavatelí v nabídkách a případně požádat o jejich upřesnění
- dále jednat o smlouvě a upřesnit její konečné znění
- nepřijmout žádnou nabídku a neuzavřít smlouvu s žádným z dodavatelů
- zrušit veřejnou zakázku.

10.2 Dodavatel nemá nárok na úhradu nákladů spojených s účastí v soutěži.

10.3 Zadavatel dílčí plnění ani variantní řešení nepřipouští.

11. Přílohy:

11.1 Technická specifikace

11.2 Kupní smlouva- obchodní podmínky

V Ostravě, dne 10.10.2018


MUDr. Roman Gregor
ředitel ZZS MSK
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ
SLUŽBA
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
Výškovická 2995/40 9
Zábřeh, 700 30 Ostrava

Příloha č.1 technická specifikace

Transportní ventilátor bez měření CO2 na napájené nosné jednotce (+brašna) s držákem kyslíkové lahve

- Transportní ventilátor bez měření CO2
- Nosná jednotka s nabíjecím rozhraním, ochrannou brašnou a držákem lahve
- Pacientský okruh s maskou –1ks znovupoužitelný, 3ks jednorázový
- Sada jednorázových CPAP/NIV masek s úchytným proužkem a pásem
- Testovací sada
- Režimy: IPPV, CPAP, CPR, RSI, SIMV, S-IPPV, inhalace
- Rozměr (Š x V x H): 206 x 137 x 130 mm, hmotnost vlastního přístroje do: 2,5 kg
- Provozní teplota: -18 až +50°C, skladovací teplota: -40 až +70°C (max. 48 hod)
- Přívodní tlaková hadice pro provozní tlak: 2,7 - 6 bar, plyn medicínální kyslík
- Dechová frekvence: 5 až 50 /min, poměr I:E regulovatelný
- Maximální ventilační tlak (Pmax): 10 - 65 mbar
- Stupeň vodní ochrany: IP54
- Napájení automobil: 12V
- Dechový objem: 50 - 2000 ml
- Alarmy: vizuální, akustické
- Typy pohotovostních režimů: Dospělý, dítě, malé dítě
- Displej: 5" TFT, barevný
- Provozní doba na baterii: min 8. hod., nabití 0-100%: 3,5 hod (0-95%)
- Splňuje normy: EN 60601-1, EN 1789, EN 794-3, ISO 10651-3, RTCA DO-160 G
- PEEP min. 0 - 25 mbar
- uchování dat na SD kartu
- lokalizace v českém jazyce

Součástí dodávky musí být i samostatný nabíjecí držák (12V) přístroje na stěnu sanitního vozidla.

Přístroj bude dodán s prohlášením o shodě výrobku dle platné legislativy spolu s návodem k použití v českém jazyce.