



Příspěvková organizace  
Moravskoslezského kraje



# SLEZSKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ,

příspěvková organizace

## ZADAVATEL:

**Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace,**  
Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava

## *vypisuje*

veřejnou zakázku malého rozsahu, **zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb.,**  
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s využitím elektronického  
nástroje:

## **„Dodávka 3 ks plicních ventilátorů pro ARO“**

Číslo spisu: **SNO/Otr/2018/24/3 ks plicních ventilátorů-ARO**

Číslo zakázky: **P18V00000444**

(dále jen „VZ“)

## **ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**

### **1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE**

|                             |                                                                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název zadavatele:           | <b>Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace</b>                                   |
| Adresa zadavatele:          | <b>Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava</b>                                           |
| IČO zadavatele:             | <b>47813750</b>                                                                            |
| Oprávněná osoba zadavatele: | <b>MUDr. Ladislav Václavec, MBA, ředitel</b>                                               |
| Kontaktní osoba zadavatele: | <b>Bc. Roxana Otrubová, referent majetkové správy</b>                                      |
| Telefon:                    | <b>553 766 187, 777 591 238</b>                                                            |
| E-mail:                     | <a href="mailto:roxana.otrubova@nemocnice.opava.cz">roxana.otrubova@nemocnice.opava.cz</a> |
| www:                        | <a href="http://www.snopava.cz">www.snopava.cz</a>                                         |

### **2. DRUH A PŘEDMĚT ZAKÁZKY**

**Druh:** Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky.

**Předmět:** Předmětem veřejné zakázky je dodávka **3 ks plicních ventilátorů pro anesteziologicko - resuscitační oddělení** Slezské nemocnice v Opavě, příspěvkové organizace.

### 3. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - ZÁKLADNÍ POŽADAVKY

Předmětem veřejné zakázky je dodávka **3 ks plicních ventilátorů pro anesteziologicko - resuscitační oddělení** Slezské nemocnice v Opavě, příspěvkové organizace.

#### Specifikace a minimální technické požadavky

##### Plicní ventilátor vyšší střední třídy – 2 ks

- pro ventilaci pacientů na intenzivních pracovištích, dlouhodobou ventilaci i pro transport dospělých a dětských pacientů
- přístroj pro invazivní a neinvazivní ventilační podporu (umělou plicní ventilaci)
- ventilátor nezávislý na centrálním rozvodu stlačeného vzduchu, integrovaná, elektricky poháněná turbína
- vysokotlaké připojení O<sub>2</sub> i LPO – nízkotlaké připojení O<sub>2</sub> dvěma vstupy
- dechová frekvence - minimální rozsah 2-80 dechů/min
- dechový objem – nastavitelný minimální rozsah 20-2000 ml
- koncentrace kyslíku - 21-100%, nastavitelná
- PEEP – nastavitelný minimální rozsah 0-35 cm H<sub>2</sub>O
- Flow trigger - minimální rozsah 1-20 l/min.; stavitelný náběh tlaku
- citlivost expiračního triggeru – minimální rozsah 5-75%
- špičkový inspirační průtok - min. 250 l/min.
- inspirační čas - minimální rozsah 0,2-10 s
- připojení na stávající rozvod medicínálních plynů (min. O<sub>2</sub>)
- ovládací dotyková obrazovka o velikosti min. 8"
- vestavěná s inspirem synchronizovaná proudová nebulizace pro podávání léků
- ovládání přes dotykovou obrazovku a otočným knoflíkem
- funkce standby
- možnost rozšíření o aktivní tepelný zvlhčovač
- pojízdný podvozek a držák okruhů
- procedury - min. podání 100% O<sub>2</sub>; odsávání
- integrovaný modul pro měření volumetrické kapnometrie (CO<sub>2</sub>)
- čidlo pro měření volumetrické kapnometrie s monitorací eliminace CO<sub>2</sub> v jednotlivém dechu i minutové CO<sub>2</sub> eliminace, minutové alveolární ventilace, velikosti mrtvého prostoru, kompatibilní s plicním ventilátorem „vyšší třídy“.
- možnost rozšíření o připojení přístroje k informačnímu systému nemocnice (např. LAN, COM...)
- možnost rozšíření o monitoraci SpO<sub>2</sub>
- ovládání: jednoduché a jednoznačné, přehledné; ovládání a komunikace v ČJ
- napájení: standardní síťové napájení 230 V / 50 Hz + bateriový provoz na min. 4 hod provozu
- hmotnost: max. 5kg vč. baterie
- příslušenství: ke každému ventilátoru patientské okruhy jednorázové; Tlaková hadice pro přívod medicínálního plynu O<sub>2</sub>

##### Ventilační režimy:

- CMV, SIMV, PCV, P-SIMV
- ventilační režimy s garantovaným objemem
- NIV neinvazivní ventilace
- ventilace na dvou tlakových hladinách
- automatický ventilační režim pro pacienty s dechovou aktivitou i bez dechové aktivity s automatickou regulací a optimalizací frekvence řízených dechů, inspiračních tlaků/tlakové podpory a I:E dle měření plicní mechaniky pacienta

### **Monitorace:**

- sledování: objem, průtok, tlak v dýchacích cestách, sledování min. 3 křivek v čase, min. 2 křivky současně, 3 ks smyček, grafické trendy min. 72 hod zpětně
- jednotlivý a minutový objem
- tlak: PEEP/CPAP, plateau, mean
- čas: poměr I:E, inspirační čas, expirační čas, dechová frekvence
- grafické zobrazení tlakové, objemové a průtokové křivky, smyčky, trendu
- monitorace plicní mechaniky - alespoň poddajnost, rezistence, automatické měření AutoPEEP, P0.1, RSB
- akustické a optické alarmy chybových stavů - min. alarm nízkého a vysokého minutového objemu, nízké a vysoké frekvence, vysokého inspiračního tlaku, apnea interval alespoň 15-60s, koncentrace O<sub>2</sub>, vadná čidla

### **Plicní ventilátor vyšší třídy - 1 ks**

- pro ventilaci pacientů na JIP; ventilace dospělých i dětských pacientů
- přístroj pro invazivní a neinvazivní ventilační podporu (umělou plicní ventilaci)
- ventilátor nezávislý na centrálním rozvodu stlačeného vzduchu, integrovaná, elektricky poháněná turbína
- vysokotlaké připojení O<sub>2</sub> i LPO – nízkotlaké připojení O<sub>2</sub> dvěma vstupy
- ovládání pomocí dotykové obrazovky o velikosti min. 10"
- dechová frekvence - minimální rozsah 2-80 dechů/min
- dechový objem - nastavitelný minimální rozsah 20-2000 ml
- koncentrace kyslíku 21- 100%, nastavitelná
- PEEP - nastavitelný (minimální rozsah 0-35 cm H<sub>2</sub>O)
- Flow trigger - minimální rozsah 1-20 l/min.;
- stavitelný náběh tlaku
- citlivost expiračního triggeru - minimální rozsah 5-75%
- špičkový inspirační průtok - min. 240 l/min.
- inspirační čas - minimální rozsah 0,1 – 12 s
- připojení na stávající rozvod medicínálních plynů (min. O<sub>2</sub>)
- vestavěná s inspiriem synchronizovaná proudová nebulizace pro podávání léků
- automatická kompenzace odporu endotracheální rourky, ovladatelná uživatelem
- ovládání přístroje z více míst - přes dotykovou obrazovku a otočným knoflíkem
- funkce standby
- možnost rozšíření o tepelný zvlhčovač
- pojízdný podvozek pod ventilátor a držák okruhů
- procedury - min. podání 100% O<sub>2</sub>; odsávání
- integrovaný modul pro měření volumetrické kapnometrie (CO<sub>2</sub>)
- možnost rozšíření o připojení přístroje k informačnímu systému nemocnice (např. LAN, COM...)
- ovládání: jednoduché a jednoznačné, přehledné; ovládání a komunikace v ČJ
- napájení: standardní síťové napájení 240 V / 50 Hz + bateriový provoz na min. 3 hod provozu
- hmotnost: max. 10kg vč. baterie
- příslušenství: patientský okruh jednorázový; Tlaková hadice pro přívod medicínálního plynu O<sub>2</sub>

### **Ventilační režimy minimálně:**

- CMV, SIMV, PCV, P-SIMV
- PRVC nebo ekvivalent - objemem kontrovaná tlakem řízená ventilace
- ventilační režimy s garantovaným objemem
- ventilace na dvou tlakových hladinách s tlakovou podporou
- APRV, spontánní ventilace s tlakovou podporou, NIV neinvazivní ventilace



- automatický ventilační režim pro pacienty s dechovou aktivitou i bez dechové aktivity s automatickou regulací a optimalizací frekvence řízených dechů, inspiračních tlaků/tlakové podpory a I:E dle měření plicní mechaniky pacienta

#### **Monitorace:**

- sledování: objem, průtok, tlak v dýchacích cestách, sledování min. 3 křivek v čase, min. 2 křivky současně, 3ks smyček, grafické trendy min. 72 hod zpětně
- jednotlivý a minutový objem
- tlak: PEEP/CPAP, plateau, mean
- čas: poměr I:E, inspirační čas, expirační čas, dechová frekvence
- grafické zobrazení tlakové, objemové a průtokové křivky, smyčky, trendu
- monitorace plicní mechaniky - alespoň poddajnost, rezistence, automatické měření AutoPEEP, P0.1, RSB
- akustické a optické alarmy chybových stavů - min. alarm nízkého a vysokého minutového objemu, nízké a vysoké frekvence, vysokého inspiračního tlaku, apnea interval alespoň 15-60s, koncentrace O2, vadná čidla

#### **Další podmínky:**

- veškeré zařízení musí být nové, nepoužité nikoli demo nebo repasované,
- součástí dodávky je doprava na místo osazení, vlastní instalace přístroje, zprovoznění a komplexní vyzkoušení,
- součástí dodávky zařízení je předání návodu k obsluze v českém jazyce (1x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě) a dodání veškerých dokladů přípustnosti použití zařízení při poskytování zdravotnické péče (dle § 4 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, v platném znění),
- součástí dodávky je zaškolení obsluhy, seznámení pracovníků zadavatele s obsluhou zařízení, technickými a provozními podmínkami, všeobecnými bezpečnostními pokyny ochrany zdraví při práci se zařízením a veškerými dalšími náležitostmi řádného provozu zařízení vyplývajícími z příslušných právních předpisů,
- ustanovení o délce záruční doby (**min. 24 měsíců**) – uveďte délku záruční doby (Příloha č. 3 – Krycí list nabídky),
- v průběhu záruční doby požadujeme provádět bezplatně:
  - veškeré kontroly předepsané výrobcem a příslušnou legislativou, v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích, v případě, že výrobce neuvede jinak, pak jednou 1 x za dva roky provedení kontroly v rozsahu PBTk dle zákona č. 268/2014 Sb.,
  - údržbu a servis vč. dodávky náhradních dílů, které nepodléhají běžnému opotřebení a expiraci.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je **1 050 000,00 Kč vč. DPH** a je maximální a nepřekročitelná.

#### **4. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY**

Veškeré obchodní podmínky a požadavky zadavatele jsou upraveny v návrhu kupní smlouvy, který tvoří přílohu této ZD (Příloha č. 4).

Účastník ZŘ předloží zadavateli **podepsaný** návrh kupní smlouvy, jenž bude zpracován v souladu s veškerými obchodními podmínkami a požadavky zadavatele.

Požadovaný termín splatnosti faktury – 30 dnů od vystavení faktury.

Nabídka bude obsahovat sdělení, zda zhotovitel je nebo není plátcem DPH.

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.

#### **5. DODACÍ PODMÍNKY – MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ**

**Místo plnění:** Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava.

**Doba plnění:** maximálně do 60 dnů ode dne podpisu smlouvy.

## 6. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Celková nabídková cena musí být stanovena jako závazná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná.

Účastník ZŘ je povinen do celkové nabídkové ceny zahrnout všechny případné náklady a další výdaje, které mu při realizaci podle této VZ vzniknou nebo mohou vzniknout.

Nabídková cena bude zpracována v souladu s výzvou a dalšími dokumenty obsahujícími vymezení předmětu této veřejné zakázky.

Nabídková cena zde bude uvedena v členění:

- cena položky bez DPH
- výše DPH (% a Kč)
- cena položky včetně DPH

V rámci nabídky je údaj o nabídkové ceně uváděn na několika místech nabídky. Je povinností účastníka ZŘ, aby veškeré jím uváděné údaje byly ve všech částech nabídky shodné. Jakýkoliv rozpor v cenových údajích v nabídce zjištěný při otevírání obálek s nabídkami nebo při posuzování a hodnocení nabídek je nesplněním této zadávací podmínky, která může vést až k vyřazení nabídky.

Cenu uvádějte v české měně a cena je závazná po celou dobu trvání smlouvy.

## 7. PODMÍNKY, ZA NICHŽ JE MOŽNO PŘEKROČIT VÝŠI NABÍDKOVÉ CENY

Zadavatel připouští překročení nabídkové ceny pouze v závislosti na změnách právních předpisů upravujících zákonné poplatky, daně či jiné cenové úpravy.

## 8. HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM A HODNOCENÍ NABÍDEK

Hodnotícím kritériem bude ekonomická výhodnost nabídky, hodnocena dle **výše nabídkové ceny v Kč vč. DPH (100%)**.

Vítězná bude nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

Cenu uveďte s i bez DPH.

Zadavatel si vyhrazuje právo nejdříve nabídky hodnotit a až poté posoudit nabídku vybraného dodavatele.

## 9. NÁVRH SMLOUVY

Součástí nabídky musí být **podepsaný** návrh kupní smlouvy (Příloha č. 4), jež bude zpracován v souladu s požadavky zadavatele dle obchodních podmínek této zadávací dokumentace – tzn., že v návrhu kupní smlouvy budou zakotveny bez výjimky podmínky stanovené v této zadávací dokumentaci.

Návrh smlouvy musí obsahovat záruční a pozáruční podmínky, kontakt na osobu zajišťující servis. Návrh smlouvy musí v Příloze č. 1 obsahovat technickou specifikaci zboží.

**Návrh kupní smlouvy bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka ZŘ, tzn. statutárním orgánem (dle výpisu z OR) nebo osobou k tomu zmocněnou (na základě plné moci).**

**Účastník ZŘ není oprávněn v návrhu kupní smlouvy vyplňovat jiná ustanovení než ta, která jsou zadavatelem označená pro vyplnění (žlutě podbarvená), nebo je výslovně**



**uvedeno, že účastník ZŘ má něco doplnit.** V případě, že účastník ZŘ vyplní, změní či jinak upraví návrh kupní smlouvy, než jak je umožněno zadavatelem, bude nabídka účastníka ZŘ vyřazena a účastník ZŘ bude vyloučen z další účasti v zadávacím řízení.

Zjištěné nejasnosti v návrhu smlouvy má účastník ZŘ možnost si upřesnit v průběhu lhůty pro podávání nabídek. Připomínky po lhůtě pro podávání nabídek nebudou akceptovány.

## 10. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

### a, základní způsobilost

Účastník ZŘ předloží:

- Čestné prohlášení, z jehož obsahu musí být zřejmé, že dodavatel splňuje podmínky základní způsobilosti – dle Přílohy č. 2.

### b, profesní způsobilost

Účastník ZŘ předloží:

- Výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence, je-li v ní zapsán.
- Doklad o oprávnění k podnikání odpovídající předmětu veřejné zakázky v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci (výpis ze živnostenského rejstříku či živnostenský list).
- Doklad o odborné způsobilosti – tzn. Oznamení o splnění ohlašovací povinnosti ve vztahu ke své činnosti nebo povinnost notifikace zdravotnického prostředku (Sdělení SÚKL) dle zákona 268/2014 Sb.

### c, technická kvalifikace

Účastník ZŘ předloží:

- Fotografie nebo prospekt nabízeného zboží v českém jazyce, včetně popisu jeho technických parametrů.

*Výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.*

**Doklady prokazující splnění kvalifikace budou doloženy v kopiích, naskenované ve formátu .pdf a vloženy jako součást nabídky do prostředí elektronického nástroje E-ZAK. Nezasílat poštou ani emailem!!**

## 11. ZÁRUČNÍ A SERVISNÍ PODMÍNKY

Záruční doba **minimálně 24 měsíců** od podepsání předávacího protokolu.

Nástup na opravu do 2 pracovních dnů od nahlášení. Po dobu opravy delší než 6 pracovních dnů požaduje zadavatel zapůjčení náhradního zdrav. prostředku.

V případě výskytu čtyř různých závad na soutěženém systému, zadavatel požaduje dodávku nového systému dle platných ustanovení občanského zákoníku, zákon č. 89/2012 Sb.

## 12. ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDEK - LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Nabídka účastníka bude podána prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dostupného na internetové adrese:

[https://msk.ezak.cz/profile\\_display\\_5.html](https://msk.ezak.cz/profile_display_5.html) **ve lhůtách** uvedených tamtéž.

Popis potřebných úkonů najdete v Příloze č. 1 této zadávací dokumentace.

Nabídky podané v listinné podobě **nebude** zadavatel vyhodnocovat a budou **VYŘAZENY**.

**Celá nabídka bude zpracována v českém jazyce.**

### 13. ZADÁVACÍ LHŮTA (tj. lhůta, po kterou jsou účastníci ZŘ svými nabídkami vázáni)

Zadavatel stanovuje délku zadávací lhůty na **90 dnů**.

Zadávací lhůta se prodlužuje účastníkům ZŘ, s nimiž může zadavatel uzavřít smlouvu (tj. s účastníkem ZŘ, který se umístil jako druhý nebo třetí v pořadí) až do doby uzavření smlouvy nebo zrušení zadávacího řízení a jsou povinni na vyzvání poskytnout zadavateli součinnost potřebnou k uzavření smlouvy na zakázku v maximální délce 15 dnů ode dne doručení výzvy k uzavření smlouvy.

### 14. VZORKY

Zadavatel nepožaduje předložení vzorků, ale vyhrazuje si právo v průběhu hodnocení nabídek požádat o předložení předmětu nabídky za účelem ověření deklarovaných technických parametrů. Účastník ZŘ je povinen předložit předmět nabídky nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení žádosti.

### 15. ELEKTRONICKÝ PODPIS

Vzhledem k tomu, že se jedná o zakázku malého rozsahu, **není nutný** na straně účastníků ZŘ pro potvrzení nabídky elektronický podpis. Podané nabídky jsou však i přesto závazné, což účastník ZŘ stvrzuje mimo jiné přiložením kvalifikační dokumentace, v níž jsou uvedeny osoby, které jsou oprávněny jménem účastníka ZŘ uzavírat smluvní vztahy.

### 16. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Veškerá komunikace mezi zadavatelem (pověřenou osobou) a dodavateli, poskytované dokumenty a informace budou v jazyce českém. Každý účastník ZŘ je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávací dokumentace, avšak **nejpozději do 48 hod. před ukončením lhůty pro podávání nabídek**. Vzhledem k tomu, že je veřejná zakázka realizována s využitím elektronického nástroje, je v prostředí elektronického nástroje vytvořen prostředek pro žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace i jejich vypořádání zadavatelem. Tato forma komunikace umožní nejrychlejší a nejjednodušší zpracování případných dotazů i jejich doručení k účastníkům ZŘ. Odpovědi na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace budou zveřejňovány prostřednictvím el. nástroje E-ZAK, nikoli zasílány jednotlivě účastníkům ZŘ.

Zadavatel zároveň upozorňuje, že v rámci realizace této veřejné zakázky má v úmyslu adresovat korespondenci zájemcům, resp. účastníkům ZŘ, zejména na kontaktní emailovou adresu uvedenou v rámci registrace do elektronického nástroje E-ZAK (je nezbytné pro ni zachovat přístup po celou dobu realizace veřejné zakázky) a to prostřednictvím el. nástroje E-ZAK.

### 17. JINÉ POŽADAVKY ZADAVATELE

#### **Zadavatel požaduje doložit:**

**Seznam poddodavatelů** - V případě, že část veřejné zakázky bude plněna formou poddodávky (prostřednictvím třetí osoby), požaduje zadavatel uvést v nabídce (v příloze návrhu smlouvy), jaká část veřejné zakázky bude prováděna třetí osobou (poddodavatelem) a identifikovat tyto třetí osoby (účastník ZŘ je povinen u poddodavatele uvést jeho identifikační údaje). Účastník ZŘ odpovídá v plném rozsahu za veškerou činnost poddodavatelů. Změna poddodavatele v průběhu plnění veřejné zakázky je možná pouze po předchozím písemném souhlasu zadavatele. V případě, že účastník ZŘ nepřiloží seznam poddodavatelů, má se za to, že bude veřejnou zakázku realizovat pouze s využitím vlastních kapacit.

**Prohlášení o shodě** - v původním jazyce a v českém jazyce, překlad nemusí být úředně ověřený.

**Doklad o oprávnění k provádění servisu** - souhlas či pověření výrobce k provádění servisu (není-li výrobcem účastník ZŘ), údržby kontrol zařízení a systému specifikovaného v této zadávací



dokumentaci a nabízeného v ČR v původním jazyce i s českým překladem (nemusí být úředně ověřený).

## 18. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

### Zadavatel si vyhrazuje právo:

- veřejnou zakázku kdykoliv zrušit bez udání důvodů,
- na odmítnutí všech předložených nabídek,
- neuzavřít smlouvu,
- kdykoliv v průběhu zadávacího řízení změnit, doplnit nebo upřesnit zadávací podmínky.
- vyloučit takového účastníka zadávacího řízení, který se dopustil v posledních 3 letech od zahájení zadávacího řízení závažných nebo dlouhodobých pochybení při plnění dřívějšího smluvního vztahu se zadavatelem zadávané veřejné zakázky, nebo s jiným veřejným zadavatelem, která vedla k vzniku škody, předčasnému ukončení smluvního vztahu nebo jiným srovnatelným sankcím,
- vyloučit takového účastníka zadávacího řízení, který se dopustil v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení nebo po zahájení zadávacího řízení závažného profesního pochybení, které zpochybňuje jeho důvěryhodnost, včetně pochybení, za která byl disciplinárně potrestán, nebo mu bylo uloženo kárné opatření podle jiných právních předpisů.

Zadavatel nehradí účastníkům ZŘ náklady vzniklé z účasti v řízení.

Ukončením výběrového řízení a oznámením výsledku nevznikne automaticky smluvní vztah.

### Ze zadávacího řízení budou vyloučeny všechny nabídky, které budou:

- nesplní některý požadavek soutěže,
- obsahovat nepravdivý údaj,
- doručeny po stanoveném termínu pro podání nabídky.

Hodnotící komise může v případě nejasností požádat účastníka ZŘ o písemné vysvětlení nabídky a o doplnění chybějících dokladů.

## 19. SEZNAM POŽADOVANÝCH DOKUMENTŮ

- a) Cenová nabídka s uvedením skutečnosti zda účastník ZŘ je nebo není plátcem DPH, (Příloha č. 3 – Krycí list)
- b) Návrh kupní smlouvy – **PODEPSANÝ** (Příloha č. 4) ve formátu pdf., **vč. vyplněného návrhu KS ve formátu doc. nebo docx.**
- c) Čestné prohlášení (Příloha č. 2)
- d) Výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence
- e) Doklad o oprávnění k podnikání (ŽL)
- f) Oznámení o splnění ohlašovací povinnosti
- g) Fotografie nebo prospekt nabízeného zboží
- h) Seznam poddodavatelů
- i) Prohlášení o shodě
- j) Doklad o oprávnění k provádění servisu

***Výše uvedené doklady, všechny v českém jazyce,***



Příloha č. 1 – Elektronický nástroj E-ZAK – Uživatelská příručka pro dodavatele  
Příloha č. 2 – Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti  
Příloha č. 3 – Krycí list nabídky  
Příloha č. 4 – Návrh kupní smlouvy

V Opavě dne **- 7. 12. 2018**

  
\_\_\_\_\_  
**MUDr. Ladislav Václavec, MBA**  
**ředitel**