



Slezská nemocnice v Opavě

ZADAVATEL:

Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace,
Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava

vypisuje

veřejnou zakázku malého rozsahu, **zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb.,**
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, s využitím elektronického nástroje:

„Dodávka 3 ks ultrazvukového přístroje pro pro urologii“

Číslo spisu: **SNO/Otr/2019/19/3 ks ultrazvuku-UROL**
Číslo zakázky: **P19V00000175**
(dále jen „VZ“)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Název zadavatele:	Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace
Adresa zadavatele:	Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava
IČO zadavatele:	47813750
Oprávněná osoba zadavatele:	MUDr. Ladislav Václavec, MBA, ředitel
Kontaktní osoba zadavatele:	Bc. Roxana Otrubová, referent majetkové správy
Telefon	553 766 187, 777 591 238
E-mail:	roxana.otrubova@snopava.cz
www:	www.snopava.cz

2. DRUH A PŘEDMĚT ZAKÁZKY

Druh: Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky.

Předmět: Předmětem veřejné zakázky je dodávka **3 ks ultrazvukového přístroje pro urologickou ambulanci** zadavatele.

3. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - ZÁKLADNÍ POŽADAVKY

Předmětem veřejné zakázky je dodávka **3 ks ultrazvukového přístroje pro urologickou ambulanci** Slezské nemocnice v Opavě, příspěvkové organizace.

Specifikace a minimální technické požadavky

Ultrazvukový přístroj (3 ks)
Základní požadované vlastnosti:
• digitální ultrazvukový přístroj s dynamikou systému – min. 250 dB • režimy zobrazení pro všechny sondy: ○ B-mód - zobrazení amplitud odražených signálů jasovou škálou ○ Pulsní doppler (PW) – zobrazení křivky rychlosti v čase ○ Barevně kódovaný Doppler (CFM) vč. energetického módu (power Doppler, CPD) ○ Duplexní zobrazení B-mód + barevný Doppler nebo B-mód + pulsní Doppler ○ Triplexní zobrazení B-mód + pulsní Doppler + barevný Doppler ○ Trapezoidní zobrazení u lineární sondy – rozšíření úhlu zobrazení s možností měření rozměrů • druhy diagnostických zobrazovacích technik pro všechny sondy: ○ zobrazení tkání: ▪ zobrazení na základní frekvenci ve více stupních minim. na 3 frekvencích ▪ THI – harmonické zobrazení tkání ○ zobrazení průtoku: ▪ barevný Doppler (CFM) ▪ pulsní Doppler (PW) (steering 0-20° - optimálně pomocí tlačítka krajní polohy tj. -20/0/+20° s další úpravou nastavení úhlu pomocí pomocí otočného tlačítka, ne opakovaným stlačováním tlačítka) ▪ barevné mapování energie – power Doppler, energetický Doppler (CPD) ▪ ve všech případech s korekcí dopplerovského úhlového zkreslení ▪ dostatečné zesílení signálu a možnost jeho nastavení ▪ stejně kvalitní zobrazení i při krajních frekvencích • automatická optimalizace obrazu ve všech modech a dopplerovských zobrazeních • optimalizace Dopplera (low, high) • zvětšování a zmenšování hloubky, fokusace, zoom obrazu, posun dopplerovské křivky • měření v živém i ve zmrazeném obraze (minim. 6 měření v jednom obraze) • automatické zvětšení okolí kurzoru při měření • automatická kalkulace dopplerovských parametrů z dopplerovské křivky na zmrazeném i aktivním záznamu s výpočty hodnot S, D, S/D, PI, RI • Dual Live mód - současné zobrazení B-obrazu a B-obrazu včetně CFM • měření a kalkulace • víceetapové kompaundní zobrazení dostupné na lineární i konvexní sondě, musí aktivní také při barevném dopplerovském módu • možnost budoucího rozšíření na 3D a 4D zobrazení

• HPRF • systém odrušení speklí nastavitelný v několika krocích (ne jen on/off) • obrazová frekvence alespoň 1000 obr/sec
Další požadavky:
• plochý barevný LCD monitor – min. 19" úhlopříčka, nastavitelný vertikálně i horizontálně • min. 3 vstupy pro UZ sondy s možností rozšíření pro 4 UZ sondy, • mechanická QWERTY klávesnice umístěná pod ovládacím panelem nebo ovládacím panelu • velkokapacitní vnitřní paměť (min. 1000 vyš.), CD/DVD mechanika, minimálně 2 USB porty na ovládacím panelu, snadno dostupné pro obsluhu (na ovládacím panelu) • mobilní přístroj (nikoliv přenosný ani přenosný s přídatným podvozkem) s váhou do max. 55kg • digitální nebo klasické mechanicky nastavitelné TGC • uživatelská nastavení pro každou sondu, včetně rychlého přepínání
Sondy:
• sondy s vysokým axiálním a laterálním rozlišením odolné desinfekci přípravkem dostupným na českém trhu a doporučeným výrobcem přístroje ◦ konvexní abdominální sonda minimálně 2-5 MHz – cca 50 mm– s punkčním attachmentem, pro každý přístroj, tzn. 3ks sondy ◦ širokopásmová lineární sonda 5-12 MHz, max. 40mm – small parts, pro každý přístroj, tzn. 3ks sondy ◦ 1 x rektální sonda s punkčním attachmentem (společná pro všechny 3 přístroje)
Archivace a komunikace:
• Komunikace s PACS a NIS zadavatele, pomocí DICOM 3.0 • Přístroj musí mít funkci logování uživatelů a možnost šifrování uložených dat, kryptování HDD, včetně automatického odmazání záznamů - GDPR kompatibilní • Vlastní databáze patientských a obrazových dat: ◦ Velikost min. 500 GB ◦ záznam videosmyčky ve všech modech s uložením do vlastní databáze ◦ export, import, zálohování a vyhledávání dle pacienta, diagnózy nebo typu a parametrů vyšetření • volba exportního obrazového formátu – běžné PC formáty na CD/DVD a USB flash mediích (DICOM, TIFF, BMP, JPG, AVI)

Další podmínky:

- veškeré zařízení musí být nové, nepoužité nikoli repasované,
- součástí dodávky je doprava na místo osazení, vlastní instalace zařízení (zboží), zprovoznění a komplexní vyzkoušení,
- součástí dodávky zařízení je předání návodu k obsluze v českém jazyce (1x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě) a dodání veškerých dokladů přípustnosti použití zařízení při poskytování zdravotnické péče (dle § 4 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, v platném znění),
- součástí dodávky je zaškolení obsluhy, seznámení pracovníků zadavatele s obsluhou zařízení, technickými a provozními podmínkami, všeobecnými bezpečnostními pokyny ochrany zdraví při práci se zařízením a veškerými dalšími náležitostmi řádného provozu zařízení vyplývajícími z příslušných právních předpisů,
- ustanovení o délce záruční doby (**min. 24 měsíců**) – uveďte délku záruční doby (Příloha č. 3 – Krycí list nabídky),
- v průběhu záruční doby požadujeme provádět bezplatně:

- veškeré kontroly předepsané výrobcem a příslušnou legislativou, v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích, v případě, že výrobce neuvede jinak, pak jednou 1 x za dva roky provedení kontroly v rozsahu PBTk dle zákona č. 268/2014 Sb.,
- údržbu a servis vč. dodávky náhradních dílů, které nepodléhají běžnému opotřebení a expiraci.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je cca **1 900 000,00 Kč bez DPH.**

4. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Veškeré obchodní podmínky a požadavky zadavatele jsou upraveny v návrhu kupní smlouvy, který tvoří přílohu této ZD (Příloha č. 4).

Účastník ZŘ předloží zadavateli **podepsaný** návrh kupní smlouvy, jenž bude zpracován v souladu s veškerými obchodními podmínkami a požadavky zadavatele.

Požadovaný termín splatnosti faktury – 60 dnů od doručení faktury zadavateli (kupujícímu).

Nabídka bude obsahovat sdělení, zda zhotovitel je nebo není plátcem DPH.

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.

5. DODACÍ PODMÍNKY – MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ

Místo plnění: Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava, urologické oddělení.

Doba plnění: maximálně do 60 dnů ode dne podpisu smlouvy.

6. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Celková nabídková cena musí být stanovena jako závazná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná.

Účastník ZŘ je povinen do celkové nabídkové ceny zahrnout všechny případné náklady a další výdaje, které mu při realizaci podle této VZ vzniknou nebo mohou vzniknout.

Nabídková cena bude zpracována v souladu s výzvou a dalšími dokumenty obsahujícími vymezení předmětu této veřejné zakázky.

Nabídková cena zde bude uvedena v členění:

- cena v Kč bez DPH
- výše DPH (v % a v Kč)
- cena v Kč včetně DPH

V rámci nabídky je údaj o nabídkové ceně uváděn na několika místech nabídky. Je povinností účastníka ZŘ, aby veškeré jím uváděné údaje byly ve všech částech nabídky shodné. Jakýkoliv rozpor v cenových údajích v nabídce zjištěný při otevírání obálek s nabídkami nebo při posuzování a hodnocení nabídek je nesplněním této zadávací podmínky, která může vést až k vyřazení nabídky.

Cenu uvádějte v české měně a cena je závazná po celou dobu trvání smlouvy.

7. PODMÍNKY, ZA NICHŽ JE MOŽNO PŘEKROČIT VÝŠI NABÍDKOVÉ CENY

Zadavatel připouští překročení nabídkové ceny pouze v závislosti na změnách právních předpisů upravujících zákonné poplatky, daně či jiné cenové úpravy.

8. HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM A HODNOCENÍ NABÍDEK

Hodnotícím kritériem bude ekonomická výhodnost nabídky, přičemž zadavatel stanovil jednotlivá dílčí hodnotící kritéria a přiřadil jim váhu v procentech dle následujícího rozdělení:

1. Celková nabídková cena přístroje v Kč vč. DPH **50%**

2. Délka záruční doby v měsících **7%**

Délka záruční doby min. 24 měsíců.

3. Kvalita zobrazení **43%**

V rámci hodnocení kvality budou posuzovány jednotlivě tyto parametry:

- 2A. Lineární sonda – B obraz **8%**
- 2B. Lineární sonda – pulsní doppler **8%**
- 2C. Konvexní sonda – B obraz **8%**
- 2D. Konvexní sonda – pulsní doppler **8%**
- 2E. Rektální sonda – B obraz **3%**
- 2F. Uživatelská přívětivost, rychlost odezvy SW, jednoduchost ovládání, programové vybavení k provádění urologických vyšetření **8%**

Způsob hodnocení:

1. Hodnotící kritérium

Nejvíce bodů získá nabídka s nejnižší hodnotou. Cena bude uvedena v Kč vč. DPH.

Vzorec pro výpočet:

Bodová hodnota = $50 \cdot \text{Hodnota nejvhodnější nabídky} / \text{Hodnota posuzované nabídky}$

2. Hodnotící kritérium

Nejvíce bodů získá nabídka s nejvyšší hodnotou. Záruční doba bude uvedena v měsících.

Bodová hodnota = $7 \cdot \text{Hodnota posuzované nabídky} / \text{Hodnota nejvhodnější nabídky}$

3. Hodnotící kritérium A, B, C, D, E, F

Nejvíce bodů získá nabídka s nevyšším počtem bodů dle tabulky níže pro jednotlivé posuzované parametry:

A. Lineární sonda – B obraz

B. Lineární sonda – pulsní doppler

C. Konvexní sonda – B obraz

D. Konvexní sonda – pulsní doppler

E. Rektální sonda – B obraz

F. Uživatelská přívětivost, rychlost odezvy SW, jednoduchost ovládání, programové vybavení k provádění urologických vyšetření

Každému výše uvedenému parametru bude přidělen počet bodů dle tabulky níže s tím, že čím více bodů, tím lépe.

Popis splnění jednotlivých vlastností	Počet bodů
Splněno výborně	5
Splněno dobře	4
Splněno dobře s minimálními výhradami	3
Splněno s výhradami	2
Nesplněno	1

V případě, že bude jakýkoli posuzovaný parametr hodnocen počtem bodů 1, bude účastník ZŘ vyloučen pro nesplnění požadovaných kritérií.

Vzorec pro výpočet:

2A. Bodová hodnota = $8 * \text{hodnota (počet bodů) posuzované nabídky} / \text{hodnota (počet bodů) nejvhodnější nabídky}$

2B. Bodová hodnota = $8 * \text{hodnota (počet bodů) posuzované nabídky} / \text{hodnota (počet bodů) nejvhodnější nabídky}$

2C. Bodová hodnota = $8 * \text{hodnota (počet bodů) posuzované nabídky} / \text{hodnota (počet bodů) nejvhodnější nabídky}$

2D. Bodová hodnota = $8 * \text{hodnota (počet bodů) posuzované nabídky} / \text{hodnota (počet bodů) nejvhodnější nabídky}$

2E. Bodová hodnota = $3 * \text{hodnota (počet bodů) posuzované nabídky} / \text{hodnota (počet bodů) nejvhodnější nabídky}$

2F. Bodová hodnota = $8 * \text{hodnota (počet bodů) posuzované nabídky} / \text{hodnota (počet bodů) nejvhodnější nabídky}$

Vítězná bude nabídka s nejvyšším skóre.

Cenu uveďte s i bez DPH.

Zadavatel si vyhrazuje právo nejdříve nabídky hodnotit a až poté posoudit nabídku vybraného dodavatele.

9. NÁVRH SMLOUVY

Součástí nabídky musí být **podepsaný** návrh kupní smlouvy (Příloha č. 4), jež bude zpracován v souladu s požadavky zadavatele dle obchodních podmínek této zadávací dokumentace – tzn., že v návrhu kupní smlouvy budou zakotveny bez výjimky podmínky stanovené v této zadávací dokumentaci.

Návrh smlouvy musí obsahovat záruční a pozáruční podmínky, kontakt na osobu zajišťující servis. Návrh smlouvy musí v Příloze č. 1 obsahovat technickou specifikaci zboží.

Návrh kupní smlouvy bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka ZŘ, tzn. statutárním orgánem (dle výpisu z OR) nebo osobou k tomu zmocněnou (na základě plné moci).

Účastník ZŘ není oprávněn v návrhu kupní smlouvy vyplňovat jiná ustanovení než ta, která jsou zadavatelem označená pro vyplnění (žlutě podbarvená), nebo je výslovně uvedeno, že účastník ZŘ má něco doplnit. V případě, že účastník ZŘ vyplní, změní či jinak upraví návrh kupní smlouvy, než jak je umožněno zadavatelem, bude nabídka účastníka ZŘ vyřazena a účastník ZŘ bude vyloučen z další účasti v zadávacím řízení.

Zjištěné nejasnosti v návrhu smlouvy má účastník ZŘ možnost si upřesnit v průběhu lhůty pro podávání nabídek. Připomínky po lhůtě pro podávání nabídek nebudou akceptovány.

10. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

a. základní způsobilost

Účastník ZŘ předloží:

- Čestné prohlášení, z jehož obsahu musí být zřejmé, že dodavatel splňuje podmínky základní způsobilosti – dle Přílohy č. 2.

b, profesní způsobilost

Účastník ZŘ předloží:

- Výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence, je-li v ní zapsán.
- Doklad o oprávnění k podnikání odpovídající předmětu veřejné zakázky v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci (výpis ze živnostenského rejstříku či živnostenský list).
- Doklad o odborné způsobilosti – tzn. Oznámení o splnění ohlašovací povinnosti ve vztahu ke své činnosti nebo povinnost notifikace zdravotnického prostředku (Sdělení SÚKL) dle zákona 268/2014 Sb.

c, technická kvalifikace

Účastník ZŘ předloží:

- Seznam min. 3 významných dodávek shodného (popř. obdobného) typu přístroje, jako je předmět VZ, realizovaných účastníkem ZŘ za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení o finančním objemu min. 50 % předpokládané hodnoty této VZ v Kč bez DPH za každou jednotlivou dodávku, včetně uvedení ceny a doby realizace a identifikace objednatele (Příloha č. 5).
- Fotografie nebo prospekt nabízeného zboží v českém jazyce, včetně popisu jeho technických parametrů.

Doklady prokazující splnění základní a profesní způsobilost musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.

Doklady prokazující splnění kvalifikace budou doloženy v kopiích, naskenované ve formátu .pdf a vloženy jako součást nabídky do prostředí elektronického nástroje E-ZAK. Nezasílat poštou ani emailem!!

11. ZÁRUČNÍ A SERVISNÍ PODMÍNKY

Záruční doba **minimálně 24 měsíců** od podepsání předávacího protokolu.

Nástup na opravu do 2 pracovních dnů od nahlášení. Po dobu opravy delší než 6 pracovních dnů požaduje zadavatel zapůjčení náhradního zdrav. prostředku.

V případě výskytu čtyř různých závad na soutěženém systému, zadavatel požaduje dodávku nového systému dle platných ustanovení občanského zákoníku, zákon č. 89/2012 Sb.

12. ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDEK - LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Nabídka účastníka bude podána prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dostupného na internetové adrese:

https://msk.ezak.cz/profile_display_5.html **ve lhůtách** uvedených tamtéž.

Popis potřebných úkonů najdete v Příloze č. 1 této zadávací dokumentace.

Nabídky podané v listinné podobě **nebude** zadavatel vyhodnocovat a budou **VYŘAZENY**.

Celá nabídka bude zpracována v českém jazyce.

13. ZADÁVACÍ LHŮTA (tj. lhůta, po kterou jsou účastníci ZŘ svými nabídkami vázáni)

Zadavatel stanovuje délku zadávací lhůty na **90 dnů**.

Zadávací lhůta se prodlužuje účastníkům ZŘ, s nimiž může zadavatel uzavřít smlouvu (tj. s účastníkem ZŘ, který se umístil jako druhý nebo třetí v pořadí) až do doby uzavření smlouvy nebo zrušení zadávacího řízení a jsou povinni na vyzvání poskytnout zadavateli součinnost potřebnou k uzavření smlouvy na zakázku v maximální délce 15 dnů ode dne doručení výzvy k uzavření smlouvy.

14. VZORKY

Zadavatel požaduje předložení vzorku k ověření požadovaných a deklarovaných technických parametrů a k hodnocení kvality zobrazení a celkové uživatelské přívětivosti přístroje. Termín dodání přístroje je stanoven na desátý pracovní den ode dne otevírání obálek na 9:00 hod do Slezské nemocnice v Opavě, příspěvkové organizace, za předpokladu, že nebude účastník ZŘ informován o vyloučení jeho nabídky ze zadávacího řízení. Hodnocení bude probíhat jeden den a zadavatel požaduje přítomnost aplikačního specialisty účastníka po celou dobu hodnocení.

15. ELEKTRONICKÝ PODPIS

Vzhledem k tomu, že se jedná o zakázku malého rozsahu, **není nutný** na straně účastníků ZŘ pro potvrzení nabídky elektronický podpis. Podané nabídky jsou však i přesto závazné, což účastník ZŘ stvrzuje mimo jiné přiložením kvalifikační dokumentace, v níž jsou uvedeny osoby, které jsou oprávněny jménem účastníka ZŘ uzavírat smluvní vztahy.

16. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Veškerá komunikace mezi zadavatelem (pověřenou osobou) a dodavateli, poskytované dokumenty a informace budou v jazyce českém. Každý účastník ZŘ je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávací dokumentace, avšak **nejpozději do 48 hod. před ukončením lhůty pro podávání nabídek**. Vzhledem k tomu, že je veřejná zakázka realizována s využitím elektronického nástroje, je v prostředí elektronického nástroje vytvořen prostředek pro žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace i jejich vypořádání zadavatelem. Tato forma komunikace umožní nejrychlejší a nejjednodušší zpracování případných dotazů i jejich doručení k účastníkům ZŘ. Odpovědi na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace budou zveřejňovány prostřednictvím el. nástroje E-ZAK, nikoli zasílány jednotlivě účastníkům ZŘ.

Zadavatel zároveň upozorňuje, že v rámci realizace této veřejné zakázky má v úmyslu adresovat korespondenci zájemcům, resp. účastníkům ZŘ, zejména na kontaktní emailovou adresu uvedenou v rámci registrace do elektronického nástroje E-ZAK (je nezbytné pro ni zachovat přístup po celou dobu realizace veřejné zakázky) a to prostřednictvím el. nástroje E-ZAK.

17. JINÉ POŽADAVKY ZADAVATELE

Zadavatel požaduje doložit:

Seznam poddodavatelů - V případě, že část veřejné zakázky bude plněna formou poddodávky (prostřednictvím třetí osoby), požaduje zadavatel uvést v nabídce (v příloze návrhu smlouvy), jaká část veřejné zakázky bude prováděna třetí osobou (poddodavatelem) a identifikovat tyto třetí osoby (účastník ZŘ je povinen u poddodavatele uvést jeho identifikační údaje). Účastník ZŘ odpovídá v plném rozsahu za veškerou činnost poddodavatelů. Změna poddodavatele v průběhu plnění veřejné zakázky je možná pouze po předchozím písemném souhlasu zadavatele. V případě, že účastník ZŘ nepřiloží seznam poddodavatelů, má se za to, že bude veřejnou zakázku realizovat pouze s využitím vlastních kapacit.

Prohlášení o shodě - v původním jazyce a v českém jazyce, překlad nemusí být úředně ověřený.

Doklad o oprávnění k provádění servisu – souhlas či pověření výrobce k provádění servisu (není-li výrobcem účastník ZŘ), údržby kontrol zařízení a systému specifikovaného v této zadávací dokumentaci a nabízeného v ČR v původním jazyce i s českým překladem (nemusí být úředně ověřený).

18. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- veřejnou zakázku kdykoliv zrušit bez udání důvodů,
- na odmítnutí všech předložených nabídek,
- neuzavřít smlouvu,
- kdykoliv v průběhu zadávacího řízení změnit, doplnit nebo upřesnit zadávací podmínky.
- vyloučit takového účastníka zadávacího řízení, který se dopustil v posledních 3 letech od zahájení zadávacího řízení závažných nebo dlouhodobých pochybení při plnění dřívějšího smluvního vztahu se zadavatelem zadávané veřejné zakázky, nebo s jiným veřejným zadavatelem, která vedla k vzniku škody, předčasnému ukončení smluvního vztahu nebo jiným srovnatelným sankcím,
- vyloučit takového účastníka zadávacího řízení, který se dopustil v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení nebo po zahájení zadávacího řízení závažného profesního pochybení, které zpochybňuje jeho důvěryhodnost, včetně pochybení, za která byl disciplinárně potrestán, nebo mu bylo uloženo kárné opatření podle jiných právních předpisů.

Zadavatel nehradí účastníkům ZŘ náklady vzniklé z účasti v řízení.

Ukončením výběrového řízení a oznámením výsledku nevznikne automaticky smluvní vztah.

Ze zadávacího řízení budou vyloučeny všechny nabídky, které budou:

- nesplní některý požadavek soutěže,
- obsahovat nepravdivý údaj,
- doručeny po stanoveném termínu pro podání nabídky.

Hodnotící komise může v případě nejasností požádat účastníka ZŘ o písemné vysvětlení nabídky a o doplnění chybějících dokladů.

19. SEZNAM POŽADOVANÝCH DOKUMENTŮ

- a) Cenová nabídka s uvedením skutečnosti zda účastník ZŘ je nebo není plátcem DPH, (Příloha č. 3 – Krycí list)
- b) Návrh kupní smlouvy – **PODEPSANÝ** (Příloha č. 4) ve formátu pdf., **vč. vyplněného návrhu KS ve formátu doc. nebo docx.**
- c) Čestné prohlášení (Příloha č. 2)
- d) Výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence
- e) Doklad o oprávnění k podnikání (ŽL)
- f) Oznámení o splnění ohlašovací povinnosti
- g) Seznam významných zakázek (Příloha č. 5)
- h) Fotografie nebo prospekt nabízeného zboží
- i) Seznam poddodavatelů
- j) Prohlášení o shodě
- k) Doklad o oprávnění k provádění servisu

Výše uvedené doklady, všechny v českém jazyce, popř. další doklady tvořící nabídku (např. Plná moc), budou doloženy v kopiích, naskenované ve formátu .pdf a vloženy jako součást nabídky do prostředí elektronického nástroje E-ZAK o maximální velikosti jednoho souboru 5 MB.

20. PŘÍLOHY

- Příloha č. 1 – Elektronický nástroj E-ZAK – Uživatelská příručka pro dodavatele
 Příloha č. 2 – Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti
 Příloha č. 3 – Krycí list nabídky
 Příloha č. 4 – Návrh kupní smlouvy
 Příloha č. 5 – Seznam významných zakázek

V Opavě dne **30. 08. 2019**


MUDr. Ladislav Václavec, MBA
ředitel