

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

„Pořízení zdravotnických přístrojů – myčky podložních mís – 5 ks.“

Zadavatel: Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace

se sídlem Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov

IČ: 008 44 899, DIČ: CZ00844899

zastoupený Ing. Norbertem Schellongem, MPH, ředitelem

Oznámení o rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky

Po provedeném hodnocení

Číslo nabídky	Obchodní název a právní forma nebo jméno a příjmení FO účastníka	Nabídková cena bez DPH	Nabídková cena vč. DPH	Výsledné pořadí
1	MIELE spol. s r.o.	602.901,-Kč	729.910,21Kč	1.

Základní hodnotící kritérium: nejnižší nabídková cena (váha kritéria 100%).

Nejvhodnější nabídka v rámci shora uvedené zakázky byla vybrána nabídka účastníka č. 1 – MIELE spol. s r.o. se sídlem Holandská 879/4, 639 00 Brno; IČ: 188 29 503.

Identifikační údaje účastníků, jejichž nabídka byla hodnocena:

Účastník č. 1: MIELE spol. s r.o.

Holandská 879/4, 639 00 Brno

IČ: 188 29 503

Oznámení o vyloučení účastníků z účasti v zadávacím řízení

Zadavatel rozhodl o vyloučení účastníka č. 2 – **HOSPIMED, spol. s r.o.** se sídlem Malešická 2251/51, PSČ 130 00, Praha 3; IČ 006 76 853 z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Pořízení zdravotnických přístrojů – myčky podložních mís – 5 ks“.

Odůvodnění:

Při kontrole požadovaných parametrů komise zjistila, že nabídka nesplňuje zadané parametry v těchto bodech:

- elektronická ovládací jednotka s rozhraním RS 232 a paměť pro uložení informací až o 800 mycích a dezinfekčních cyklech – společnost nabízí přenos do externího SW a paměť dle velikosti externího uložení
- tepelné emise maximálně 630W (540kcal/h) – při intenzivním cyklu je v nabídce uvedena hodnota 800W
- automatické spuštění nového cyklu při výpadku paměti – nabídka uvádí jenom ruční spuštění.

Vyřizuje: Ing. Pavol Jantoš