

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

podle § 98 zákona č. zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v aktuálním znění

(dále též „zákon“) k nadlimitní veřejné zakázce

„Výpůjčka 4 ks dialyzačních monitorů a dodávky spotřebního zdravotnického materiálu pro provádění hemodialýzy“

Název zadavatele:	Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace
Zastoupené:	MUDr. Ladislavem Václavcem, MBA, ředitelem
Sídlo zadavatele:	Opava, Olomoucká 470/86, PSČ 746 01
IČ zadavatele:	47813750
DIČ zadavatele:	CZ47813750
Zástupce zadavatele:	EuroPace s.r.o.
Sídlo:	Brno, Měříčkova 31, PSČ 621 00
IČ:	283 14 638
Kontaktní osoba:	Ing. Pavel Černý
Telefon:	724 815 073
E-mail:	info@europace.cz (v předmětu uvádějte název veřejné zakázky)

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům, kteří mají zájem o účast v zadávacím řízení, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentaci nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, případně jiným dodavatelům, kteří vznesli dotaz k zadávacím podmínkám, následující vysvětlení k zadávacím podmínkám. Toto je poskytnuto v otázkách a odpovědích, tak jak byly otázky zadavateli položeny.

Dotaz č. 1

V souvislosti s Vysvětlením zadávací dokumentace č. 1 ze dne 23.9.2019 a provedenou úpravou zadávacích podmínek dle odpovědi č. 4 tohoto vysvětlení, a to konkrétně v části č. 1 veřejné zakázky, se dovoluujeme dotázat, zda zadavatel uvedený průtok dialyzačního roztoku u dialyzačních přístrojů stanovil opravdu pro oba dva typy terapie.

Terapie hemodiafiltrace je krevní očišťovací metoda založená na kombinaci difúze a konvekce. Pro ošetření hemodiafiltrací je potřeba nejenom standardní průtok dialyzačního roztoku obvykle v intervalu 300-800ml/min., ale také substituční roztok, který podporuje konvektivní složku očišťování krve, který se připravuje ze substitučního roztoku dodatečnou filtrací a jehož průtok činí i více než 100 ml/min. Součet průtoků dialyzačního roztoku a substitučního roztoku, pak udává výsledný průtok dialyzačního roztoku při hemodiafiltraci, tj. vždy alespoň 500 ml/min. Z klinické praxe je ověřeno, že při hemodiafiltraci jsou využívány průtoky 500 – 800ml/min a tento průtok je standardně používán.

Zadavatel dle Vysvětlením zadávací dokumentace č. 1 nově stanovil průtok dialyzačního roztoku 350 – 700 ml/min při hemodialýze a zároveň i pro hemodiafiltraci. V souvislosti s potřebami klinické praxe se dovoluujeme dotázat, zda bude zadavatel v rámci technické specifikace části č. 1 VZ akceptovat minimální a maximální rozsahy průtoků dialyzačního roztoku 350 – 700ml/min. při hemodialýze a 500 – 800ml/min při hemodiafiltraci?

Odpověď č. 1

Zadavatel bude akceptovat minimální a maximální rozsahy průtoků dialyzačního roztoku 350 – 700ml/min. při hemodialýze a 500 – 800ml/min při hemodiafiltraci.

S ohledem na výše uvedené se zadavatel rozhodl z důvodu právní jistoty v souladu s § 99 odst. 2 zákona prodloužit lhůtu pro podání nabídek do 10. 10. 2018 9:00 hodin.

V Brně dne 27. 9. 2019

.....
zástupce zadavatele