

### **Veřejná zakázka**

**„Modernizace vybavení pro obory návazné péče v Nemocnici s poliklinikou Havířov, p.o.“**

### **Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2**

*Dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“)*

|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Název veřejné zakázky:</b>                                                                                                              | <b>„Modernizace vybavení pro obory návazné péče v Nemocnici s poliklinikou Havířov, p.o.“</b>                                                                                                                                                 |
| <b>Název zadavatele:</b><br><b>Sídlo zadavatele:</b><br><b>IČO zadavatele:</b><br><b>URL adresa:</b><br><b>Oprávněná osoba zadavatele:</b> | Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace<br>Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov<br>IČ 00844896<br><a href="http://www.nsphav.cz">www.nsphav.cz</a><br>Ing. Norbert Schellong, MPH, ředitel                                       |
| <b>Kontaktní osoba zadavatele:</b><br><b>Telefon:</b><br><b>E-mail:</b><br><b>Profil zadavatele:</b>                                       | JUDr. Rita Kubicová, advokátka<br>+420 608 831 124<br><a href="mailto:vzakazky@advokatkakubicova.eu">vzakazky@advokatkakubicova.eu</a><br><a href="https://msk.ezak.cz/profile_display_4.html">https://msk.ezak.cz/profile_display_4.html</a> |

Vážení dodavatelé,

zadavatel tímto v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) poskytuje na základě níže uvedeného dotazu dodavatele následující vysvětlení zadávací dokumentace:

#### **Dotaz č. 1 k zadávací dokumentaci:**

*„Zadavatel v technické specifikaci v části 12 Pojízdny RTG JIP 1 ks požaduje:*

*Tepelná kapacita rtg trubice min. 1 MHU*

*Přístroj námi nabízený má tepelnou kapacitu rentgenky 800 kHU. Vzhledem k nižším výkonům pojízdných rentgenů oproti plnohodnotným skiagrafickým systémům je dle našeho názoru a názoru výrobce tato tepelná kapacita dostačující. Bude zadavatel akceptovat tento parametr? “*

#### **Odpověď zadavatele:**

**Zadavatel nebude akceptovat tento parametr a trvá na požadavcích uvedených v zadávací dokumentaci. Přístroj musí disponovat minimálně tepelnou kapacitou rtg trubice 1MHU.**

V Havířově, dne 23.10.2019

Nemocnice s poliklinikou Havířov,  
příspěvková organizace  
Ing. Norbert Schellong, MPH, ředitel  
i.s. JUDr. Rita Kubicová, advokátka

