

Veřejná zakázka
„Modernizace vybavení pro obory návazné péče v Nemocnici s poliklinikou Havířov, p.o.“

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 3,4

Dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“)

Název veřejné zakázky:	„Modernizace vybavení pro obory návazné péče v Nemocnici s poliklinikou Havířov, p.o.“
Název zadavatele:	Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace
Sídlo zadavatele:	Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov
IČO zadavatele:	IČ 00844896
URL adresa:	www.nsphav.cz
Oprávněná osoba zadavatele:	Ing. Norbert Schellong, MPH, ředitel
Kontaktní osoba zadavatele:	JUDr. Rita Kubicová, advokátka
Telefon:	+420 608 831 124
E-mail:	vzakazky@advokatkakubicova.eu
Profil zadavatele:	https://msk.ezak.cz/profile_display_4.html

Vážení dodavatelé,

zadavatel tímto v souladu s ust. § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) poskytuje na základě níže uvedených dotazů dodavatele následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace:

Vysvětlení a změna ZDč. 3 – Část VZ 42 - Monitor pro měření hemodynamiky – 1 ks

Dotaz č. 1 k zadávací dokumentaci:

- *Akumulátor na 5 hod provozu*

Tento požadavek zcela předem určuje jediný produkt na trhu a je tudíž diskriminační. Monitor hemodynamiky není monitorem vitálních funkcí, kde je tento požadavek pochopitelný. U hemodynamického monitoru není toto zapotřebí. U tazatelem nabízeného přístroje (a stejně tak u jiných výrobců) jsou při přerušení monitorování, např. z důvodů transportu pacienta z operačního sálu na oddělení či opačně apod., veškerá data zachována a po připojení do sítě nadále monitorace normálně pokračuje.

DOTAZ č. 1:

Bude zadavatel vzhledem k výše uvedeným faktům akceptovat nabídku na monitor bez akumulátoru?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel bude akceptovat nabídku na monitor bez akumulátoru.

Dotaz č. 2 k zadávací dokumentaci:

- *Saturace krve kyslíkem (SpO2)*

Tento požadavek v kontextu s dalšími požadovanými parametry předem určuje jediný konkrétní produkt a je tudíž diskriminační. Kontinuální monitorování parametru SpO2 není pro hemodynamické výpočtu zapotřebí. Tento parametr je již standardně kontinuálně monitorován monitorem vitálních funkcí, ke kterému je pacient vždy připojen.

DOTAZ č. 2:

Bude zadavatel vzhledem k výše uvedeným faktům akceptovat nabídku na monitor bez kontinuálního monitorování SpO2?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel bude akceptovat nabídku na monitor bez kontinuálního monitorování SpO2.

Dotaz č. 3 k zadávací dokumentaci:

- *Doba komorové ejekce (VET)*
- *Celková periferní rezistence (TPR)*
- *Index celkové periferní rezistence (TPRI)*

Tyto tři uvedené parametry předem určují jeden jediný produkt a jsou tudíž diskriminační. Vyplynávají z technologie měření jednoho jediného výrobce. Tyto tři parametry ani nejsou těmi hlavními, běžně používanými parametry v hemodynamickém monitorování. Tazatelem i ostatními výrobci nabízené monitory mají navíc další hemodynamické parametry, které jsou pro hodnocení hemodynamického stavu velmi užitečné.

DOTAZ č. 3:

Bude zadavatel vzhledem k výše uvedeným faktům akceptovat nabídku na monitor bez těchto tří výše uvedených parametrů – VET, TPR, TPRI?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel bude akceptovat nabídku na monitor bez parametrů VET, TPR, TPRI.

Dotaz č. 4 k zadávací dokumentaci:

- *Možnost i ručního zadávání těchto parametrů:*
 - *Hemoglobin (HgB)*
 - *Okysličení krve (SpO2)*
 - *Střední arteriální tlak (MAP)*

U tazatelem nabízeného monitoru je kontinuálně monitorován arteriální tlak a střední arteriální tlak je automaticky vypočítáván a trvale zobrazen. Z tohoto důvodu je ruční

zadávání středního arteriálního tlaku zcela zbytečné a nedávalo by žádný smysl.

DOTAZ č. 4:

Bude zadavatel vzhledem k výše uvedeným faktům akceptovat nabídku na monitor s automatickým vypočítáváním středního arteriálního tlaku (MAP) bez možnosti ručního zadání tohoto parametru?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel bude akceptovat nabídku na monitor s automatickým vypočítáváním středního arteriálního tlaku (MAP) bez možnosti ručního zadání tohoto parametru.

Vysvětlení a změna ZDč. 4 – Část VZ 43 – Přístroj pro perioperační hemodynamický management – 1 ks

Dotaz č. 1 k zadávací dokumentaci:

- *Akumulátor na 5 hod provozu*

Tento požadavek zcela předem určuje jediný produkt na trhu a je tudíž diskriminační. Monitor hemodynamiky není monitorem vitálních funkcí, kde je tento požadavek pochopitelný. U hemodynamického monitoru není toto zapotřebí. U tazatelem nabízeného přístroje (a stejně tak u jiných výrobců) jsou při přerušení monitorování, např. z důvodů transportu pacienta z operačního sálu na oddělení či opačně apod., veškerá data zachována a po připojení do sítě nadále monitorace normálně pokračuje.

DOTAZ č. 1:

Bude zadavatel vzhledem k výše uvedeným faktům akceptovat nabídku na monitor bez akumulátoru?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel bude akceptovat nabídku na monitor bez akumulátoru.

Dotaz č. 2 k zadávací dokumentaci:

- *Saturace krve kyslíkem (SpO2)*

Tento požadavek v kontextu s dalšími požadovanými parametry předem určuje jediný konkrétní produkt a je tudíž diskriminační. Kontinuální monitorování parametru SpO2 není pro hemodynamické výpočty zapotřebí. Tento parametr je již standardně kontinuálně monitorován monitorem vitálních funkcí, ke kterému je pacient vždy připojen.

DOTAZ č. 2:

Bude zadavatel vzhledem k výše uvedeným faktům akceptovat nabídku na monitor bez kontinuálního monitorování SpO2?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel bude akceptovat nabídku na monitor bez kontinuálního monitorování SpO2.

Dotaz č. 3 k zadávací dokumentaci:

- *Doba komorové ejekce (VET)*
- *Celková periferní rezistence (TPR)*
- *Index celkové periferní rezistence (TPRI)*

Tyto tři uvedené parametry předem určují jeden jediný produkt a jsou tudíž diskriminační. Vyplynávají z technologie měření jednoho jediného výrobce. Tyto tři parametry ani nejsou těmi hlavními, běžně používanými parametry v hemodynamickém monitorování. Tazatelem i ostatními výrobci nabízené monitory mají navíc další hemodynamické parametry, které jsou pro hodnocení hemodynamického stavu velmi užitečné.

DOTAZ č. 3:

Bude zadavatel vzhledem k výše uvedeným faktům akceptovat nabídku na monitor bez těchto tří výše uvedených parametrů – VET, TPR, TPRI?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel bude akceptovat nabídku na monitor bez parametrů VET, TPR, TPRI.

Dotaz č. 4 k zadávací dokumentaci:

- *Možnost i ručního zadávání těchto parametrů:*
 - *Hemoglobin (HgB)*
 - *Okysličení krve (SpO2)*
 - *Střední arteriální tlak (MAP)*

U tazatelem nabízeného monitoru je kontinuálně monitorován arteriální tlak a střední arteriální tlak je automaticky vypočítáván a trvale zobrazen. Z tohoto důvodu je ruční zadávání středního arteriálního tlaku zcela zbytečné a nedávalo by žádný smysl.

DOTAZ č. 4:

Bude zadavatel vzhledem k výše uvedeným faktům akceptovat nabídku na monitor s automatickým vypočítáváním středního arteriálního tlaku (MAP) bez možnosti ručního zadání tohoto parametru?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel bude akceptovat nabídku na monitor s automatickým vypočítáváním středního arteriálního tlaku (MAP) bez možnosti ručního zadání tohoto parametru.

S ohledem na skutečnost, že zadavatelem uvedené změny zadávací dokumentace jsou způsobilé rozšířit okruh účastníků zadávacího řízení, zadavatel stanovuje nově lhůtu pro podání nabídek: 26.11.2019 9.00 hod.

V Havířově, dne 25.10.2019

Nemocnice s poliklinikou Havířov,
příspěvková organizace
Ing. Norbert Schellong, MPH, ředitel
i.s. JUDr. Rita Kubicová, advokátka