

Veřejná zakázka

„Modernizace vybavení pro obory návazné péče v Nemocnici s poliklinikou Havířov, p.o.“

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

Dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“)

Název veřejné zakázky:	„Modernizace vybavení pro obory návazné péče v Nemocnici s poliklinikou Havířov, p.o.“
Název zadavatele:	Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace
Sídlo zadavatele:	Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov
IČO zadavatele:	IČ 00844896
URL adresa:	www.nsphav.cz
Oprávněná osoba zadavatele:	Ing. Norbert Schellong, MPH, ředitel
Kontaktní osoba zadavatele:	JUDr. Rita Kubicová, advokátka
Telefon:	+420 608 831 124
E-mail:	vzakazky@advokatkakubicova.eu
Profil zadavatele:	https://msk.ezak.cz/profile_display_4.html

Vážení dodavatelé,

zadavatel tímto v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) poskytuje na základě níže uvedeného dotazu dodavatele následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1 k zadávací dokumentaci:

Vysvětlení č. 1

V Technické specifikaci část 12 Pojízdný RTG JIP 1 ks

Blok: RTG generátor a rtg trubice zadavatel požadoval původně mAs nastavitelné v rozsahu min. 1 – 350 mAs

Ve vysvětlení ZD č. 1 ze dne 21.10.2019 zadavatel odpověděl na dotaz uchazeče, že bude akceptovat parametr uvedený dodavatelem v jeho žádosti o vysvětlení, tzn. mAs nastavitelné v rozsahu min. 0,32 – 320 mAs a zároveň sděluje, že mění ZD v příloze č. 1 ZD – Požadované technické parametry – část 12 VZ – takto: mAs nastavitelné v rozsahu min. 0,1 – 320 mAs.

Dotaz uchazeče:

Podle formulace odpovědi zadavatele na dotaz uchazeče a s ohledem na skutečnost, že zadavatel souhlasí s rozsahem nastavení min. 0,32 – 320 mAs se domníváme, že chtěl zadavatel změnit technický požadavek takto: mAs nastavitelné v rozsahu min. 1 – 320 mAs. Žádáme proto zadavatele o změnu ZD v příloze č. 1 ZD – Požadované technické parametry – část 12 VZ – takto: mAs nastavitelné v rozsahu min. 1 – 320 mAs.

Odpověď zadavatele :

Zadavatel sděluje, že ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 u odpovědi na dotaz č. 6 došlo k písářské chybě, kdy místo mAs nastavitelné v rozsahu min. 1 – 320 mAs bylo uvedeno mAs nastavitelné v rozsahu min. 0,1 – 320 mAs.

Správně znění tohoto parametru tedy je:

mAs nastavitelné v rozsahu min. 1-320 mAs

Zadavatel konstatuje, že tímto vysvětlením zadávací dokumentace č. 6 nemění zadávací dokumentaci, pouze opravuje písářskou chybu, kdy – jak správně uváděl i dodavatel – z formulace odpovědi zadavatele u Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1, k dotazu č. 6 je zřejmé, že za situace souhlasu s rozsahem nastavení 0,32 – 320 mAs bylo úmyslem zadavatele uvést rozsah min. 1-320 mAs a nikoli min. 0,1-320 mAs. Oprava zjevné písářské chyby není změna zadávací dokumentace způsobilá rozšířit okruh potenciálních účastníků zadávacího řízení a z tohoto důvodu zadavatel nebude posouvat lhůtu pro podání nabídek.

V Havířově, dne 9.11.2019

Nemocnice s poliklinikou Havířov,
příspěvková organizace
Ing. Norbert Schellong, MPH, ředitel
i.s. JUDr. Rita Kubicová, advokátka