

Veřejná zakázka
„Modernizace vybavení pro obory návazné péče v Nemocnici s poliklinikou Havířov, p.o.“

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7,8,9,10

Dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“)

Název veřejné zakázky:	„Modernizace vybavení pro obory návazné péče v Nemocnici s poliklinikou Havířov, p.o.“
Název zadavatele:	Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace
Sídlo zadavatele:	Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov
IČO zadavatele:	IČ 00844896
URL adresa:	www.nsphav.cz
Oprávněná osoba zadavatele:	Ing. Norbert Schellong, MPH, ředitel
Kontaktní osoba zadavatele:	JUDr. Rita Kubicová, advokátka
Telefon:	+420 608 831 124
E-mail:	vzakazky@advokatkakubicova.eu
Profil zadavatele:	https://msk.ezak.cz/profile_display_4.html

Vážení dodavatelé,

zadavatel tímto v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) poskytuje na základě níže uvedených dotazů dodavatele následující vysvětlení zadávací dokumentace. Zároveň v návaznosti na níže uvedené dotazy rovněž dle § 99 ZZVZ mění zadávací dokumentaci v souladu s jednotlivými odpověďmi zadavatele.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7

část 23. Inkubátory

Dotaz č. 1 k zadávací dokumentaci:

- *regulace vlhkosti v rozsahu 30 až 95 %, jednotlivé kroky po 5%, **resterilizovatelná zvlhčovací nádoba součástí nabídky***

Bude Zadavatel akceptovat modernější technologické řešení, kdy je celý zvlhčující systém kompletně uzavřen a sterilní? Přívod externí vody (vodní vak nebo vodní lahev) jsou běžně dostupné na oddělení, což nezvyšuje ani logistickou zátěž ani provozní náklady. Dalším

benefitem tohoto systému je, že jsou nulové náklady na čištění a sterilizaci nádoby. Akceptováním tohoto řešení bude plně vyhověno medicínálnímu účelu poptávaného přístroje.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel bude akceptovat technologické řešení uvedené dodavatelem.

Dotaz č. 2 k zadávací dokumentaci

- *nastavitelné akustické a optické alarmy s **funkcí bezdotykového potlačení alarmu** (snížení možnosti přenosu infekce)*

Požadovaný parametr "bezdotykové tišení alarmu" plní pouze jediný výrobek na trhu a vztahuje se k ovládání jedné funkce, veškeré další ovládací prvky jsou dotykové (po ztišení alarmu je prakticky vždy nutný kontakt s dotykovými tlačítky pro změnu parametrů/nastavení atd.). Akceptuje zadavatel řešení, kdy tišení alarmů je realizováno pomocí tlačítka na centrálním ovládacím panelu, který je snadno dezinfikovatelný?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel bude akceptovat řešení uvedené dodavatelem, tzn. řešení, kdy tišení alarmů je realizováno pomocí tlačítka na centrálním ovládacím panelu, který je snadno dezinfikovatelný.

Dotaz č. 3 k zadávací dokumentaci

- ***odkládací misky v inkubátoru, minimálně 2 ks***

Požadovaný parametr splňuje pouze jediný výrobek na trhu, bude Zadavatel akceptovat inkubátor bez odkládacích misek? V případě ukládání předmětů do prostoru pro pacienta by mohlo dojít k jeho

infikování nežádoucími patogeny. Akceptováním tohoto řešení bude plně vyhověno medicínálnímu účelu poptávaného přístroje.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel bude akceptovat řešení uvedené dodavatelem, tzn. inkubátor bez odkládacích misek.

Dotaz č. 4 k zadávací dokumentaci

- ***vysouvací a otáčecí matrace o 360° otočným mechanismem pro snadný přístup k novorozenci***

Požadovaný parametr splňuje pouze jediný výrobek na trhu. Bude Zadavatel akceptovat inkubátor s oboustranně vysouvací matrací? Akceptováním tohoto provedení bude plně vyhověno medicínálnímu účelu poptávaného přístroje a zároveň toto provedení poskytne uživatelský komfort a míru bezpečnosti pro pacienta.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel bude akceptovat parametr uvedený dodavatelem, tzn. inkubátor s oboustranně vysouvací matrací.

Dotaz č. 5 k zadávací dokumentaci

- **SW pro vyjmutelnou váhu** metrologicky ověřitelnou – stanovené měřidlo

Z tohoto požadavku není zřejmé, zda-li Zadavatel požaduje váhu v inkubátoru, nebo pouze možnost k možnému budoucímu rozšíření. Vyjimatelná váha nemá opodstatnění a vliv na uživatelský komfort pro ošetřující personál a naopak pro pacienta je méně riziková váha integrovaná v inkubátoru. Bude Zadavatel, v případě, že ji bude požadovat, akceptovat integrovanou váhu? Snižuje se tak riziko přenosu nozokomiálních nákaz.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel netrvá na tomto technickém požadavku, tzn. nepožaduje SW pro váhu a nepožaduje ani váhu.

část 41. Centrální monitor 1 ks a monitory životních funkcí 7 ks

Dotaz č. 1 k zadávací dokumentaci:

- **barevná dotyková obrazovka 7“ s rozlišením 800 x 400, kapacitní**

Bude Zadavatel akceptovat vel. obrazovky 6,2“ s rozlišením 640x240(1/2 VGA)? Akceptováním tohoto provedení bude plně vyhověno medicínálnímu účelu poptávaného přístroje.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel bude akceptovat parametr uvedený dodavatelem, tzn. vel. obrazovky 6,2“ s rozlišením 640x240(1/2 VGA).

Dotaz č. 2 k zadávací dokumentaci:

- **obrazovky dvě strany zobrazovaných parametrů 4 křivky / 7 parametrů na každé, volitelně dostupné přetažením po displeji**

Podle dostupných informací, tento požadavek v současné době splňuje jeden výrobce. Bude Zadavatel akceptovat alternativní řešení, kdy si uživatel může vybrat zobrazení z 5-ti předkonfigurovatelných zobrazení:

1 křivka a 3 parametrová pole, 1 křivka a 4 parametrová pole, 1 křivka a 7 parametrových polí, 2 křivky a 5 parametrových polí, 3 křivky a 3 parametrové pole.

Současně Centrální stanice zobrazuje okno, které zobrazuje 7 křivek a přiřazených parametrových polí, vč. dalších 4 dodatečných parametrových polí. Akceptováním tohoto řešení bude plně vyhověno medicínálnímu účelu poptávaného přístroje.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel bude akceptovat výše popsané alternativní řešení.

Dotaz č. 3 k zadávací dokumentaci:

- ***bateriový provoz během transportu 7 hodin dle počtu připojených parametrů***

Bude Zadavatel akceptovat provoz na baterii po dobu cca 3 hodin, v závislosti na počtu připojených parametrů, nebo cca 4 hodiny, v případě, že je zapnuto šetření energie? Podle informací konečných uživatelů, pro vnitrónemocniční transport a monitorování pacienta je tato doba plně dostačující, a v případě delšího transportu je možné vybitou baterii vyměnit za plně nabitou i v průběhu transportu.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel bude akceptovat parametr uvedený dodavatelem, tzn. provoz na baterii po dobu cca 3 hodin, v závislosti na počtu připojených parametrů, nebo cca 4 hodiny, v případě, že je zapnuto šetření energie.

Dotaz č. 4 k zadávací dokumentaci:

- ***4 úrovně alarmů, barevně odlišené vč. audio alarmu***

Bude Zadavatel akceptovat 3 úrovně alarmů, opticky i akusticky odlišné? U monitorů vit. funkcí světových značek je standardně dána možnost nastavení 3 úrovní alarmů, a dle praktických zkušeností je tato možnost naprosto dostačující. Akceptováním tohoto řešení bude plně vyhověno medicínálnímu účelu poptávaného přístroje.

Odpověď:

Zadavatel bude akceptovat parametr uvedený dodavatelem, tzn. 3 úrovně alarmů, opticky i akusticky odlišné.

Dotaz č. 5 k zadávací dokumentaci:

- ***8 universálních vstupů (medical USB) pro připojení parametrů.***

Dle dostupných informací, toto řešení má pouze jediný výrobce na trhu. Bude Zadavatel akceptovat obdobné řešení, kdy pro měření a následné zobrazení požadovaných parametrů je potřeba připojit kabely ke konektorům v monitoru? Akceptováním tohoto řešení bude plně vyhověno medicínálnímu účelu poptávaného přístroje.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel bude akceptovat obdobné řešení uvedené dodavatelem, tzn. řešení, kdy pro měření a následné zobrazení požadovaných parametrů je potřeba připojit kabely ke konektorům v monitoru.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8

část 7 –Ultrazvuk

část 34 – UZ přístroj na gyn. příjmovou ambulanci

Dotaz č. 1 k zadávací dokumentaci:

Zadavatel požaduje v části č.7 Ultrazvuk 1ks a části č.34 UZ přístroj na gyn. příjmovou ambulanci

Standby režim

Start systému z úplného vypnutí do 70 s, do 30 s z režimu spánku

Dotaz zní:

Může dodavatel nabídnout technické řešení, které z úplného vypnutí i z režimu standby umožňuje start systému do 60s?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel bude akceptovat technické řešení uvedené dodavatelem, které z úplného vypnutí i z režimu standby umožňuje start systému do 60s.

Dotaz č. 2 k zadávací dokumentaci:

Zadavatel požaduje v části č.7 Ultrazvuk 1ks a části č.34 UZ přístroj na gyn. příjmovou ambulanci

Nastavení TGC na dotykovém displeji

Dotaz zní:

Může dodavatel nabídnout technické řešení nastavení TGC přímo na ovládacím panelu ultrazvuku, mechanické řešení nabízí uživateli komfortnější ovládání.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel bude akceptovat technické řešení uvedené dodavatelem, tzn. nastavení TGC přímo na ovládacím panelu ultrazvuku.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9

část 22 –Defibrilátor

Dotaz č. 1 k zadávací dokumentaci:

V příloze č. 1 zadávací dokumentace (požadované technické parametry) uvádí zadavatel požadavek:

„možnost rozšíření o modul monitorace saturace SpO2 včetně nastavitelných alarmů pro dospělé i děti“

S ohledem na plánované klinické použití defibrilátoru a na základě našich zkušeností usuzujeme, že by pro zadavatele bylo výhodnější požadovat monitoraci SpO2 jako

elementární funkcionalitu defibrilátoru – tj. aby byla monitorace saturace SpO2 mandatorní součástí nabídky a nikoliv jako možné (a tedy placené) rozšíření. Je náš předpoklad správný?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel souhlasí s předpokladem žadatele a mění svůj požadavek v tom smyslu, že požaduje jako mandatorní součást nabídky modul monitorace saturace SpO2 včetně nastavitelných alarmů pro dospělé i děti.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 10

část 4 –Analyzátor moči

Dotaz č. 1 k zadávací dokumentaci:

- *Dotaz č. 1. - V bodě 2. Dokumentu uvádíte požadavek: "Možnost rozšíření chemického modulu o měření dalších parametrů – albumin a kreatinin"*

Je tento požadavek zadavatele obligatorní či fakultativní?

Odpověď zadavatele:

Tento požadavek zadavatele je fakultativní.

Dotaz č. 2 k zadávací dokumentaci:

- *Dotaz č. 2. - V bodě 7. Dokumentu uvádí zadavatel požadavek: "Mód manuální mikroskopie (příprava vzorků k mikroskopii přístrojem, výběr zorného pole na obrazovce, jeho zaostření a pořízení snímků operátorem a automatické vyhodnocení manuálně pořízených snímků softwarem přístroje)."*

Žadatel nabízí zařízení, které funguje na následujícím principu: Příprava vzorků k mikroskopii přístrojem, výběr snímku zorného pole na obrazovce, jeho zaostření a manuální vyhodnocení operátorem, přiřazení k automatickému vyhodnocení ostatních snímků softwarem přístroje). Žadatel je přesvědčen, že nepatrná odchylka od předepsaného postupu není nikterak významná a nabízené řešení zcela jistě poskytuje naprosto totožný výsledek.

Žadatel žádá o sdělení, zdali bude zadavatel akceptovat žadatelem popsané zařízení, jako vyhovující požadavku uvedenému v ZD?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel bude akceptovat žadatelem popsané zařízení, jako vyhovující požadavku ZD.

S ohledem na skutečnost, že zadavatelem uvedené změny zadávací dokumentace jsou způsobilé rozšířit okruh účastníků zadávacího řízení, zadavatel stanovuje nově lhůtu pro podání nabídek: 16.12.2019 9.00 hod.

V Havířově, dne 14.11.2019

Nemocnice s poliklinikou Havířov,
příspěvková organizace
Ing. Norbert Schellong, MPH, ředitel
i.s. JUDr. Rita Kubicová, advokátka