

Veřejná zakázka

„Modernizace vybavení pro obory návazné péče v Nemocnici s poliklinikou Havířov, p.o.“

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 11

Dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“)

Název veřejné zakázky:	„Modernizace vybavení pro obory návazné péče v Nemocnici s poliklinikou Havířov, p.o.“
Název zadavatele:	Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace
Sídlo zadavatele:	Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov
IČO zadavatele:	IČ 00844896
URL adresa:	www.nsphav.cz
Oprávněná osoba zadavatele:	Ing. Norbert Schellong, MPH, ředitel
Kontaktní osoba zadavatele:	JUDr. Rita Kubicová, advokátka
Telefon:	+420 608 831 124
E-mail:	vzakazky@advokatkakubicova.eu
Profil zadavatele:	https://msk.ezak.cz/profile_display_4.html

Vážení dodavatelé,

zadavatel tímto v souladu s ust. § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) poskytuje na základě níže uvedeného dotazu dodavatele následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1 k zadávací dokumentaci:

Zadavatel požaduje v částech 22 a 44 Defibrilátor v technické specifikaci parametr IP 54.

Uchazeč se domnívá z vlastní dosavadní praxe a zkušeností, že tento požadavek není vůči použití v nemocničním prostředí adekvátní. Popis rozdílu IP5X: Zařízení je chráněno před prachem a před dotykem jakoukoli pomůckou a IP4X: Zařízení je chráněno před vniknutím pevných cizích těles o průměru 1mm a

větších a před dotykem drátem. Dále se uchazeč domnívá, že v kombinaci požadovaných rozměrů, váhy, velikostí displeje a požadavku na IP54 je toto zadání akceptovatelné pouze pro jednoho uchazeče tudíž diskriminační.

Uchazeč se ptá, zda zadavatel umožní účast nabídky přístroje s parametrem IP 44 a tím umožní účast více uchazečům.

Odpověď zadavatele :

Zadavatel sděluje, že bude akceptovat nabídky přístroje s parametrem IP 44.

Zadavatel konstatuje, že tímto vysvětlením zadávací dokumentace č. 11 se mění zadávací dokumentace, kdy tato změna může rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení. Zadavatel v den, kdy zveřejňuje toto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 11 na profilu zadavatele, již v předchozím vysvětlení zadávací dokumentace č. 7,8,9,10 zveřejněného dnešního dne, tj. 14.11.2019, prodloužil lhůtu pro podání nabídek do 16.12.2019,9.00 hod.

V Havírově, dne 14.11.2019

Nemocnice s poliklinikou Havířov,
příspěvková organizace
Ing. Norbert Schellong, MPH, ředitel
i.s. JUDr. Rita Kubicová, advokátka