

Veřejná zakázka

„Modernizace vybavení pro obory návazné péče v Nemocnici s poliklinikou Havířov, p.o.“

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 12

Dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“)

Název veřejné zakázky:	„Modernizace vybavení pro obory návazné péče v Nemocnici s poliklinikou Havířov, p.o.“
Název zadavatele: Sídlo zadavatele: IČO zadavatele: URL adresa: Oprávněná osoba zadavatele:	Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov IČ 00844896 www.nsphav.cz Ing. Norbert Schellong, MPH, ředitel
Kontaktní osoba zadavatele: Telefon: E-mail: Profil zadavatele:	JUDr. Rita Kubicová, advokátka +420 608 831 124 vzakazky@advokatkakubicova.eu https://msk.ezak.cz/profile_display_4.html

Vážení dodavatelé,

zadavatel tímto v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) poskytuje na základě níže uvedeného dotazu dodavatele následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1 k zadávací dokumentaci:

ČÁST 12 – Pojízdny RTG JIP 1 ks

Dotaz č. 1

Zadavatel ve specifikaci přístroje neuvádí typ technologie u bezdrátového plochého detektoru. Požaduje zadavatel typ plochého detektoru s technologií a-Si, CsI s hodnotou DQE min. 70% (dle IEC62220-1-1) pro 0,05 lp/mm, které se standardně nabízí z důvodu lepší kvality obrazu a snížení dávky na pacienta?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel trvá na formulaci uvedené v zadávací dokumentaci bez vymezení konkrétní technologie detektoru. Tím umožňuje podání nabídek s různými variantami technologického řešení bezdrátového plochého detektoru.

V Havířově, dne 19.11.2019

Nemocnice s poliklinikou Havířov,
příspěvková organizace
Ing. Norbert Schellong, MPH, ředitel
i.s. JUDr. Rita Kubicová, advokátka